

แผนอุปกรณ์ประกอบเครื่องตัดกะโหลกศีรษะ

รายการที่ ๑ หัวเจาะกระดูกโหลกศีรษะ

ความต้องการ หัวเจาะกระดูกโหลกศีรษะ สำหรับการผ่าตัดสมอง

วัตถุประสงค์ สำหรับเจาะกระดูกโหลกศีรษะ

คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวเจาะที่ใช้สำหรับเจาะกระดูกโหลกศีรษะสำหรับการผ่าตัดสมอง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวเจาะชนิดใช้ครั้งเดียว (disposable) บรรจุอยู่ในหีบห่อที่ฆ่าเชื้อแล้วสามารถใช้งานได้ทันที
๒. สำหรับเจาะรูบนกะโหลกศีรษะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก/ใน เท่ากับ ๑๔/๑๑ มิลลิเมตร
๓. หัวเจาะแยกเป็น ๓ ส่วน เพื่อป้องกันการแตกหักของหัวเจาะและปลอกหุ้มพลาสติก อันเกิดจากแรงบิดของเครื่องเจาะกระดูกโหลกศีรษะ และหัวเจาะ
 - ๓.๑ ส่วนแรก เป็นด้ามต่อเครื่องเจาะกระดูกโหลกเป็นแบบ Hudson
 - ๓.๒ ส่วนที่สอง เป็นปลอกพลาสติก มีป้ายแสดงขนาดหัวเจาะ
 - ๓.๓ ส่วนที่สาม เป็นหัวเจาะแบบหยุดอัตโนมัติแบบปลายมนหรือปลายแหลม
๔. หัวเจาะกระดูกโหลกศีรษะออกแบบให้หยุดได้อัตโนมัติแบบ Spring Activated Disengagement Mechanism เมื่อเจาะผ่านกะโหลกศีรษะเพื่อป้องกันการฉีกขาดของเยื่อหุ้มสมอง (Dura)

Price performance พิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตนันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)