

ตัวหนีบเพื่อหยุดเลือด

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับหยุดเลือดในระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของที่หนีบ เพื่อให้เกิดความแม่นยำของตำแหน่งที่ทำหัตถการ
๒. สามารถหมุนปลายที่หนีบได้ ๓๖๐ องศา เพื่อให้หนีบเนื้อเยื่อได้ถูกตำแหน่ง
๓. ส่วนของปลายที่หนีบสั้น เพื่อเพิ่มพื้นที่การมองเห็นในขณะทำหัตถการ รวมถึงเมื่อเรามีการใช้ที่หนีบหลายๆ ตัวในบริเวณใกล้เคียงกัน
๔. ที่หนีบเปิดปากได้ ขนาดกว้าง ๑๖ มม.
๕. ลักษณะของสาย มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ซม.
๖. สามารถใช้งานร่วมกับกล้องที่มีขนาด Working channel ขนาดอย่างน้อย ๒.๘ มม.
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....

(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....

(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....

(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ตัวหนีบเพื่อหยุดเลือด (ต่อ)

เงื่อนไขเฉพาะ

๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคา พัสดุงวดนั้นๆ
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์เวช พยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิริรักษ์ วโรดมรังสินธุ์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวโบเพิน พันอัน)

ตะกร้าหกลาย แบบหมุนได้

วัตถุประสงค์ ตะกร้าหกลาย แบบหมุนปลายได้ ดึงสิ่งแปลกปลอมและเนื้อเยื่อที่ติดออก ซึ่งใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเวชภัณฑ์ใช้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาวใช้งานผ่านกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ไม่น้อยกว่า ๒๗๐๐ มม.
๒. สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจภายใน ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๘ มม.
๓. เพื่อดึงสิ่งแปลกปลอมและเนื้อเยื่อที่ติดออก
๔. การออกแบบหกลายเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคง
๕. ฟังก์ชันการหมุนช่วยให้สามารถจับวัตถุได้ง่ายขึ้น
๖. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Single Use)
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิริรักษ์ วโรตมรังสินันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ลวดคล้องตัดชิ้นเนื้อ ๑๐ มิลลิเมตร และ ๑๕ มิลลิเมตร

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับคล้องตัดชิ้นเนื้อโดยมาสารเลือกใช้งานได้ทั้งการตัดแบบไม่ใช้กระแสไฟฟ้า (Cold polypectomy) และการตัดแบบใช้กระแสไฟฟ้า (Hot polypectomy) โดยใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเวชภัณฑ์คล้องตัดชิ้นเนื้อ ใช้กระแสไฟฟ้า หรือไม่ใช้กระแสไฟฟ้าก็ได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจภายใน ที่มีช่องใส่อุปกรณ์ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๘ มม.
๒. ความยาวส่วนใช้งานไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ มม.
๓. ความกว้างเมื่อเปิดออก ๑๐ มิลลิเมตร หรือ ๑๕ มิลลิเมตร
๔. ขนาดเส้นลวดไม่น้อยกว่า ๐.๓ มิลลิเมตร
๕. ตัวลวดเมื่อกางออก มีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม Hexagon
๖. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Single Use)
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวไบเฟน พันอัน)

เข็มเก็บชิ้นเนื้อในการส่องกล้องปอดและหลอดลม ขนาด ๒๑ G.

วัตถุประสงค์ เก็บชิ้นเนื้อในปอดและหลอดลมเพื่อนำไปวินิจฉัยโรค

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเข็มสำหรับเก็บชิ้นเนื้อในการส่องกล้องปอดและหลอดลมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค เข็ม ขนาด ๒๑ G.

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เข็มมีขนาด ๒๑ G.
๒. สามารถปรับความยาวปลายเข็มได้ตั้งแต่ ขนาด ๒๐-๔๐ มม.
๓. มีระบบ Safety เข็มเมื่อไม่ใช้งาน
๔. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๐ มม.
๕. ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๗๐๐ มม.
๖. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Single Use)
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังษิณต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

เข็มเก็บชิ้นเนื้อในการส่องกล้องปอดและหลอดลม ขนาด ๒๒ G.

วัตถุประสงค์ เก็บชิ้นเนื้อในปอดและหลอดลมเพื่อนำไปวินิจฉัยโรค

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเข็มสำหรับเก็บชิ้นเนื้อในการส่องกล้องปอดและหลอดลม เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค
เข็มมีขนาด ๒๒ G.

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เข็มมีขนาด ๒๒ G.
๒. สามารถปรับความยาวปลายเข็มได้ ตั้งแต่ขนาด ๒๐ - ๔๐ มม.
๓. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๐ มม.
๔. ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๗๐๐ มม.
๕. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Single Use)
๖. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๗. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๘. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสินันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

เข็มเก็บชิ้นเนื้อขนาด ๒๑G. ยาว ๑๓ mm. และ ๑๕ mm.

วัตถุประสงค์ เข็มเก็บชิ้นเนื้อขนาด ๒๑G. ยาว ๑๓ mm. และ ๑๕ mm. เพื่อการวินิจฉัยโรค

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเข็มสำหรับเจาะดูดของเหลวและเนื้อเยื่อในการส่องกล้องปอดและหลอดลม

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เข็มมีขนาด ๒๑ G.
๒. ความยาวปลายเข็ม มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ มม.
๓. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจ ที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๐ มม.
๔. ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ มม.
๕. ท่อสายสวนแบบใส สามารถมองเห็นชิ้นเนื้อในขณะที่เก็บตัวอย่างได้ชัดเจน (Clear Catheter)
๖. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Single Use)
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสินันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

อุปกรณ์เก็บชิ้นเนื้อที่ใช้ร่วมกับอัลตราซาวด์ทางหลอดลม ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร และ ขนาด ๒.๖ มิลลิเมตร

วัตถุประสงค์ เก็บชิ้นเนื้อแขนงหลอดลมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค

คุณลักษณะทั่วไป เครื่องมือตรวจวิเคราะห์แขนงหลอดลมด้วยคลื่นความถี่สูง สามารถใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจหลอดลมและปอดที่มีขนาดช่องใส่อุปกรณ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๐ มม. เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ชุดอุปกรณ์ประกอบไปด้วย ปลอกนำเครื่องมือ (Guide Sheath), ปากคีบตัวชิ้นเนื้อ (Biopsy Forceps) และแปรงเก็บสิ่งส่งตรวจ (Cytology Brush)
๒. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๐ มม.
๓. ปลอกนำเครื่องมือมีความยาวส่วนใช้งานไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ มม.
๔. ปากคีบตัวชิ้นเนื้อ (Biopsy Forceps) เป็นแบบวงรี (Oval)
๕. แปรงเก็บสิ่งส่งตรวจ (Cytology Brush) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
๖. แปรงเก็บสิ่งส่งตรวจ (Cytology Brush) ความยาวของขนแปรงไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.
๗. สามารถมองเห็นภายใต้การถ่ายภาพรังสี (X-ray) ได้ชัดเจน
๘. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use)
๙. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๑๐. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๑. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุขบวนนั้นๆ

อุปกรณ์เก็บชิ้นเนื้อที่ใช้ร่วมกับอัลตราซาวด์ทางหลอดเลือด ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร และ ขนาด ๒.๖ มิลลิเมตร (ต่อ)

๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรตมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

สายเก็บตัวอย่างขึ้นเนื้อความยาวอุปกรณ์ ๑๑๕๐ และ ๑๕๕๐ และ ๒๓๐๐ มิลลิเมตร

ลำดับ 10 ปอด

ลำดับ 11 ทางเดินอาหารส่วนบน ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร

ลำดับ 12 ทางเดินอาหารส่วนบน ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

ลำดับ 13 ทางเดินอาหารส่วนล่าง ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

ลำดับ 14 ทางเดินอาหารส่วนบน ปากหยัก ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร

ลำดับ 15 ทางเดินอาหารส่วนบน ปากหยัก ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

ลำดับ 16 ทางเดินอาหารส่วนล่าง ปากหยัก ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างขึ้นเนื้อผ่านกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาวใช้งานผ่านกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ ๑๑๕๐ ถึง ๒๓๐๐ มม.
๒. สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจภายใน ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ ถึง ๒.๘ มม.
๓. ปลายอุปกรณ์แบบ SwingJaw สามารถขยับขึ้นลงได้ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงขึ้นเนื้อในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก
๔. ปากอุปกรณ์เป็นแบบ Fenestrated ได้ขึ้นเนื้อขนาดใหญ่
๕. ปากอุปกรณ์ มีทั้ง วงรี (Oval) หรือ ปากอุปกรณ์เป็นแบบฟันจระเข้ (Alligator)
๖. อุปกรณ์ชนิดนี้เป็นแบบใช้ครั้งเดียว ไม่สามารถนำมาใช้งานใหม่ได้อีก (Non Re-Sterile)
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....

(นางสาวศิวรักษ์ วรรณรังษิณต์)

๒.....

(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....

(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

สายเก็บตัวอย่างขึ้นเนื้อความยาวอุปกรณ์ ๑๑๕๐ และ ๑๕๕๐ และ ๒๓๐๐ มิลลิเมตร (ต่อ)

ลำดับ 10 ปอด

ลำดับ 11 ทางเดินอาหารส่วนบน ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร

ลำดับ 12 ทางเดินอาหารส่วนบน ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

ลำดับ 13 ทางเดินอาหารส่วนล่าง ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

ลำดับ 14 ทางเดินอาหารส่วนบน ปากหยัก ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร

ลำดับ 15 ทางเดินอาหารส่วนบน ปากหยัก ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

ลำดับ 16 ทางเดินอาหารส่วนล่าง ปากหยัก ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรตมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

สายบอลลูนสำหรับลากสิ่งแปลกปลอมและห้ามเลือดในแขนงปอด

ความต้องการ สายบอลลูนสำหรับลากสิ่งแปลกปลอมและห้ามเลือดในแขนงปอด

วัตถุประสงค์ ลากสิ่งแปลกปลอมและห้ามเลือดในแขนงปอด

คุณสมบัติทั่วไป สายบอลลูนสำหรับลากสิ่งแปลกปลอมและห้ามเลือดในแขนงปอด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
๒. สายบอลลูนมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ มม.
๓. สามารถเป่าบอลลูนให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ไม่น้อยกว่า ๑๑ มม.
๔. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายบอลลูนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ Fr.
๕. สายบอลลูนสำหรับลากสิ่งแปลกปลอมและห้ามเลือดในแขนงปอด
๖. สายบอลลูนทนต่อการหักงอ (Kink-resistant)
๗. สามารถมองเห็นบอลลูนผ่านภาพเอ็กซเรย์ได้ชัดเจน
๘. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use)
๙. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๑๐. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๑. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๑๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๑๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๑๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ


Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา //คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑..... 

(นางสาวศิริรักษ์ วโรดมรังสินันต์)

๒..... 

(นางนิภาพรประจันบาล)

๓..... 

(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

สายเก็บสิ่งแปลกปลอมเก็บในปอดชนิด ๓ ขา

วัตถุประสงค์ อุปกรณ์สามขา สำหรับคล้องจับสิ่งแปลกปลอม

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับคล้องจับสิ่งแปลกปลอม โดยใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจที่มีช่องใส่อุปกรณ์ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ ๑.๒ มิลลิเมตร
๒. สายมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ มิลลิเมตร
๓. ความกว้างเมื่อกางเปิดออกไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร
๔. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use)
๕. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๖. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๗. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิริรักษ์ วโรดมรังสินันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

เข็มเก็บเซลล์ชนิดใช้ครั้งเดียวขนาด ๒๑G. ชนิดมีรูด้านข้าง

วัตถุประสงค์ เวชภัณฑ์ใช้สำหรับเก็บชิ้นเนื้อผ่านกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ

คุณลักษณะทั่วไป เวชภัณฑ์เป็นเข็มสำหรับเก็บชิ้นเนื้อบริเวณหลอดลม

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เข็มมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ มม.
๒. เข็มมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ G.
๓. ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๑๕๐ มม.
๔. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
๕. สายอุปกรณ์เป็นแบบใส
๖. ปลายเข็มมีรูด้านข้างสามารถเก็บชิ้นเนื้อจากด้านข้าง
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสีมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ อุปกรณ์ครอบปลายกล่องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ใช้งานกับกล่องส่องตรวจภายในระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ร่วมกับกล่องส่องตรวจภายในระบบทางเดินอาหารเพื่อประโยชน์ในการทำหัตถการต่างๆ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เส้นผ่านศูนย์กลางอุปกรณ์ครอบปลายกล่อง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑.๔ มิลลิเมตร
๒. ความยาวจากปลายกล่องไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร
๓. รูด้านข้างสำหรับการระบายของเหลว
๔. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use)
๕. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๖. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๗. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุขบวนนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิริรักษ์ วัชรอมรังสีมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

บอลลูนสวมปลายกลิ้งส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดอัลตราซาวด์

วัตถุประสงค์ เพื่อให้น้ำหนักคลีนเสียงในการตรวจก้อนเนื้องอกในระบบทางเดินหายใจ

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเวชภัณฑ์บอลลูนสวมปลายกลิ้งส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถครอบสวมปลายกลิ้งส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่หน่วยงานมีอยู่ได้
๒. ผลิตจากยางธรรมชาติ
๓. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
๔. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๕. แต่ละชิ้นบรรจุในซอง
๖. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๗. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๘. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สวมปลายกล้องส่องตรวจทอทางเดินน้ำดี

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเวชภัณฑ์บล็อกสวมปลายกล้องส่องตรวจทอทางเดินน้ำดี

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถครอบสวมปลายกล้องส่องตรวจทอทางเดินน้ำดีที่หน่วยงานมีอยู่ได้
๒. ผลิตจากพลาสติก
๓. ผลิตกันชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
๔. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๕. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๖. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตกันชนิดต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตกันชนิดไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตกันชนิดได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตกันชนิดที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตกันชนิด และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรตมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ อุปกรณ์จี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป ๑. ใช้งานร่วมกับเครื่องจี้อาร์กอนระบบ VIO System เดิมที่โรงพยาบาลใช้อยู่

๒. สามารถใช้ร่วมงานกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลมีอยู่เดิมได้

๓. สามารถโค้งงอไปตามลักษณะของกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาวตลอดเส้นของสายจี้ห้ามเลือด ๔๗๐ ซม.
๒. มีความยาวช่วงการใช้งาน ๒.๒ เมตร
๓. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๓ มิลลิเมตร
๔. ลำแสงอาร์กอน บีม (Argon beam) แบบออก ตรง (Atraight fire)
๕. มี filter สำหรับกรองก๊าซอาร์กอนในส่วนของหัวต่อสายจี้
๖. มีระบบจดจำการใช้งานเมื่อต่อกับเครื่องจี้อาร์กอนระบบ VIO System
๗. สามารถทนแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าสูงสุด ๕ Kvp
๘. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๙. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๐. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุชุดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....

(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสินธุ์)

๒.....

(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....

(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ อุปกรณ์จี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป ๑. ใช้งานร่วมกับเครื่องจี้อาร์กอนระบบ VIO System เดิมที่โรงพยาบาลใช้อยู่

๒. สามารถใช้ร่วมงานกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลมีอยู่เดิมได้

๓. สามารถโค้งงอไปตามลักษณะของกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาวตลอดเส้นของสายจี้ห้ามเลือด ๔๗๐ ซม.
๒. มีความยาวช่วงการใช้งาน ๒.๒ เมตร
๓. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๓ มิลลิเมตร
๔. ลำแสงอาร์กอน บีม (Argon beam) แบบออกรอบข้าง (Circumferential fire)
๕. มี filter สำหรับกรองก๊าซอาร์กอนในส่วนของหัวต่อสายจี้
๖. มีระบบจดจำการใช้งานเมื่อต่อกับเครื่องจี้อาร์กอนระบบ VIO System
๗. สามารถทนแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าสูงสุด ๕ Kvp
๘. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๙. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๐. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุขบวนนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 

(นางสาวศิริรักษ์ วโรดมรังสินธุ์)

๒. 

(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 

(นางสาวไพบิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ กรรไกรสำหรับตัดบ่วงรัดห้ามเลือด ใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจภายในระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับตัดบ่วงรัดห้ามเลือด โดยใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจภายใน ที่มีช่องใส่อุปกรณ์ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๘ มิลลิเมตร
๒. สายมีความยาว ๒,๓๐๐ มิลลิเมตร
๓. ปากอุปกรณ์มีลักษณะเป็นกรรไกร เพื่อใช้ในการตัดส่วนที่เหลือหลังจากทำการรัดบ่วงรัดห้ามเลือด
๔. อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถนำมาใช้งานได้ (Reusable)
๕. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๖. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๗. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรตมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

ชุดใส่ท่อระบายน้ำดี/ท่อดับอ่อน ชนิดพลาสติก

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับใส่ท่อระบายน้ำดี/ท่อดับอ่อน

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเวชภัณฑ์สำหรับระบายน้ำดีชนิดพลาสติก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒.๘ มม.
๒. สายอุปกรณ์มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มม.
๓. ท่อระบายน้ำดีมีความยาวตั้งแต่ ๗๐ ถึง ๑๕๐ มม.
๔. ท่อระบายน้ำดีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗ Fr.
๕. อุปกรณ์มาเป็นชุด โหลดไว้ล่วงหน้า - พร้อมใช้งาน
๖. มี radiopaque ช่วยให้เห็นภายใต้เครื่องฟลูไดรอสโคปี
๗. สายสวนแบบปรับความยาวปลายซึ่งสามารถล็อกได้ที่
๘. อุปกรณ์ชนิดนี้เป็นแบบใช้ครั้งเดียวไม่สามารถนำมาใช้งานใหม่ได้ (Non Re-Sterile)
๙. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๑๐. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๑. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุขบวนนั้นๆ
๕. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วรรตมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

อุปกรณ์สำหรับเจาะเพื่อส่องเยื่อหุ้มปอด

วัตถุประสงค์ เจาะอุปกรณ์สำหรับเจาะเพื่อส่องเยื่อหุ้มปอด

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับเจาะทะลุผิวหนังเพื่อส่องเยื่อหุ้มปอด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับเจาะเพื่อส่องเยื่อหุ้มปอด
๒. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (OUTER DIAMETER) ไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.
๓. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (INNER DIAMETER) ไม่น้อยกว่า ๘.๔ มม.
๔. มีความยาวส่วนใช้งาน (WORKING LENGTH) ๖๐ มม.
๕. สามารถใช้ร่วมกับกล้องส่องเยื่อหุ้มปอดระบบวิดีโอทัศนียภาพที่หน่วยงานมีอยู่ได้
๖. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรตมรังสินันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ สายจีห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป ๑. ใช้งานร่วมกับเครื่องจี้อาร์กอนระบบ VIO System เดิมที่โรงพยาบาลใช้อยู่

๒. สามารถใช้ร่วมงานกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลมีอยู่เดิมได้

๓. สามารถโค้งงอไปตามลักษณะของกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาวตลอดเส้นของสายจีห้ามเลือด ๔๗๐ ซม.
๒. มีความยาวช่วงการใช้งาน ๓ เมตร
๓. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๓ มิลลิเมตร
๔. ลำแสงอาร์กอน ปีม (Argon beam) แบบออก ตรง (Atraight fire)
๕. มี filter สำหรับกรองก๊าซอาร์กอนในส่วนของหัวต่อสายจี
๖. มีระบบจดจำการใช้งานเมื่อต่อกับเครื่องจี้อาร์กอนระบบ VIO System
๗. สามารถทนแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าสูงสุด ๕ Kv
๘. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๙. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๐. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุชุดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ๕๐

๒. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๓. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่ ย้อนหลัง ๒ ปี ในโรงเรียน แพทย์ทั้งในประเทศและ นานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง กับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบส่งของ หรือวารสารทาง การแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตาม จำนวน reference site ที่มี ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูก ยอมรับ ๔ ฉบับขึ้นไปได้ ๓๐ คะแนน ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับ การตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ยอมรับ ๒-๓ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับ การตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ยอมรับ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
เลือก ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น จากการใช้เวชภัณฑ์ ดังกล่าวในกรณีที่เป็น เวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่ แล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น จากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจาก การใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจาก การใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ ในกรณีเวชภัณฑ์ที่ไม่เคย จัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑ - < ๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๔๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสินต์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวโบเพิน พันอัน)