

# เลขที่โครงการ ๖๖๐๐๔ กลุ่มไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon

ความต้องการ : ไหมเย็บแผล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้ในการงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินสำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

## ๑. คุณลักษณะทั่วไป

วัสดุที่เย็บแผลผลิตจากสารสังเคราะห์ polyamide หรือ polypropylene แบบเส้นเดียว (monofilament) ไม่ละลาย

## ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ วัสดุเย็บแผลให้ความลื่น อ่อนตัวขณะเย็บแผล

๒.๒ เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อ ในขณะที่ฝังตัวอยู่ในร่างกายน้อยกว่าไหมดำ

๒.๓ คุณภาพได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ใน United State Pharmacopcia (USP)

๒.๔ บรรจุในห่อปราศจากเชื้อ

๒.๕ ห่อไหมบรรจุในกล่องพลาสติกหรือกล่องกระดาษ ห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า

๒.๖ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์

๒.๗ แบบของไหม

๒.๗.๑ แบบติดเข็ม

๒.๘ ขนาดของไหมและขนาดของเข็ม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๒.๘.๑ เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล

๒.๘.๒ เข็มมีความคมเมื่อผ่านเนื้อเยื่อแข็งแรงไม่บิดงอ หรือหักง่าย

๒.๘.๓ เข็มและไหมยึดติดกันแน่น ไม่หลุดง่าย


๒.๙ บรรจุภัณฑ์

๒.๙.๑ มีขนาดและรายละเอียดของไหมหรือไหมพร้อมเข็มที่กล่องบรรจุและซองบรรจุ

๒.๑๐ อายุของไหม

๒.๑๐.๑ เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนซองอย่างชัดเจน โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุ ความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ

(นางนุจรี ธารเกียรติ)

๒.  กรรมการ

(นางสาววิยะดา จัตววัฒนกุล)

๓.  กรรมการ




(นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ)

## เลขที่โครงการ ๖๖๐๐๔ กลุ่มไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon

### ข้อกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๑ ไว้)
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อหากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

### คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑.....  .....ประธานกรรมการ  
(นางนุจเรี ธารเธียรไท)
- ๒.....  .....กรรมการ  
(นางสาววิยะดา จิตวัฒนกุล)
- ๓.....  .....กรรมการ  
(นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๐๔ กลุ่มไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon


เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ

- ด้านราคา ร้อยละ 30
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ 70

เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ตัวแปร	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา	หมายเหตุ
๑.การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์จากผู้ใช้งาน		มีโดยประเมินใน ๓ ด้าน คือ ด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน ระดับคะแนนประเมิน <div style="text-align: right;">                         ๘๐-๑๐๐ = .....๖๐..... คะแนน                          ๗๐-๗๙ = .....๓๐..... คะแนน                          ต่ำกว่า ๗๐ = .....๐..... คะแนน                     </div>	
๒. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้เวชภัณฑ์ในกรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว		ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเวชภัณฑ์ดังกล่าว .....๑๐.....คะแนน  -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเวชภัณฑ์ดังกล่าว /ด้านการบริการของบริษัท .....๐.....คะแนน	


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑..........ประธานกรรมการ

(นางนุจรี ธารเอียรไท)

๒..........กรรมการ

(นางสาววิยะดา จัตววัฒนกุล)

๓..........กรรมการ

(นางสวณันทกานต์ แสงเครือ)