

โครงการเลขที่ ๖๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะเข้มเย็บชนิดผ่ากด

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเข็มสแตนเลสแข็ง คม ใช้เย็บบาดแผลหลังจากการผ่าตัด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นเข็มสแตนเลสแข็ง คม โค้งงอตามสภาพการใช้งาน
๒. ตัวเข็มมีแบบปลายสามเหลี่ยม (Cutting)
๓. ด้านหัวเข็มมีรอยเจาะรูร้อยไหมแบบผ่ากด (Spring eye)
๔. ความโค้ง ½ วงกลม ขนาด ๑๘ มม. (TH-๑๘)
๕. ทนความร้อนได้ดี ด้วยการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง
๖. ระบุวันผลิต Lot.Number หรือวันหมดอายุ อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑^{วิมล}.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุริรัตน์ วังคะอม)
- ๒^{วิมล}.....กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓^{วิมล}.....กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๒๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะ Hernia Tape ๓/๘

คุณลักษณะทั่วไป

ทำจากฝ้าย ๑๐๐% ผ่านขบวนการทอเป็นเส้น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาว ๓๕ หลา หนา ๑ มิลลิเมตร กว้าง ๓/๘
๒. เย็บริมทั้งสองข้าง กันลื่น และระคายเคือง เหนียวไม่ขาดง่าย
๓. แยกบรรจุ ๑ ชั้น/แพ็ค
๔. สามารถทนต่อความร้อนในการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยไม่ทำให้คุณสมบัติของสินค้าเปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนสี
๕. ระบุนวันผลิต Lot.Number หรือวันหมดอายุ อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วงศ์อม)
- ๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๖๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะสายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลูน

คุณลักษณะทั่วไป

สายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลูน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาวสาย ๓๐ ซม. ความยาวรวม ๓๔ ซม.
๒. ขนาด ๑๐Fr, ๑๒Fr, ๑๔Fr, และ ๑๖Fr, ขั้วด้วยสีของข้อต่อ
๓. สายพลาสติกมีคุณสมบัติ เรียบ นุ่ม ยืดหยุ่น ไม่ยุบหรือหักงอ
๔. สายปลายปิด มีรูเปิดด้านข้าง ๒ รู ลักษณะเรียบ ไม่แหลมคม
๕. บรรจุใน Peel Pack ที่เหมาะสมต่อการเปิดใช้งาน และป้องกันการปนเปื้อน ระหว่างการจัดเก็บ
๖. บรรจุอยู่ในภาชนะหุ้มห่อ และทำให้ปราศจากเชื้อ มีวันที่ผลิต และวันหมดอายุ แสดงชัดเจน ที่ช่องบรรจุ
๗. มีวันที่ผลิต Lot. Number และวันหมดอายุ แสดงชัดเจน ที่กล่องบรรจุ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรัตน์ วงศ์อม)
- ๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๒๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะ Cover Glass

คุณลักษณะทั่วไป

ใช้สำหรับปิดบนกระจก Slide เพื่อกีดตัวอย่างให้ราบไปกับกระจก และป้องกันไม่ให้เลนส์กล้องจุลทรรศน์สัมผัสกับตัวอย่างโดยตรง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นกระจก Slide ชนิดบางใส ไม่มีรอยขีดข่วน
๒. มีขนาด ๒๒ x ๒๒ mm.
๓. ความหนาของแผ่นกระจกไม่น้อยกว่า ๐.๑๓ mm.
๔. ไม่มีเชื้อราและเศษผงปนเปื้อน
๕. กระจกแต่ละแผ่นต้องไม่ยึดติดกัน
๖. กระจกไม่แตกหักง่าย
๗. มีสารป้องกันความชื้นในบรรจุภัณฑ์

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วังคะอม)
- ๒ กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓ กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๒๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะไม้กดลิ้นปลอดเชื้อ STERILE TONGUE DEPRESSOR

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ลักษณะแบนยาว ปลายสองด้านกลมมน ใช้สำหรับกดลิ้น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดต้องไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๘ mm. ยาว ๑๕๐ mm. หนา ๑.๗ mm.
๒. ทำจากไม้ประเภทไม้สน (White Birch) เนื้อไม้มีความเหนียว ไม่เปราะแตกหักง่าย
๓. ลบเหลี่ยมมุมและขัดให้ปราศจากเสี้ยนไม้
๔. บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) ซองละ ๑ ชิ้น
๕. ซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (Medical Grade) พลาสติกหรือกระดาษ มีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้
๖. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้
 - ๖.๑ วัสดุที่บรรจุ
 - ๖.๒ จำนวน
 - ๖.๓ วันที่ผลิต หรือ Lot.Number การผลิต
 - ๖.๔ วันหมดอายุ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วัจระอม)
- ๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเอกสารที่ชี้บ่งถึงมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ ที่เป็นสากล

๒. ผู้จะขายต้องสามารถรับ/แลกเปลี่ยนสินค้าได้กรณีเกิดการชำรุดขณะใช้งานหรือจะหมดอายุภายใน ๖ เดือนโดยไม่คิดมูลค่า

๓. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ (ไม่ใช่อายุการรับประกันของสินค้า)

๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ

๘. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๙. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ/หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วงศ์ออม)
๒. กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
๓. กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาข้อเสนอ ๔๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตาม จำนวน reference site ที่มี โดยให้คะแนน reference site แห่งละ (๕ คะแนน)	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว)	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๑๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๐ คะแนน)	๒๐
	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวชภัณฑ์ได้	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๐ คะแนน)	๒๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	-คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ (๔๐ คะแนน) -คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ (๒๐ คะแนน) -คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ (๐ คะแนน)	๔๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วงศ์ออม)๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)