

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 1 เข็มคู่ 90mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 50cm Curve 3/8 cutting (40mm retention tubing)

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 1 เข็มคู่ 90mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 50cm Curve 3/8 cutting
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสสตีล
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันที่ผลิต/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากช่องทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holdle จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ ค่าเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--|--|--|
| 1. <u>นพ. สุปรเมศวร์</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>นพ. ธีระ</u> กรรมการ
นางนุจรี ธีระเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ. สุทธิพงษ์</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>นพ. /</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>นพ. ทวี</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 2/0 เข็ม 25-26mm
ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 90cm Curve 3/8 Reverse Cutting

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 2/0 เข็ม 25-26mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 90cm Curve 3/8 Reverse Cutting
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสสตีล
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากช่องทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holdle จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--|--|---|
| 1. <u>ส.ป.ร. ม.พ.</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>พ.อ.ร.</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>พ.อ.ร. พ.อ.ร. พ.อ.ร.</u> กรรมการ
นางนทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>พ.อ.ร.</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>พ.อ.ร. พ.อ.ร.</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 3/0 เข็ม 24-25mm ยาว
มากกว่าหรือเท่ากับ 75cm Curve 3/8 Reverse Cutting

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 3/0 เข็ม 24-25mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 75cm Curve 3/8 Reverse Cutting
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสสตีล
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากช่องทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ ค่าเดือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. สพ.ก. สุสมิณ ประธานกรรมการ

นางปติฐา สุประสารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

2. พญ. ฐา กรรมการ

นางนุจรี ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

3. พญ. สุวิมล กรรมการ

นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

4. สพ.ก. ฐา กรรมการ

นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

5. พญ. ฐา กรรมการ

นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 3/0 เข็ม 25-26mm ยาว
มากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 3/8 Reverse Cutting

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 3/0 เข็ม 25-26mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 3/8 Reverse Cutting
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีเกลียว
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากช่องทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ปณิธา สุประภากร ประธานกรรมการ
นางปณิธา สุประภากรพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

2. พจณีย์ กรรมการ
นางนุจรีย์ ธาราธิปไตย
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

3. นพ. พงษ์สิทธิ์ กรรมการ
นางนพกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

4. กมล กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

5. นพ. นว กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดี่ยวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 4/0 เข็ม 18-19mm
ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดี่ยวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 4/0 เข็ม 18-19mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสสตีล
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บิดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากช่องทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--|--|--|
| 1. <u>ปลัด ศุภร.ม.พ.</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>อ.จ.ย</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ.ทศ. สุวัฒน์</u> กรรมการ
นางนันทร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>อ.กศ.</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>น.ก. น.</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 4/0 เข็ม 18-19mm
ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มีมารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 4/0 เข็ม 19mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสสตีล
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากของทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--|--|--|
| 1. <u>อธิศ สุพรรณมณี</u> ประธานกรรมการ
นางปติลา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>อุไร</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเอียรโท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ. นพ. สุพัฒน์</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>พญ.</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>พญ. พญ.</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดี่ยวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 5/0 เข็ม 11-12mm ยาว
มากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดี่ยวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 5/0 เข็ม 11-12mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสสตีล
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากช่องทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holdle จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--|---|---|
| 1. <u>ศิริ ส.ส.ม.พ.</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>อรุณ</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเอียรไท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ. ส.ส.พ.</u> กรรมการ
นางนทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>นพ.</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>นพ. น.</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 6/0 เข็ม 8mm ยาวมากกว่า
หรือเท่ากับ 45cm Curve 1/4 Reverse Cutting






ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 6/0 เข็ม 8mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 1/4 Reverse Cutting
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสสตีล
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันที่ผลิต/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากของทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|---|--|---|
| 1.  ประธานกรรมการ
นางปติฐา สประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2.  กรรมการ
นางนงรี ธราธีรไท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3.  กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4.  กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5.  กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : โหมดเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 6/0 เข็ม 11-12mm ยาว
มากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting หรือ Cutting






ความต้องการ : โหมดเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. โหมดเบอร์ 6/0 เข็ม 11-12mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting หรือ Cutting
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีเกลียว
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทริสีนออกไซด์
6. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากช่องทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือและเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--|--|---|
| 1.  ประธานกรรมการ
นางปติลา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2.  กรรมการ
นางนุจรี ธีระเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3.  กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4.  กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5.  กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 8/0 เข็ม 8mm ยาวมากกว่า
หรือเท่ากับ 45cm Curve 1/2 Reverse Cutting






ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 8/0 เข็ม 8mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 1/2 Reverse Cutting
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสสตีล
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันที่ผลิต/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากช่องทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|---|--|---|
| 1.  ประธานกรรมการ
นางปติฐา สประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2.  กรรมการ
นางนงรี ธราเธียรไท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3.  กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4.  กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5.  กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 9/0 เข็ม 5mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 13cm Curve 3/8 Taper หรือ round

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 9/0 เข็ม 5mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 13cm Curve 3/8 Taper หรือ round
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสสตีล
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันที่ผลิต/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บึงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากช่องทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holdle จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--|---|---|
| 1. <u>abin suwantham</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>pool</u> กรรมการ
นางนงรี ธราธิ์ไรไทย
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นางนทกร สุทธิพัฒน์</u> กรรมการ
นางนทกร สุทธิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>พ.นท</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>พ.นท</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 9/0 เข็ม 5mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 15cm Curve 3/8 Taper หรือ round (Neuro)

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจคัดกรอง งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 9/0 เข็ม 5mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 15cm Curve 3/8 Taper หรือ round
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบตีดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสสตีล
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันที่ผลิต/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บีดงหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากช่องทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือและเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|---|--|--|
| 1. <u>ส.ก.น. ด.ร.น.น.</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>พ.อ.</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>ร.ร.น.น.ค. ส.อ.พ.น.น.ค.</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>น.ก.น.</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>น.น. น.น.</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 10/0 เข็ม 6.4mm
ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 38cm Curve 3/8 Spatular






ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 10/0 เข็ม 6.4mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 38cm Curve 3/8 Spatular
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสสตีล
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันที่ผลิต/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากช่องทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--|--|---|
| 1.  ประธานกรรมการ
นางปติรา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2.  กรรมการ
นางนุจรี ธราธิปไตย
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3.  กรรมการ
นางนทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4.  กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5.  กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดี่ยวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 10/0 เข็ม 4mm ยาว 10cm
Curve 3/8 Taper หรือ round (Neuro)

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดี่ยวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 10/0 เข็ม 4mm ยาว 10cm Curve 3/8 Taper หรือ round
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันที่ผลิต/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและกลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holdle จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--|---|--|
| 1. <u>ดร. สุธาพร</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>ดร.</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นางสาว สุนิษา</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>ดร.</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>ดร. นว</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon เบอร์ 11/0 เข็ม 4mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 15cm Curve 3/8 Taper หรือ round (Neuro)






ความต้องการ : ไหมเย็บแผลที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลายตัวในร่างกาย และต้องตัดไหมออกเมื่อแผลหาย

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจคัดสรรกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 11/0 เข็ม 4mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 15cm Curve 3/8 Taper หรือ round
2. ผลิตจากสาร polyamide หรือ polypropylene
3. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
4. เข็มผลิตจากสแตนเลสสตีล
5. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
6. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันที่ผลิต/ วันหมดอายุ
7. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
8. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากของทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
9. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
10. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
11. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--|--|---|
| 1.  ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2.  กรรมการ
นางนุชรี ธาราธิไร
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3.  กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4.  กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5.  กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

ข้อกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะ

1. เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราวจะต้องระบุวันหมดอายุไว้บนซองอย่างชัดเจน โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
2. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังสิ้นสุดสฤตการผูกผันของสัญญา
3. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
4. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
5. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
6. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
7. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อหากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
8. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ : ด้านราคา ร้อยละ 30 / ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ 70

1. มีเอกสารแสดงการใช้ในโรงเรียนแพทย์ Medical School Hospital ภายใน 2 ปี โดยให้คะแนนโรงเรียนแพทย์ละ 2 คะแนน (10 คะแนน)
2. การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์ของผู้ใช้งานจริง ด้านวัสดุ / การใช้งาน/ ด้านบรรจุภัณฑ์ (60 คะแนน)

หัวข้อประเมิน การใช้งาน/ด้านวัสดุ / ด้านบรรจุภัณฑ์

1.ด้านการใช้งาน	เส้นไหมเรียบลื่นเย็บผ่านเนื้อเยื่อได้ง่าย(Smooth)	30 คะแนน
	ซองฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองสามารถนำเส้นไหมออกทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้นeedle holde จับเข้มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ	
	เข็มและไหมยึดติดกันแน่น ไม่หลุดง่าย	
2.ด้านวัสดุ	ความแข็งแรงของเส้นไหมและปม การผูกปมและ Slide ปม Heading	20 คะแนน
	เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บีดงหรือหักง่าย และทนต่อการเย็บ	
3.ด้านบรรจุภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์ /สะดวกต่อการใช้งาน /ปราศจากเชื้อ /ความชัดเจนของวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง	10 คะแนน

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. นางปติฐา สุประการพงษ์ ประธานกรรมการ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
2. นางนุจรี ธราเธียรโท กรรมการ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)
3. นางนันทกร สุขพิพัฒน์ กรรมการ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)
4. นางสาวนันท์ ทานต์ แสงเครือ กรรมการ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)
5. นางสาวเรณูกานต์ ศิริแก้ว กรรมการ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)