

## หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ Price : Performance

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๒๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๘๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างอิง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตามจำนวน reference site ที่มีโดยให้คะแนน reference site แห่งละ ๕ คะแนน	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว)	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๑๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๐ คะแนน	๒๐
	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าว ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวชภัณฑ์ได้	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ๐ คะแนน	๒๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งานในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๕๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน	๕๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ

(ผศ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์)

๒.....กรรมการ

(นางสาวณิชา ศุภธีรวัตร)

๓.....กรรมการ

(นางสาวพัทธศรีณีย์ ศรีจันทร์)

### เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ

- กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ๖๐
- ด้านราคา ร้อยละ ๒๐
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐

### เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ตัวแปร	ค่าน้ำหนัก	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry	๑๐	๑๐๐	มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry
๒. การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์	๖๐	๑๐๐	โดยประเมิน ใน ๓ ด้าน ต้นวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน ระดับคะแนนประเมิน ๘๐-๑๐๐ = ๑๐๐ คะแนน ๗๐-๗๙ = ๕๐ คะแนน ต่ำกว่า ๗๐ = ๐ คะแนน
๓. การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้เคียง	๑๐	๑๐๐	แลกเปลี่ยนทุกกรณี = ๑๐๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๓ เดือน = ๘๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน = ๖๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๑ ปี = ๕๐ คะแนน


### คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ



๑.....ประธานกรรมการ  
(ผศ. วุฒิชัย แสงประกาย)



๒.....กรรมการ  
(ผศ. วรพงษ์ พิทักษ์สันตโยธิน)



๓.....กรรมการ  
(นางปติฐา สุประภากรพงษ์)

แผน ๖๙ สายสวนสำหรับฟอกเลือดล้างไต (๓)

รายการที่ ๑๓๐๓ -๑๓๐๖ สายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวสำหรับฟอกเลือดขนาด ๑๓.๕ เซนติเมตร  
๑๖ เซนติเมตร ๒๐ เซนติเมตรและ ๒๔ เซนติเมตร

ความต้องการ สายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวสำหรับฟอกเลือดขนาด๑๓-๑๓.๕ เซนติเมตร๑๖เซนติเมตร  
๑๙.๕-๒๐ เซนติเมตรและ ๒๔ เซนติเมตร

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับใส่หลอดเลือดดำใหญ่เพื่อการฟอกเลือด

๑.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นชุดสายสวนหลอดเลือดดำชนิดสองช่องในท่อเดียวสำหรับการฟอกเลือด (Double Lumen Catheter) ประกอบด้วย arterial lumen เพื่อนำเลือดออกจากร่างกาย และ venous lumen เพื่อนำเลือดกลับเข้าสู่ร่างกาย

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ สายสวนส่วน catheter ผลิตด้วย polyurethane หรือ silicone คุณภาพสูง
- ๒.๒ สายส่วน extension ผลิตด้วย silicone คุณภาพสูง มีลักษณะใส
- ๒.๓ มีคุณสมบัติยืดหยุ่น คั่นตัว ป้องกันการหักพัง
- ๒.๔ ส่วน catheter ไวต่ออุณหภูมิ มีการอ่อนนุ่มลงเมื่อเข้าสู่กระแสเลือด
- ๒.๕ สามารถมองเห็นตำแหน่งสายและปลายสายจากการเอกซเรย์อย่างชัดเจน
- ๒.๖ ท่อเปิด arterial และ venous lumen ทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงทนทาน แยกสี arterial และ venous อย่างชัดเจน สามารถเชื่อมต่อกับสายส่งเลือดไปฟอกเลือดได้อย่างสนิท
- ๒.๗ มีปริมาณ priming volume ของทั้งสายฝั่ง arterial และ venous ใว้อย่างชัดเจน
- ๒.๘ มี clamp เพื่อการเปิดหรือปิดเลือดที่สายส่วน extension ทั้ง arterial และ venous side
- ๒.๙ มีแป้นเพื่อการเย็บให้ catheter ยึดติดกับร่างกาย สามารถหมุนรอบตัวได้
- ๒.๑๐ ชุดสายสวนปราศจากเชื้อโดยได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์ ประกอบด้วย
  - a. เข็มนำเข้าสู่หลอดเลือด (introducer needle)
  - b. ลวดนำรูปตัว J (J - guide wire)
  - c. ท่อขยายหลอดเลือดที่เหมาะสมกับการใช้งานตามขนาดของสาย (dilators)
  - d. จุกสวมปิดปลายสาย ๒ ชิ้น
  - e. Double lumen catheter

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ  
(ผศ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์) (นางสาวณิชา ศุภธีร์วัตร) (นางสาวพัทธ์ศรีณย์ ศรีจันทร์)

- ๒.๑๑ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อทั้งชุดด้วยวิธีที่เหมาะสม
- ๒.๑๒ มีบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทไม่มีรอยฉีกขาด
- ๒.๑๓ ระบุเลขผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน มีระบุวันผลิต และหมดอายุ
- ๒.๑๔ วันที่จัดส่งสินค้าถึงวันหมดอายุต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๒.๑๕ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการได้รับการรับรองตามมาตรฐานในการนำมาใช้ในมนุษย์และ

ประเทศไทย

- ๒.๑๖ โรงงานที่ผลิตได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)
- ๒.๑๗ โรงงานที่ผลิตได้มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕
- ๒.๑๘ ส่งมอบเป็นงวดตามความต้องการของหน่วยงาน
- ๒.๑๙ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง
- ๒.๒๐ รับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทันทีถ้าสินค้ามีการเสียหายเมื่อมีการเรียกร้องจากโรงพยาบาล
- ๒.๒๑ รับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ถ้าใกล้หมดอายุภายใน ๓ เดือน
- ๒.๒๒ สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าคนละขนาดกันได้
- ๒.๒๓ มีประวัติการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายมากกว่า ๓ ปี

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ  
(ผศ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์) (นางสาวนิชชา สุภธีร์วัตร) (นางสาวพัทธ์ศรัณย์ ศรีจันทร์)

แผนสายสวนสำหรับฟอกเลือดล้างไต (๓) (๑๓๐๗)

รายการ สายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน (Double lumen Catheter)

ความต้องการ จัดซื้อสายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน (Double lumen Catheter)

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ทำจาก Polyurethane ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑.๕ F
๒. มีการวางท่อแบบคู่ Double Lumen เพื่อให้เลือดเข้า – ออก คนละท่อ
๓. Catheter ได้รับการออกแบบให้โค้ง
๔. ส่วนปลาย (Tip) ออกแบบมาให้ฉีดยาเพื่อป้องกันการเกิด Vessel Trauma และเป็นแบบ Highly Radiopaque
๕. มี Priming Volume กำหนดไว้ที่ Extension Pieces อย่างชัดเจน
๖. มี Suture Wing ชนิดหมุนได้
๗. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilized) ด้วย Ethylene Oxide

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๘. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขาย ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๙. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหากับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๐. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้น
๑๑. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ

(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย) (ผศ.วัชรพงศ์ พิทักษ์สันตโยธิน) (นางปติฐา สุประภารพงษ์)

๑๒. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะ  
แพทยศาสตร์ วิทยาลัยบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

Price Performance : พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑ ..... ประธานกรรมการ ๒ ..... กรรมการ ๓ ..... กรรมการ  
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย) (ผศ.วัชรพงศ์ พัทธ์ภัยสันตโยธิน) (นางปติฐา สุประการพงษ์)

แผนสายสวนสำหรับฟอกเลือดล้างไต (๓) (๑๓๐๘)

รายการ สายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน (Double lumen catheter) Permanent catheter

ความต้องการ สายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน (Double lumen catheter) ชนิด Permanent catheter

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์สายสวนเพื่อใช้ในการรักษาโรคไตวาย ด้วยการฟอกเลือด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. สายสวนชนิดสองช่องในท่อเดียวกัน ใช้สำหรับใส่ในหลอดเลือดเพื่อทำการฟอกเลือดในผู้ป่วยไตวายแบบสายถาวร
๒. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไม่น้อยกว่า ๑๔.๕ Fr.
๓. มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙-๕๕ cm.
๔. มีการออกแบบรูเปิดให้มีอัตราการเกิดการไหลย้อนของเลือด (recirculation) น้อยกว่าร้อยละ ๕
๕. มีปลอกหุ้มทำจาก Polymer หรือเทียบเท่า เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของสายออกนอกร่างกายผู้ป่วย
๖. เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคผู้ป่วยโรคไตวาย มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือกอุปกรณ์จากความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ การใช้งานของแพทย์ผู้ช่วยที่ทำการรักษาเฉพาะโรค เพื่อให้มีความเหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๘. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๙. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑ ..... ประธานกรรมการ ๒ ..... กรรมการ ๓ ..... กรรมการ

(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย) (ผศ.วัชรพงศ์ พิทักษ์สันตโยธิน) (นางปติฐา สุประการพงษ์)

๑๐. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๑. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๒. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

Price Performance : พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑ ..... ประธานกรรมการ ๒ ..... กรรมการ ๓ ..... กรรมการ  
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย) (ผศ.วัชรพงศ์ พิทักษ์สันตโยธิน) (นางปติฐา สุประการพงษ์)



แผนสายสวนสำหรับฟอกเลือดล้างไต (๓) (๑๓๐๙)

รายการ สายสวนชนิดสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต  
(Semi – Permanent Double lumen Hemodialysis Catheter)

ความต้องการ สายสวนชนิดสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต (Semi – Permanent Double lumen Hemodialysis Catheter)

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ทำจาก Carbothane material หรือ PU เกรดทางการแพทย์ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔.๕ F
๒. Catheter รูปทรงกลม (Round Designs)
๓. Dacron cuff ทำจาก Polyester (ใยสังเคราะห์)
๔. มี Priming Volume กำหนดไว้ที่ Arterial และ Venous Extension Pieces อย่างชัดเจน
๕. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilized) ด้วย Ethylene Oxide

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนมาอยู่ไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๘. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๙. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกสัญญาได้
๑๐. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้น
๑๑. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑ .....ประธานกรรมการ ๒ .....กรรมการ ๓ .....กรรมการ  
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย) (ผศ.วัชรพงศ์ พิทักษ์สันตโยธิน) (นางปติฐา สุประภารพวงษ์)

๑๒. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะ  
แพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

Price Performance : พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑ ..... ประธานกรรมการ ๒ ..... กรรมการ ๓ ..... กรรมการ  
(ผศ. วุฒิชัย แสงประกาย) (ผศ. วรพงษ์ พิทักษ์สันตโยธิน) (นางปติฐา สุประการพงษ์)

แผน ๖๙ สายสวนสำหรับฟอกเลือดล้างไต (๓)

รายการที่ ๑๓๑๐,๑๓๑๑ แผนการจัดซื้อสายสวนชนิดสามช่องท่อเดียวสำหรับฟอกเลือด (Triple lumen)  
ขนาด ๒๐ เซนติเมตรและ ๒๔ เซนติเมตร

ความต้องการ สายสวนชนิดสามช่องท่อเดียวสำหรับฟอกเลือด (Triple lumen) ขนาด ๒๐ เซนติเมตรและ ๒๔ เซนติเมตร

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับใส่หลอดเลือดดำใหญ่เพื่อการฟอกเลือด

๑.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นชุดสายสวนหลอดเลือดดำชนิดสามช่องในท่อเดียวสำหรับการฟอกเลือด (Triple Lumen Catheter) ประกอบด้วย arterial lumen เพื่อนำเลือดออกจากร่างกาย และ venous lumen เพื่อนำเลือดกลับเข้าสู่ร่างกาย

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ สายสวนส่วน catheter ผลิตด้วย polyurethane หรือ silicone คุณภาพสูง
- ๒.๒ สายส่วน extension ผลิตด้วย silicone คุณภาพสูง มีลักษณะใส
- ๒.๓ มีคุณสมบัติยืดหยุ่น คั่นตัว ป้องกันการหักพับงอ
- ๒.๔ ส่วน catheter วัสดุอ่อนนุ่ม มีการอ่อนนุ่มลงเมื่อเข้าสู่กระแสเลือด
- ๒.๕ สามารถมองเห็นตำแหน่งสายและปลายสายจากการเอกซเรย์อย่างชัดเจน
- ๒.๖ ท่อเปิด arterial และ venous lumen ทำจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน มีความแข็งแรงทนทาน แยกสี arterial และ venous อย่างชัดเจน สามารถเชื่อมต่อกับสายส่งเลือดไปฟอกเลือดได้อย่างสนิท
- ๒.๗ มีปริมาณ priming volume ของทั้งสายฝั่ง arterial และ venous ใว้อย่างชัดเจน
- ๒.๘ มี clamp เพื่อการเปิดหรือปิดเลือดที่สายส่วน extension ทั้ง arterial และ venous side
- ๒.๙ มีแป้นเพื่อการเย็บให้ catheter ยึดติดกับร่างกาย สามารถหมุนรอบตัวได้
- ๒.๑๐ สายที่ ๓ มี clamp เพื่อเปิดปิด
- ๒.๑๑ ชุดสายสวนปราศจากเชื้อโดยได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์ ประกอบด้วย
  - a. เข็มนำเข้าสู่หลอดเลือด (introducer needle)
  - b. ลวดนำรูปตัว J (J - guide wire)
  - c. ท่อขยายหลอดเลือดที่เหมาะสมกับการใช้งานตามขนาดของสาย (dilators)
  - d. จุกสวมปิดปลายสาย ๒ ชิ้น
  - e. Double lumen catheter

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ  
(ผศ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์) (นางสาวณิชา ศุภธีร์วัตร) (นางสาวพัทธ์ศรัณย์ ศรีจันทร์)

๒.๑๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อทั้งชุดด้วยวิธีที่เหมาะสม

๒.๑๓ มีบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่มีรอยฉีกขาด

๒.๑๔ ระบุเลขผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน มีระบุวันผลิต และหมดอายุ

๒.๑๕ วันที่จัดส่งสินค้าถึงวันหมดอายุต้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒.๑๖ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการได้รับการรับรองตามมาตรฐานในการนำมาใช้ในมนุษย์และ  
ประเทศไทย

๒.๑๖ โรงงานที่ผลิตได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)

๒.๑๗ โรงงานที่ผลิตได้มาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕

๒.๑๘ ส่งมอบเป็นงวดตามความต้องการของหน่วยงาน

๒.๑๙ เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

๒.๒๐ รับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทันทีถ้าสินค้ามีการเสียหายเมื่อมีการเรียกร้องจากโรงพยาบาล

๒.๒๑ รับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ถ้าใกล้หมดอายุภายใน ๓ เดือน

๒.๒๒ สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าคนละขนาดกันได้

๒.๒๓ มีประวัติการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายมากกว่า ๓ ปี

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ  
(ผศ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์) (นางสาวณิชา ศุภธีร์วัตร) (นางสาวพัทธ์ศรัณย์ ศรีจันทร์)

แผนสายสวนสำหรับฟอกเลือดล้างไต (๓) (๒๐๕๙-๖๐)  
รายการ สายสวนชนิดสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต  
(Permanent Double Lumen Hemodialysis Catheter)

ความต้องการ สายสวนชนิดสองช่องแบบกึ่งถาวรสำหรับฟอกเลือดล้างไต (Permanent Double Lumen Hemodialysis Catheter)

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกเลือด เช่น Hemodialysis, Plasmapheresis

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ทำจาก Triflex material ที่มีคุณสมบัติ อ่อนนุ่มกว่า PU เรียบและลื่น ทำให้เกิดการเกาะติดของเกล็ดเลือดยากขึ้น สามารถมองเห็นได้ด้วยวิธี X-ray (เอกซเรย์)
๒. Catheter มีขนาด ๑๕.๕ F สามารถเปิด Blood Flow ได้มากกว่า ๔๕๐ ml/นาที่
๓. ปลายตัด ๙๐ องศา ป้องกันการอุดตันผนังหลอดเลือด และทำ Catheter Lock ได้ถึงปลายสาย
๔. Catheter ออกแบบให้มีอัตราการเกิด Recirculation น้อยกว่า ๕%
๕. มี Fast Track Stylet ช่วยให้ใส่ได้เร็วขึ้นและผลลดลง
๖. Catheter Design แบบ Double D ทำให้เป็นทรงกลม (Round Designs) ช่วยทำให้ใส่ได้ง่าย
๗. สามารถใส่ได้ด้วยวิธี Modified Seldinger Technique จึงช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการใส่แบบ Surgical Technique
๘. Dacron cuff ทำจาก Polyester (ใยสังเคราะห์) ช่วยในการยึดติดกับเนื้อเยื่อของผู้ป่วย ป้องกันการติดเชื้อ และการเลื่อนหลุดของ Catheter
๙. ที่ Extension มี Clamp และ Priming Volume ระบุไว้ที่ Arterial และ Venous Extension Piece อย่างชัดเจน เพิ่มความสะดวกในการดูแล ทำให้สามารถใช้งานได้นานมากขึ้น
๑๐. มี Suture wing แบบหมุนได้ ทำให้วางในตำแหน่งที่คนไข้สบายตัว
๑๑. ปลายสายมี Luers ที่ออกแบบให้มีความสะดวกสบาย และแข็งแรง
๑๒. ผ่านการทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilized) ด้วย Ethylene Oxide

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ  
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย) (ผศ.วัชรพงศ์ พัทธกษัตริย์อิน) (นางปติฐา สุประภากรพงษ์)

๘. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๙. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๐. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๑. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๒. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

Price Performance : พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ  
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย) (ผศ.วัชรพงศ์ พิทักษ์สันตโยธิน) (นางปติฐา สุประการพงษ์)

รายการที่ ๑๔ สายสวนสำหรับฟอกเลือดถาวร (Long term hemodialysis Catheter)  
ชนิดปลายแบบสมมาตร (Symmetric Tip design)

ความต้องการ สายสวนสำหรับฟอกเลือดถาวร (Long term hemodialysis Catheter) ชนิดปลายแบบสมมาตร (Symmetric Tip design)

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสายสวนสำหรับฟอกเลือดถาวร (Long term hemodialysis Catheter) ชนิดปลายแบบสมมาตร (Symmetric Tip design)

คุณลักษณะทั่วไป เป็นสายสวนหลอดเลือดใช้สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ภายในสายถูกแบ่งเป็น ๒ ท่อ โดยมีผนังกันตรงกลางและมีรูเปิดที่ปลายในลักษณะสมมาตร Symmetric Tip design

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. Catheter มีคุณสมบัติที่ต้านทานการหักงอได้ง่าย (Kink resistance)
๒. ภายในของ Catheter ถูกแบ่งเป็น ๒ ท่อ ขนาดเท่ากัน
๓. ใช้ฟอกเลือดด้วยอัตราการไหลสูงสุด ๕๐๐ มล./นาที
๔. มี hub สำหรับเย็บเพื่อยึดติดสายไว้กับตัวผู้ป่วย
๕. มี cuff ของ catheter ที่ช่วยในการยึดตัว Catheter ไว้ในชั้นได้ผิวหนังไม่ให้เลื่อนหลุด
๖. Catheter size ๑๓-๑๕ Fr
๗. ความยาวจากปลายสายถึง cuff ๑๘-๔๕ เซนติเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๘. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๙. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ  
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย) (ผศ.วัชรพงศ์ พิทักษ์สันต์โยธิน) (นางปติฐา สุประภารพงษ์)

๑๐. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๑. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๒. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

Price Performance : พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย) (ผศ.วัชรพงศ์ พิทักษ์สันตโยธิน) (นางปติฐา สุประภากรพงษ์)



รายการที่ ๑๕ สายสวนสำหรับฟอกเลือดถาวร (Long term hemodialysis Catheter)  
ชนิดปลายเหลื่อม (Step tip design)

ความต้องการ สายสวนสำหรับฟอกเลือดถาวร (Long term hemodialysis Catheter) ชนิดปลายเหลื่อม (Step tip design)

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสายสวนสำหรับฟอกเลือดถาวร (Long term hemodialysis Catheter) ชนิดปลายเหลื่อม (Step tip design)

คุณลักษณะทั่วไป เป็นสายสวนหลอดเลือดใช้สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ภายในสายถูกแบ่งเป็น ๒ ท่อ และมีรูเปิดที่ปลายในลักษณะปลายเหลื่อม Step tip design

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ภายในของ Catheter ถูกแบ่งเป็น ๒ ช่องในท่อเดียวกัน
๒. ปลายสายสวนที่ใช้ต่อกับสายส่งเลือด มีจำนวน ๒ สาย มีลักษณะเป็นท่อตรงและมีตัวหนีบท่อ (Clamp) แต่ละเส้นเพื่อปิดหรือเปิดการไหลของเลือด
๓. Catheter size ๑๓-๑๕ Fr
๔. ความยาวจากปลายสายถึง cuff ๑๘-๔๕ เซนติเมตร
๕. ได้ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว และเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่ใช่ของเก่าที่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๘. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๙. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ  
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย) (ผศ.วรพงศ์ พิทักษ์สันตโยธิน) (นางปติฐา สุประภารพวงษ์)

๑๐. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๑. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๒. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

Price Performance : พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ  
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย) (ผศ.วัชรพงศ์ พิทักษ์สันตโยธิน) (นางปติฐา สุประภารพงษ์)