

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 0 เข็ม 36-37mm
ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 90cm Curve 1/2 Taper หรือ round

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 0 เข็ม 36-37mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 90cm Curve 1/2 Taper หรือ round
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-90 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บีดงหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holdle จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. นางสาว สุวิมล ประธานกรรมการ

นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

2. นางนจรี ธีราเกียรติ กรรมการ

นางนจรี ธีราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

3. นางนทกร สุขพิพัฒน์ กรรมการ

นางนทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

4. นางสาวนันท์ กรรมการ

นางสาวนันท์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

5. นางสาวเรณู กรรมการ

นางสาวเรณูกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 0 เข็ม 35-36mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve J Taper หรือ round

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการห่อหุ้มบาดแผล งานหัตถการตรวจคัดกรอง งานหัตถการคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 0 เข็ม 35-36mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve J Taper หรือ round
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากช่องทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>มิ่งขวัญ</u> <u>สุพรรณพงษ์</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>ปอ</u> <u>จ</u> กรรมการ
นางนจรี ธาราเอียรไท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ</u> <u>อ</u> <u>อ</u> <u>อ</u> <u>อ</u> <u>อ</u> กรรมการ
นางนทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>นพ</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>นพ</u> <u>นพ</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 1 เข็ม 36mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 90cm Curve 1/2 Tapercut

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการหัตถการผ่าตัด งานหัตถการตรวจคัดกรอง งานหัตถการคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 1 เข็ม 36mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 90cm Curve 1/2 Tapercut
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทริลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ ค่าเดือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>ปลัด อภิวันท์</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>ดร.วี</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเจริญไท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ.ดร. สันติ</u> กรรมการ
นางนพพร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>กมล</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>ม. น.</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 2/0 เข็ม 26mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 1/2-Taper หรือ round หรือ Taper cut

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 2/0 เข็ม 26mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 1/2 Taper หรือ round หรือ Taper cut
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-90 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ซองฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>abin สุวรรณ</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประการพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>อุไร</u> กรรมการ
นางนงะรี ธราเธียรไท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นันทกร สุขพิพัฒน์</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>ณัฏฐา</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>กร ภาณุ</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 2/0 เข็ม 26-27mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 5/8 Taper หรือ round (เย็บ fistula tract)

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 2/0 เข็ม 26-27mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 5/8 Taper หรือ round (เย็บ fistula tract)
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทริสีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บีดงหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากของทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holdle จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>ปลื้ม สุขุมาน</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>พอร</u> กรรมการ
นางนจรี ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพพร สุทธิวัฒน์</u> กรรมการ
นางนทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>กนก</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>กร ม</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลายเร็ว เบอร์ 2/0
 เข็ม 36-37mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 90cm Curve 1/2 tapercut ไม่ย้อมสี

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 2/0 เข็ม 36-37mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 90cm Curve 1/2 tapercut ไม่ย้อมสี ชนิดละลายเร็ว
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 42-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holdle จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>สพ.ก. สุพรรณ</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>พจ. 9</u> กรรมการ
นางนุจรีย์ ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ.ก. สุวิทย์</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>พ.ก. 4</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>พ.ว. ๗</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 2/0 เข็ม 36-37mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 90cm Curve 1/2-Taper หรือ round

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานหัตถ์ผ่าตัด งานหัตถ์ตรวจคัดกรอง งานหัตถ์คลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 2/0 เข็ม 36-37mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 90cm Curve 1/2 Taper หรือ round
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-90 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holdle จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ ค่าเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>ผอ.ก.ส.ร.ม.พ.</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>พรศ.</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเอียรโท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ.ทศ. สุทธิพันธุ์</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>พญ.</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>พ.ร.</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 3/0 เข็ม 19mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 3/8 Reverse Cutting หรือ Cutting ไม่ย้อมสี

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจคัดสรรกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 3/0 เข็ม 19mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 3/8 Reverse Cutting หรือ Cutting ไม่ย้อมสี
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-90 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บึงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>นพ. สอนการพ</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>พจว</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเอียรโท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ. พงษ์พิพัฒน์</u> กรรมการ
นางนทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>นพ</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>นพ. นพ</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 3/0 เข็ม 26mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 1/2 Taper หรือ round หรือ Taper cut

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 3/0 เข็ม 26mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 1/2 Taper หรือ round หรือ Taper cut
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-90 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>26/11/2565</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>พจส</u> กรรมการ
นางนุจรีย์ ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ.ดร. สุวิทย์</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>พ.กม</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>พ.กม</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 3/0 เข็ม 25-26mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ -75cm Curve 3/8 Cutting

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 3/0 เข็ม 25-26mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 75cm Curve 3/8 Cutting
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>ผศ.</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>พศ.</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>พศ.</u> <u>ผอ. พ.อ.</u> กรรมการ
นางนทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>ผศ.</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>ผ. พ.</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกาฬต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 3/0 เข็ม 60mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm เข็มตรง

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 3/0 เข็ม 60mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm เข็มตรง
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-90 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>ว.ค.ท.พ.</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประการพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. กรรมการ
นางนุจรี ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ.ก.อ. ส.อ.ค.ค.ค.</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>นพ.</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>พ. พ.</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นดก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 4/0 เข็ม 19mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 3/8 Reverse Cutting หรือ cutting ไม่ย้อมสี

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นดก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 4/0 เข็ม 19mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 3/8 Reverse Cutting หรือ cutting ไม่ย้อมสี
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ซองบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ซองฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>ส.ค.</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>per</u> กรรมการ
นางนุจรี ธราเจริญไท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>หมอกอ</u> <u>ส.ค.พัฒนา</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>km</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>mr</u> <u>mv</u> กรรมการ
นางสาวเรณูกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 4/0 เข็ม 17-18mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 1/2 Taper หรือ round

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 4/0 เข็ม 17-18mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 1/2 Taper หรือ round
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-90 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บึงหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. <u>นางสาว สุภาภรณ์</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพวงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>นางนงรี ธาราเกียรติ</u> กรรมการ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นางนทกร สุขพิพัฒน์</u> กรรมการ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>นางสาวนันท์ ทานต์</u> กรรมการ
นางสาวนันท์ ทานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>นางสาวเรณู ทานต์</u> กรรมการ
นางสาวเรณู ทานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลายเร็ว เบอร์ 4/0 เข็ม 19mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 3/8 Reverse Cutting หรือ cutting ไม่ย้อมสี

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 4/0 เข็ม 19mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 3/8 Reverse Cutting หรือ cutting ไม่ย้อมสี ชนิดละลายเร็ว
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 42-90 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทริลีนออกไซด์
7. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บึงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>ปลัดฯ สสจ.มท</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพวงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>พวรี</u> กรรมการ
นางนุจรีย์ ธาราเชียรไท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นางนทกร สุทธิพิพัฒน์</u> กรรมการ
นางนทกร สุทธิพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>พณิ</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>พว พว</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 4/0 เข็ม 20mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 1/2 Taper point (เย็บตับอ่อน)

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 4/0 เข็ม 20mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 1/2 Taper point (เย็บตับอ่อน)
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-90 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holdle จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>ปลัด สุวามพณ</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>ดร.เจี๊ยะ</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ.ดร. อธิวัฒน์</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>กมล</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>ดร. น</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 5/0 เข็ม 8.5mm ยาวมากกว่า
หรือเท่ากับ 45cm Curve 1/4 spatular






ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับใช้ในกรณีผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 5/0 เข็ม 8.5mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 1/4 spatular
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประการพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2.  กรรมการ
นางนงนรี ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3.  กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4.  กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5.  กรรมการ
นางสาวเรณูภาต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 5/0 เข็ม 11mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting ไม่ย้อมสี






ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในกรณีผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 5/0 เข็ม 11mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting ไม่ย้อมสี
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2.  กรรมการ
นางนุจรีย์ ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3.  กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4.  กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5.  กรรมการ
นางสาวเรณุกาต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลายเร็ว เบอร์ 5/0 เข็ม 11mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting หรือ cutting ไม่ย้อมสี

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 5/0 เข็ม 11mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting หรือ cutting ไม่ย้อมสี ชนิดละลายเร็ว
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 42-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบตีดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทริลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บีดงหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>อ.อภิสรา สุประการพงษ์</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประการพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>นางนุจรี ธาราเกียรติ</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นางนันทกร สุขพิพัฒน์</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>นางสาวนันท์ ทานต์</u> กรรมการ
นางสาวนันท์ ทานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>นางสาวเรณูกานต์ ศิริแก้ว</u> กรรมการ
นางสาวเรณูกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นดก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 5/0 เข็ม 13mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting หรือ Cutting ไม่ย้อมสี

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นดก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 5/0 เข็ม 13mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse Cutting หรือ Cutting ไม่ย้อมสี
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-90 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บีดงหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ปณิฏฐ์ สุพรรณิ ประธานกรรมการ

นางปติฐา สุประการพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

2. ปณิฏฐ์ กรรมการ

นางนุจรี ธาราเอียรโท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

3. นพ. สุวิทย์ กรรมการ

นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

4. นพ. กรรมการ

นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

5. นพ. กรรมการ

นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 5/0 เข็ม 13mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 1/2 Taper หรือ round (เย็บท่อปัสสาวะเด็ก)

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 5/0 เข็ม 13mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 70cm Curve 1/2 Taper หรือ round (เย็บท่อปัสสาวะเด็ก)
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>ปช</u> ประธานกรรมการ
นางปติรา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>เพช</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเอียรโท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ.กช</u> <u>สอติวัฒน์</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>หัตถ</u> กรรมการ
นางสาวนันท์ ทานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>ท</u> <u>น</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกาฬ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 6/0 เข็มคู่ 7.6mm ยาว 45cm
Curve 1/4 spatular

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจคัดกรอง งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 6/0 เข็มคู่ 7.6mm ยาว 45cm Curve 1/4 spatular
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>ด.อ.ม</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประการพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>ด.ญ.ร</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเอียรไท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพ.ก.ร สิริพิพัฒน์</u> กรรมการ
นางนทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>ด.ญ.ก</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>นร.ก</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 6/0 เข็ม 8.0mm ยาวมากกว่า
หรือเท่ากับ 45cm Curve 1/4 spatular

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 6/0 เข็ม 8.0mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 1/4 spatular
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บีดงหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>มจร</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>ปอว</u> กรรมการ
นางนุจรี ธีราเอียรไท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>จนท</u> <u>สอ</u> <u>สอ</u> กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>สอ</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>มร</u> <u>น</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นล็ก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 6/0 เข็ม 11mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse cutting (ไม่ย้อมสี) (เย็บท่อปัสสาวะเด็ก)

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นล็ก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 6/0 เข็ม 11mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 3/8 Reverse cutting ไม่ย้อมสี (เย็บท่อปัสสาวะเด็ก)
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบดัดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ขอบบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะที่เย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ขอบฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>2/ม</u> ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประการพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2. <u>พอ</u> กรรมการ
นางนุจรี ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3. <u>นพทอ สอดิษฐ์</u> กรรมการ
นางนทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4. <u>พม</u> กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5. <u>ดร. น</u> กรรมการ
นางสาวเรณุกาต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 6/0 เข็ม 13mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 1/2 Taper หรือ round

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจคัดกรอง งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 6/0 เข็ม 13mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve 1/2 Taper หรือ round ไม่ย้อมสี
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-90 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ของบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ของฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holdle จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ม.ศ.ก. สุพรรณ ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประการพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

2. พ.อ.ร. กรรมการ
นางนุจรี ธราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

3. พ.น.ร. สุทธิพันธ์ กรรมการ
นางนันทกร สุทธิพันธ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

4. อ.ก.น. กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

5. ท.น. กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

รายการ : ไหมเย็บสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 7/0 เข็ม 6.4mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve3/8 spatular






ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 7/0 เข็ม 6.4mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 45cm Curve3/8 spatular
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ซองบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บีดงหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ซองฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  ประธานกรรมการ
นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) | 2.  กรรมการ
นางนุจรี ธาราเอียรไท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) | 3.  กรรมการ
นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ) |
| 4.  กรรมการ
นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | 5.  กรรมการ
นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) | |

รายการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย เบอร์ 8/0 เข็ม 6.4mm ยาวมากกว่า
หรือเท่ากับ 30cm Curve 3/8 spatular

ความต้องการ : ไหมเย็บแผลสังเคราะห์เส้นถัก (Multifilament) ชนิดละลายได้ (Absorbable)

วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

1. ไหมเบอร์ 8/0 เข็ม 6.4mm ยาวมากกว่าหรือเท่ากับ 30cm Curve 3/8 spatular
2. ผลิตจากสาร Polyglycolic acid หรือ Polyglactin
3. ไหมละลายได้ภายใน 56-70 วัน
4. แบบของไหมเป็นแบบติดเข็ม/เข็มและไหมยึดติดกันแน่น/ไม่หลุดง่าย
5. เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล
6. ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์
7. ซองบรรจุไหมต้องระบุ ชนิดไหม/ ขนาดไหม/ ขนาดเข็ม/ ความยาว/ ความโค้ง/ วันหมดอายุ
8. เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บดงอหรือหักง่าย คุณภาพของเข็มและไหมได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน USP หรือ Ph.Eur
9. ซองฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากซองทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้ needle holder จับเข็มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ และเกิดการปนเปื้อนน้อยที่สุด
10. กล่องบรรจุห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ วัสดุและสารที่ใช้ผลิต ระบุขนาดและรายละเอียดของไหมชัดเจน วันที่ผลิตและวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ ข้อควรระวัง โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
11. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดย อ.ย และมีได้รับหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย หรือหากเป็นผู้ผลิตสินค้าเองต้องมีเอกสารแสดง
12. มีหนังสือรับแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับโรงพยาบาล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ประธานกรรมการ

นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

2. กรรมการ

นางนุจรี ธีราเอียรโท
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

3. กรรมการ

นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

4. กรรมการ

นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

5. กรรมการ

นางสาวเรณูภาณุ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

ข้อกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะ

1. เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราวจะต้องระบุวันหมดอายุไว้บนซองอย่างชัดเจน โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถัดจากวันส่งมอบ
2. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังสิ้นสุดสฤติการผุกผันของสัญญา
3. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
4. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
5. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
6. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
7. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
8. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ : ด้านราคา ร้อยละ 30 / ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ 70

1. มีเอกสารแสดงการใช้ในโรงเรียนแพทย์ Medical School Hospital ภายใน 2 ปี โดยให้คะแนนโรงเรียนแพทย์ละ 2 คะแนน (10 คะแนน)
2. การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์ของผู้ใช้งานจริง ด้านวัสดุ / การใช้งาน/ ด้านบรรจุภัณฑ์ (60 คะแนน)

หัวข้อประเมิน การใช้งาน/ด้านวัสดุ / ด้านบรรจุภัณฑ์

1.ด้านการใช้งาน	เส้นไหมเรียบลื่นเย็บผ่านเนื้อเยื่อได้ง่าย(Smooth)	30 คะแนน
	ช่องฉีกง่าย การดึงเส้นไหมออกจากช่องสามารถนำเส้นไหมออกทำได้โดยง่าย โดยเส้นไหมยังคงสภาพที่เหมาะสม และมีความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้นeedle holdle จับเข้มนำเส้นไหมออกมา เพื่อป้องกันอันตรายจากการจับด้วยมือ	
	เข็มและไหมยึดติดกันแน่น ไม่หลุดง่าย	
2.ด้านวัสดุ	ความแข็งแรงของเส้นไหมและปม การผูกปมและ Slide ปม Heading	20 คะแนน
	เข็มมีความคมแข็งแรงและลื่นในขณะเย็บผ่านเนื้อเยื่อ ไม่บีดงหรือหักง่าย และทนต่อการเย็บ	
3.ด้านบรรจุภัณฑ์	บรรจุภัณฑ์ / สะดวกต่อการใช้งาน / ปราศจากเชื้อ / ความชัดเจนของวันหมดอายุ คำเตือน/ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง	10 คะแนน

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

1. ประธานกรรมการ

นางปติฐา สุประภารพงษ์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

2. กรรมการ

นางนุจรี ธาราเกียรติ
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ)

3. กรรมการ

นางนันทกร สุขพิพัฒน์
(พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ)

4. กรรมการ

นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)

5. กรรมการ

นางสาวเรณุกานต์ ศิริแก้ว
(พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ)