


เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ

- ด้านราคา ร้อยละ 30
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ 70

เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ตัวแปร	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา	หมายเหตุ
๑.การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์จากผู้ใช้งาน		มีโดยประเมินใน ๓ ด้าน คือ ด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน ระดับคะแนนประเมิน $80-100 = \dots 60 \dots$ คะแนน $70-79 = \dots 30 \dots$ คะแนน ต่ำกว่า 70 = $\dots 0 \dots$ คะแนน	
๒. รายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้เวชภัณฑ์ในกรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว		ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเวชภัณฑ์ดังกล่าว $\dots 10 \dots$ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเวชภัณฑ์ดังกล่าว /ด้านการบริการของบริษัท $\dots 0 \dots$ คะแนน	


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ

(นางนุจรี ธารเอียรไท)

๒.  กรรมการ

(นางสาววิยะดา จิตวัฒนกุล)

๓.  กรรมการ

(นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ)

กลุ่มไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นถัก Multifilament ชนิดละลาย
(Polyglycolic acid หรือ Polyglactin)

ความต้องการ : ไหมเย็บแผล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้ในการหัตถการผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินสำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มาใช้บริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

๑. คุณลักษณะทั่วไป

วัสดุเย็บแผลจากสารสังเคราะห์เส้นถักเป็นเส้นไหมละลายได้

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ทัวไปไหมละลายได้ภายใน ๕๖-๗๐วัน ถ้าเป็นชนิดละลายเร็ว (Rapid) ละลายได้ภายใน ๔๒ วัน

๒.๒ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน United State Pharmacopia (USP)

๒.๓ บรรจุในห่อปราศจากเชื้อ

๒.๔ ห่อไหมบรรจุในกล่องพลาสติกหรือกล่องกระดาษ ห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า

๒.๕ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์

๒.๖ แบบของไหม

๒.๖.๑ แบบติดเข็ม

๒.๗ ขนาดของไหมและขนาดของเข็ม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๒.๗.๑ เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล

๒.๗.๒ เข็มมีความคมเมื่อผ่านเนื้อเยื่อแข็งแรงไม่บิดงอ หรือหักง่าย

๒.๗.๓ เข็มและไหมยึดติดกันแน่น ไม่หลุดง่าย


๒.๘ บรรจุภัณฑ์

๒.๘.๑ มีขนาดและรายละเอียดของไหมหรือไหมพร้อมเข็มที่กล่องบรรจุและซองบรรจุ


๒.๑๐ อายุของไหม

๒.๑๐.๑ เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนซองอย่างชัดเจน โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุ ความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. ประธานกรรมการ

(นางนุชรี ธารเอียรโท)

๒. กรรมการ

(นางสาววิยะดา จิตวัฒนกุล)

๓. กรรมการ

(นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ)

กลุ่มไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นถักไม่ละลาย

ความต้องการ : ไหมเย็บแผล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้ในงานห้องผ่าตัด งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินสำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

๑. คุณลักษณะทั่วไป

วัสดุเย็บแผลจากสารสังเคราะห์ polyester แบบเส้นถักไม่ละลาย

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ วัสดุเย็บแผลให้ความลื่น อ่อนตัวขณะเย็บแผล

๒.๒ เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อ ในขณะที่ฝังตัวอยู่ในร่างกายน้อยกว่าไหมดำ

๒.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน United State Pharmacopcia (USP)

๒.๔ บรรจุในห่อปราศจากเชื้อ

๒.๕ ห่อไหมบรรจุในกล่องพลาสติกหรือกล่องกระดาษ ห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและ

อากาศเข้า

๒.๕ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์

๒.๖ แบบของไหม

๒.๖.๑ แบบติดเข็ม

๒.๗ ขนาดของไหมและขนาดของเข็ม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๒.๗.๑ เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล

๒.๗.๒ เข็มมีความคมเมื่อผ่านเนื้อเยื่อแข็งแรงไม่บิดงอ หรือหักง่าย

๒.๗.๓ เข็มและไหมยึดติดกันแน่น ไม่หลุดง่าย

๒.๘ บรรจุภัณฑ์

๒.๘.๑ มีขนาดและรายละเอียดของไหมหรือไหมพร้อมเข็มที่กล่องบรรจุและซองบรรจุ

๒.๑๐ อายุของไหม

๒.๑๐.๑ เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนซองอย่างชัดเจน โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุ ความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ

(นางนุจรี ธาราธิปไตย)

๒.....กรรมการ

(นางสาววิยะดา จิตวัฒนกุล)

๓.....กรรมการ

(นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ)

กลุ่มไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย Nylon

ความต้องการ : ไหมเย็บแผล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้ในการงานหัตถ์ผ่าตัด งานหัตถ์ตรวจคัดกรอง งานหัตถ์คลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินสำหรับใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด

๑. คุณลักษณะทั่วไป

วัสดุที่เย็บแผลผลิตจากสารสังเคราะห์ polyamide หรือ polypropylene แบบเส้นเดียว (monofilament) ไม่ละลาย

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ วัสดุเย็บแผลให้ความลื่น อ่อนตัวขณะเย็บแผล

๒.๒ เกิดปฏิกิริยาต่อเนื้อเยื่อ ในขณะที่ฝังตัวอยู่ในร่างกายน้อยกว่าไหมดำ

๒.๓ คุณภาพได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ใน United State Pharmacopcia (USP)

๒.๔ บรรจุในห่อปราศจากเชื้อ

๒.๕ ห่อไหมบรรจุในกล่องพลาสติกหรือกล่องกระดาษ ห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า

๒.๖ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์

๒.๗ แบบของไหม

๒.๗.๑ แบบติดเข็ม

๒.๘ ขนาดของไหมและขนาดของเข็ม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๒.๘.๑ เข็มผลิตจากสแตนเลสตีเกลียว

๒.๘.๒ เข็มมีความคมเมื่อผ่านเนื้อเยื่อแข็งแรงไม่บิดงอ หรือหักง่าย

๒.๘.๓ เข็มและไหมยึดติดกันแน่น ไม่หลุดง่าย

๒.๙ บรรจุภัณฑ์


๒.๙.๑ มีขนาดและรายละเอียดของไหมหรือไหมพร้อมเข็มที่กล่องบรรจุและซองบรรจุ


๒.๑๐ อายุของไหม

๒.๑๐.๑ เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนซองอย่างชัดเจน โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุ ความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑..........ประธานกรรมการ
(นางนุจระรี ธาระธีรไทย)

๒..........กรรมการ
(นางสาววิยะดา จิตวัฒนกุล)

๓..........กรรมการ
(นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ)

กลุ่มไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นเดี่ยวละลาย

(poliglecaprone หรือ polydioxnone ๑๘๒-๒๓๘)

ความต้องการ : ไหมเย็บแผล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้ในการเย็บแผล งานห้องตรวจศัลยกรรม งานห้องคลอด และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินสำหรับใช้ในการเย็บแผลและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการเย็บแผล

๑. คุณลักษณะทั่วไป

วัสดุเย็บแผลจากสารสังเคราะห์เส้นเดี่ยว monofilament ละลาย

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ วัสดุเย็บแผลให้ความสั้น อ่อนตัวขณะเย็บแผล

๒.๒ ไหมละลายได้ภายใน ๙๑-๒๓๘ วัน

๒.๓ คุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ใน United State Pharmacopcia (USP)

๒.๔ บรรจุในห่อปราศจากเชื้อ

๒.๕ ห่อไหมบรรจุในกล่องพลาสติกหรือกล่องกระดาษ ห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศเข้า

๒.๕ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงหรือเอทิลีนออกไซด์

๒.๖ แบบของไหม

๒.๖.๑ แบบดัดเข็ม

๒.๗ ขนาดของไหมและขนาดของเข็ม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๒.๗.๑ เข็มผลิตจากสแตนเลสตีเกลียว

๒.๗.๒ เข็มมีความคมเมื่อผ่านเนื้อเยื่อแข็งแรงไม่บดงอ หรือหักง่าย

๒.๗.๓ เข็มและไหมยึดติดกันแน่น ไม่หลุดง่าย


๒.๘ บรรจุภัณฑ์

๒.๘.๑ มีขนาดและรายละเอียดของไหมหรือไหมพร้อมเข็มที่กล่องบรรจุและซองบรรจุ


๒.๑๐ อายุของไหม

๒.๑๐.๑ เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนซองอย่างชัดเจน โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุ ความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑..........ประธานกรรมการ

(นางนุจรี ธารเกียรติ)

๒..........กรรมการ

(นางสาววิยะดา จิตวัฒนกุล)

๓..........กรรมการ

(นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ)

กลุ่มไหมเย็บแผลประเภทสังเคราะห์เส้นเดียวไม่ละลาย
(polypropylene)

ความต้องการ : ไหมเย็บแผล

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้ในการห่อหุ้มบาดแผลทั่วไป งานห่อหุ้มบาดแผล ศัลยกรรม และงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
สำหรับการใช้ในการผ่าตัดและตกแต่งบาดแผลของผู้ที่มารับบริการในรายที่ต้องได้รับการผ่าตัด ศัลยกรรมหัวใจและ
หลอดเลือด, ศัลยกรรมพลาสติกตกแต่ง, และศัลยกรรมประสาท

๑. คุณสมบัติทั่วไป

วัสดุที่เย็บแผลชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดียว Non- Absorbable monofilament

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

๒.๑ ไหมเย็บแผลที่สังเคราะห์ polypropylene

๒.๒ วัสดุที่เย็บแผลชนิดไม่ละลายแบบเส้นเดียว monofilament, ไม่ละลาย Non- Absorbable

๒.๓ คุณภาพได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ใน United State Pharmacopcia (USP)

๒.๔ ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ โดยวิธีอบก๊าซเอทิลีนออกไซด์

๒.๕ ห่อไหมบรรจุในกล่องพลาสติกหรือกล่องกระดาษ ห่อหุ้มอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันความชื้นและอากาศ

เข้า

๒.๖ มีคุณสมบัติยืดหยุ่น ไหมมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษในขณะผูกมัดปมไหม ทำให้ปมไหมแน่นไม่ลื่นหลุดง่าย

๒.๗ แบบของไหม

๒.๗.๑ แบบติดเข็ม

๒.๘ ขนาดของไหมและขนาดของเข็ม (ตามเอกสารแนบท้าย)

๒.๘.๑ เข็มผลิตจากสแตนเลสตีล แข็งแรงและคมนานเวลาแทงผ่านเนื้อเยื่อ (ตามเอกสารแนบท้าย)

๒.๘.๒ เข็มมีความคมเมื่อผ่านเนื้อเยื่อแข็งแรงไม่บิดงอ หรือหักง่าย

๒.๘.๓ เข็มและไหมยึดติดกันแน่น ไม่หลุดง่าย


๒.๙ บรรจุภัณฑ์

๒.๙.๑ มีขนาดและรายละเอียดของไหมหรือไหมพร้อมเข็มที่กล่องบรรจุและซองบรรจุ อย่างชัดเจน

๒.๑๐ อายุของไหม

๒.๑๐.๑ เวชภัณฑ์ที่ส่งมอบระบุวันหมดอายุไว้บนซองอย่างชัดเจน โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุ ความ
ปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันส่งมอบ


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑..........ประธานกรรมการ

(นางนุจรี ธาราธิราช)

๒..........กรรมการ

(นางสาววิระดา จิตวัฒนกุล)

๓..........กรรมการ

(นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ)

ข้อกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้
งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๑ ไว้)
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็น
ของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้อง
เปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจ
ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อหากผู้จะ
ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิก
สัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่
จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ
๘. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤตการะผูกพันของสัญญา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑..........ประธานกรรมการ

(นางนุจรี ธารเกียรติ)

๒..........กรรมการ

(นางสาววิยะดา จิตวัฒนกุล)

๓..........กรรมการ

(นางสาวนันทกานต์ แสงเครือ)