

เอกสารแนบท้าย

เลขที่แผน ๖๗๐๕๔ ชื่อแผน เวชภัณฑ์สุดิ-นรีเวช (๓)

ลำดับ ๑ ชื่อรายการ จัดซื้อถุงคลุมกล้องสำหรับผ่าตัดส่องกล้องชนิดใช้แล้วทิ้ง

ความต้องการ ถุงคลุมกล้องสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง ชนิดใช้แล้วทิ้ง

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้คลุมสายนำแสง (Light source) และ หัวกล้อง (Camera head) ประกอบการผ่าตัดผ่านกล้อง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ลดอัตราการติดเชื้อ และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นถุงคลุมกล้องชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ไม่เหมาะกับการนำมาใช้ซ้ำ
๒. เป็นถุงคลุมกล้องทำจากวัสดุพลาสติกที่มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่ายระหว่างใช้งาน
๓. มีการบรรจุมาในบรรจุภัณฑ์ปลอดจากเชื้อ พร้อมใช้งาน และมีการระบุวันหมดอายุ
๔. ถุงคลุมกล้องผลิตและออกแบบมาเพื่อให้สวมกล้องและสายกล้องได้สะดวกง่ายดาย โดยถุงคลุมกล้องจะถูกพับเก็บอยู่ในบรรจุภัณฑ์รูปวงแหวน เมื่อต้องการใช้งาน สามารถดึงกล้องผ่านวงแหวน และดึงกล้องและสายไปพร้อมกับถุงคลุมกล้องด้วยถุงไปตลอดความยาว
๕. ถุงคลุมกล้องมีแถบเกี่ยวเพื่อรัดถุงเข้ากับหัวกล้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในบริเวณผ่าตัด

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

ถุงคลุมกล้องมีแถบเกี่ยวเพื่อรัดถุงเข้ากับหัวกล้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในบริเวณผ่าตัด และยังมีแถบเกี่ยวสำรอง อีก ๑ แถบ เพื่อรัดปลายอีกด้านของถุง หรือเพื่อสำรองใช้ในกรณีที่แถบเกี่ยวแรกอาจหลวม หรือชำรุด

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขแสดงพร้อมเอกสารยื่นขอเสนอราคา
๒. การแลกเปลี่ยนต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งหากไม่รับแลกเปลี่ยนหรือแลกเปลี่ยนแล้วยังมีปัญหา โรงพยาบาลวชิรพยาบาลสงวนสิทธิยกเลิกสัญญาได้
๓. ต้องผ่านการประเมินผลและทดลองใช้งานจากหน่วยงานในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
๔. ต้องมีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในประเทศไทยมานาน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ขึ้นไป
๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๕ ไว้)
๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น ๆ




คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. ..... ประธานกรรมการ ๒. ..... กรรมการ ๓. .... กรรมการ  
(นางสาวธรรณพร กิตติสยาม) (นางสาววรรณ ภูกิตติวรารัง) (นางธนียา ตูทานนท์)

๑๐. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๑๑. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ

(นางสาวพรรณพร กิตติสยาม)

(นางสาววรรณ ภูกิตติวารังกูร)

(นางธนียา ตูทานนท์)




หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็น เวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่จริงในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ในโรงเรียนแพทย์ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างอิง เช่น สัญญาซื้อขาย เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มีมากกว่าหรือเท่ากับ ๔ แห่ง ได้ ๓๐ คะแนน ๓-๔ แห่ง ได้ ๒๐ คะแนน ๑-๒ แห่ง ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวในกรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ในกรณีเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๔๐
		คะแนน	

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ  
(นางสาวธรรณพร กิตติสยาม) (นางสาวรณัน ภูกิตติวารังกูร) (นางธัญญา ตูทานนท์)

โครงการเวชภัณฑ์สูติ - นรีเวช  
คุณลักษณะเฉพาะ Enema Tip

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นหัวสวน ทำจากพลาสติก

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ๑ ชุด ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ Douche Tip, Rectal Tip และ Stopcock

๒.๒ ทำจากพลาสติก

๒.๓ ไม่เสียรูปทรงเมื่อนำไป sterile

๒.๔ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๒.๕ ผลิตรหัสต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๒.๖ หากพบปัญหาผลิตรหัสที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตรหัสได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอรินภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค)

๒ ..... กรรมการ

(นางสาววรรณ ภูกิตติวรานุกร)

๓ ..... กรรมการ

(นางสาวกฤษณา ฤกษ์สมมุส)

๑



หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตามจำนวน reference site ที่มีโดยให้คะแนน reference site แห่งละ ๕ คะแนน	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว)	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ ๒๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๑๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๐ คะแนน	๒๐
	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวชภัณฑ์ได้	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ ๒๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ ๐ คะแนน	๒๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	-คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน -คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนนได้ ๒๐ คะแนน -คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน	๔๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอรินภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค)

๒ ..... กรรมการ

(นางสาววรรณ ภูกิตติวรารังกูร)

๓ ..... กรรมการ

(นางสาวกฤษณา ฤกษ์สมมุส)

โครงการเวชภัณฑ์สูติ - นรีเวช  
คุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์เก็บชิ้นเนื้อในโพรงมดลูก

๑. คุณลักษณะทั่วไป

ใช้สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากโพรงมดลูก

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ วัสดุที่ใช้ทำหลอดเก็บสิ่งส่งตรวจจากโพรงมดลูกทำจาก Polypropylene ที่อ่อนงอได้
- ๒.๒ หลอดเก็บสิ่งส่งตรวจมีลักษณะเข็มแทงชั้นเดียวรูปแบบการทำงานโดย Elastomeric Design สำหรับเพิ่มแรงดูดสุญญากาศและมีบริเวณที่จับเป็นรอยคลื่น เพื่อให้สะดวกในการยึดจับ
- ๒.๓ มีตัวเลขชี้ตำแหน่งวัดความยาวของโพรงมดลูกที่ระยะ ๓-๑๑ เซนติเมตร
- ๒.๔ เป็นหลอดเก็บสิ่งส่งตรวจจากโพรงมดลูก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ มิลลิเมตร ความยาว ๒๓ เซนติเมตร สามารถโค้งงอ ได้ตามขนาดของโพรงมดลูก
- ๒.๕ การบรรจุและหีบห่อ บรรจุตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๖ มีอายุความปราศจากเชื้อไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งของ (Packaging)
- ๒.๗ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
- ๒.๘ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
- ๒.๙ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอรินภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค)

๒ ..... กรรมการ

(นางสาววรรณัน ฤกิตศิริราษฎร์)

๓ ..... กรรมการ

(นางสาวกฤษฎา ฤกษ์สมมุส)

หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๔๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตามจำนวน reference site ที่มีโดยให้คะแนน reference site แห่งละ ๕ คะแนน	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว)	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ ๒๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๑๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๐ คะแนน	๒๐
	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวชภัณฑ์ได้	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ ๒๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ ๐ คะแนน	๒๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	-คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน -คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนนได้ ๒๐ คะแนน -คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน	๔๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ .....ประธานกรรมการ

(นางสาวอรินภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค)

๒ .....กรรมการ

(นางสาววรรณ ภูกิตติวรารังกูร)

๓ .....กรรมการ

(นางสาวกฤษณา ฤกษ์สมมุส)



โครงการเวชภัณฑ์สุติ - นรีเวช  
คุณลักษณะเฉพาะ แคมปอน ขนาด ๒ " x ๑.๕ " ปราศจากเชื้อ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นผ้าก๊อสห่อสำลีตัดแผ่นขนาด ๖" x ๙" พับทบให้ได้ขนาด ๒" x ๑.๕" และมัดด้วยเส้นด้ายสีขาว เบอร์ ๒๐/๙ ยาว ๑๗"

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ผ้าก๊อสที่ใช้ผลิตหรือประกอบในสินค้ารายการอื่นๆ ทำจากเส้นด้ายฝ้าย ๑๐๐% ซึ่งใช้ทางการแพทย์ ปราศจากสิ่งสกปรก มีสีขาวสะอาด ไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ มีความถี่ ๒๐ x ๒๔ เส้นต่อตารางนิ้ว และได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๔

๒.๒ สำลีที่ใช้ผลิตหรือประกอบในสินค้ารายการอื่นๆ ทำจากฝ้าย ๑๐๐% ซึ่งใช้ทางการแพทย์ ปราศจากสิ่งสกปรก สีขาวนวล ปราศจากสารเรืองแสง ซึ่มซับของเหลวได้ดี และได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๑๘๒-๒๕๕๔

๒.๓ เมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ สำลี ผ้าก๊อส ไม่เปลี่ยนสี

๒.๔ ปราศจากสารเรืองแสง และสารเคมีตกค้าง

๒.๕ สามารถซึ่มซับ ดูดซับของเหลวได้ดี

๒.๖ ผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยมีเครื่องหมายที่ของบรรจุแสดงว่าผ่านการฆ่าเชื้อ

๒.๗ บรรจุ ๑ ชิ้น/ซอง ในซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิท เป็นฟิล์มพลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้าน มีความหนาแน่น ไม่ฉีกง่าย สามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้ รักษาสภาพปราศจากเชื้อได้ตลอดระยะเวลาเก็บ

๒.๘ ระบุ เดือน ปี ที่ผลิต และเดือน ปี ที่หมดอายุ

๒.๙ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๒.๑๐ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๒.๑๑ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ .....ประธานกรรมการ

(นางสาวอรินภรณ์ อิมฤทัยเจริญโชค)

๒ .....กรรมการ

(นางสาววรรณ ภูกิตติวรารังกูร)

๓ .....กรรมการ

(นางสาวกฤษณา ฤกษ์สมมุส)



หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาทีเสนอ ๔๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตามจำนวน reference site ที่มีโดยให้คะแนน reference site แ่งละ ๕ คะแนน	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว)	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ ๒๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๑๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๐ คะแนน	๒๐
	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นกับเวชภัณฑ์ได้	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นได้ ได้ ๒๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นได้ ได้ ๐ คะแนน	๒๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	-คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน -คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนนได้ ๒๐ คะแนน -คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนนได้ ๐ คะแนน	๔๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ .....ประธานกรรมการ

(นางสาวอรินภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค)

๒ .....กรรมการ

(นางสาววรรณ ภูกิตติวารากร)

๓ .....กรรมการ

(นางสาวกฤษฎา ฤกษ์สมมุส)

โครงการเวชภัณฑ์สุติ - นรีเวช  
คุณลักษณะเฉพาะ ไม้แป๊ปสเมียร์ ปลอดภัย

๑.คุณสมบัติทั่วไป

ไม้แป๊ปสเมียร์ ใช้ป้ายเนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูก เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

๒. มีคุณลักษณะดังนี้

- ๒.๑ ทำจากไม้เนื้อแข็ง ผิวเรียบ ไม่ดูดเซลล์และสารคัดหลั่ง
- ๒.๒ มีความยาวมากกว่า ๑๗ เซนติเมตร ปลายข้างหนึ่งแบนโค้งมน จับได้ง่าย อีกด้านหนึ่งมีส่วนเว้าโค้งเหมาะสำหรับหมุนได้รอบ
- ๒.๓ บรรจุใส่ซองปลอดภัย (Peel Pack) ซองละ ๑ ชิ้น
- ๒.๔ ระบุ เดือน ปี ที่ผลิต และเดือน ปี ที่หมดอายุ
- ๒.๕ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
- ๒.๖ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
- ๒.๗ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอรินภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค)

๒ ..... กรรมการ

(นางสาววรรณ ภูกิตติวรานุ)

๓ ..... กรรมการ

(นางสาวกฤษณา ฤกษ์สมมุส)

หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาข้อเสนอ ๔๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตามจำนวน reference site ที่มีโดยให้คะแนน reference site แห่งละ ๕ คะแนน	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว)	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ ๒๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๑๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี ๐ คะแนน	๒๐
	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวชภัณฑ์ได้	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ ๒๐ คะแนน -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ ๐ คะแนน	๒๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	-คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน -คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน -คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๔๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ .....ประธานกรรมการ

(นางสาวอรินภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค)

๒ .....กรรมการ

(นางสาววรรณ ภูกิตติวารากร)

๓ .....กรรมการ

(นางสาวกฤษณา ฤกษ์สมมุส)



เอกสารแนบท้าย  
เลขที่แผน ๒๗๐๕๔ ชื่อแผน เวชภัณฑ์สูติ-นรีเวช (๓)  
ลำดับ ๖ ชื่อรายการ จัดซื้ออุปกรณ์ของเหลวแบบมีสเกล

ความต้องการ อุปกรณ์ของเหลวแบบมีสเกล

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้วัดปริมาตรเลือดที่ออกจากการคลอดทางช่องคลอด

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นพลาสติกรองรับกันชนิดมีอุปกรณ์รับแบบมีสเกลตัวเลข เนื้อพลาสติกมีความนิ่ม ไม่แข็งกระด้าง มีความคงทนต่อการใช้งาน

๒. ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐาน ผ่านการรับรองคุณภาพการผลิตจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๓. ผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์มีการลงทะเบียนที่ถูกต้องกับองค์การอาหารและยาระดับประเทศ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เลือด บรรจุในซองเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและมีตัวบ่งชี้ (indicator) ว่าผ่านกระบวนการปราศจากเชื้อแล้ว

๒. ป้องกันของเหลวรวมทั้งเลือดไม่ให้ซึมผ่าน

๓. ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนรองรับกัน ผลิตภัณฑ์พลาสติกมีสี กว้างไม่ต่ำกว่า ๗๐ เซนติเมตร และส่วนถุงตวงผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความโปร่งใสสามารถตวงปริมาตรได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิลิตร

๔. ถุงตวงมีสเกลตัวเลขที่ชัดเจนทำให้วัดปริมาตรของเหลวได้แม่นยำ

๕. มีการเสริมขอบบริเวณขอบถุงทำให้คงรูปถุงได้ดี

๖. มีรูปแบบการพับที่ง่ายสะดวกต่อการคลี่เพื่อป้อน

๗. ถุงตวงมีสเกลตัวเลขที่ชัดเจนทำให้วัดปริมาตรของเหลวได้แม่นยำ

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละไว้ในข้อ ๑ ไว้)

๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้




๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้

๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาปัจจุบันนั้น ๆ

๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ

(นางสาวธรรณพร กิตติสยาม)

(นางสาววรรณ ภูกิตติวรานุกร)




(นางธัญญา ตูทานนท์)



๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์  
วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

---

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. ......... ประธานกรรมการ ๒. ......... กรรมการ ๓. ......... กรรมการ

(นางสาววรรณพร กิตติสยาม)

(นางสาววรรณ ภูกิตติวรางกูร)

(นางธนิยา ตูทานนท์)

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็น เวชภัณฑ์ที่มี ใช้อยู่จริงในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ในโรงเรียน แพทย์ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างอิง เช่น สัญญาซื้อขาย เพื่อประกอบการ พิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับ ตามจำนวน reference site ที่มี มากกว่าหรือเท่ากับ ๔ แห่ง ได้ ๓๐ คะแนน ๓-๔ แห่ง ได้ ๒๐ คะแนน ๑-๒ แห่ง ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของ ภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวในกรณี ที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ในกรณีเวชภัณฑ์ ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๔๐
		คะแนน	

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. อริศรา ประธานกรรมการ ๒. ณัฏฐา กรรมการ ๓. อริศรา กรรมการ

(นางสาวธรรณพร กิตติสยาม)

(นางสาววรรณ ภูกิตติวารังกูร)

(นางธนิยา ตูทานนท์)

เอกสารแนบท้าย  
เลขที่แผน ๖๗๐๕๔ ชื่อแผน เวชภัณฑ์สูติ-นรีเวช (๓)  
ลำดับ ๗ ชื่อรายการ ผ้ารองใต้สะโพกแบบมีถุงรองรับน้ำ

ความต้องการ ผ้ามคลุมผ้าตัดสำเร็จรูปชนิดปราศจากเชื้อ สำหรับรองใต้สะโพกแบบมีถุงรองรับน้ำ  
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ร่วมกับการทำผ่าตัดผ่านกล้องทางโพรงมดลูก

๑. คุณลักษณะทั่วไป

ผ้ามคลุมผ้าตัดสำเร็จรูปชนิดปราศจากเชื้อ สำหรับรองใต้สะโพกแบบมีถุงรองรับน้ำ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘๔ x ๑๑๓ ซม.

๒. Fabric Reinforcement สามารถดูดซับของเหลวได้ และของเหลวไม่สามารถซึมผ่านลงสู่ด้านล่างเพื่อป้องกันการติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด

๓. Fluid Control Pouch มีถุงรองรับน้ำรูปทรงกรวย บริเวณปากถุงมีแถบลวดซึ่งสามารถดัดโค้งให้ปากถุงอยู่ทรงและเปิดอ้าในขนาดที่ต้องการตลอดเวลาใช้งาน มีสเกลตัวเลขที่ชัดเจนสามารถวัดปริมาณของเหลวได้ มีท่อระบายของเหลวออกสู่ภายนอกถุงได้

๔. เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อในซอง Peel Pack ปิดผนึกสนิท มีความทนทาน ไม่ฉีกง่าย สามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อตลอดระยะเวลาการจัดเก็บ

๕. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเอกสารที่ชี้บ่งถึงมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ ที่เป็นสากล

๖. แสดงข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้

- วัสดุที่บรรจุและจำนวน
- ขนาด
- วิธีการ Sterilization
- วันที่ผลิต หรือ Lot การผลิต
- วันหมดอายุ
- มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว




๗. กรณีสินค้าใกล้หมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน บริษัทต้องรับแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่มี อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๑ ไว้)

๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ  
(นางสาวพรรณพร กิตติสยาม) (นางสาววรรณ ภูเก็ตวิราษฎร์) (นางธัญญา ตูทานนท์)

๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้

๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น ๆ

๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. .... ประธานกรรมการ ๒. .... กรรมการ ๓. .... กรรมการ

(นางสาววรรณพร กิตติสยาม)

(นางสาววรรณ ภูกิตติวางกูร)

(นางธนิยา ตูทานนท์)






หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็น เวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่จริงในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ในโรงเรียนแพทย์ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างอิง เช่น สัญญาซื้อขาย เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตามจำนวน reference site ที่มีมากกว่าหรือเท่ากับ ๔ แห่ง ได้ ๓๐ คะแนน ๓-๔ แห่ง ได้ ๒๐ คะแนน ๑-๒ แห่ง ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวในกรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ในกรณีเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๔๐
		คะแนน	

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ

(นางสาวพรรณพร กิตติสยาม)

(นางสาวรณัน ภูเก็ตวิราษฎร์)

(นางณิชา ตูทานนท์)

เอกสารแนบท้าย  
เลขที่แผน ๒๗๐๕๔ ชื่อแผน เวชภัณฑ์สูติ-นรีเวช (๓)  
ลำดับ ๘ - ๙ ชื่อรายการ Vagina speculum (Disposable) S, Vagina speculum (Disposable) M

ความต้องการ Vagina speculum (Disposable) S, Vagina speculum (Disposable) M

วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการผู้ป่วยในการตรวจภายใน คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับสูตินรีเวชกรรม ชุดต่างช่องคลอด
๒. วัสดุทำจากพลาสติกคุณภาพดี
๓. ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโดยการอบแก๊สเอทิลีนออกไซด์
๔. ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย
๕. มีขนาด S, M




๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เบอร์ S ขนาด ๙๕ มิลลิเมตร
๒. เบอร์ M ขนาด ๑๑๕ มิลลิเมตร

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๑ ไว้)
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้น ๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ

(นางสาวธรรณพร กิตติสยาม)

(นางสาววรรณ ภูกิตติวรานุกร)

(นางธัญญา ตูทานนท์)




หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็น เวชภัณฑ์ที่มี ใช้อยู่จริงในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ในโรงเรียน แพทย์ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างอิง เช่น สัญญาซื้อขาย เพื่อประกอบการ พิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับ ตามจำนวน reference site ที่มี มากกว่าหรือเท่ากับ ๔ แห่ง ได้ ๓๐ คะแนน ๓-๔ แห่ง ได้ ๒๐ คะแนน ๑-๒ แห่ง ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของ ภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวในกรณี ที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ในกรณีเวชภัณฑ์ ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๔๐
		คะแนน	

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ  
(นางสาวธรรณพร กิตติสยาม) (นางสาวรณัน ภูกิตติวางกูร) (นางธนียา ตูทานนท์)



เอกสารแนบท้าย

เลขที่แผน ๖๗๐๕๔ ชื่อแผน เวชภัณฑ์สูติ-นรีเวช (๓)

ลำดับ ๑๐ ชื่อรายการ พ่วงคุมกำเนิด (Intrauterine Contraceptive Device) ๕ ปี

ความต้องการ พ่วงคุมกำเนิดแบบทองแดง ๕ ปี สำหรับคุมกำเนิด

วัตถุประสงค์ ใช้เพื่อคุมกำเนิด สำหรับสตรีที่ไม่ประสงค์ตั้งครรภ์

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นพ่วงคุมกำเนิดประกอบด้วย ห่วงเป็นพลาสติก (โพลีเอทธิลีน) มีแขนสองข้างยืดหยุ่นได้ ก้านพลาสติกทำจากส่วนผสมของโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และแบเรียมซัลเฟต ในสัดส่วน PE/BaSO<sub>4</sub> / ๒๐ - ๒๔% โดยน้ำหนักก้านพลาสติก ตรงกลางมีลวดทองแดงพันโดยรอบพื้นที่ผิวของทองแดง ๓๗๕ ตารางมิลลิเมตร และมีสายไนลอนติดอยู่ที่ปลายพลาสติก จำนวน ๒ สาย

๒. มีสายไนลอน

๓. หลอดใสมีเส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากภายนอก ๓.๘ ถึง ๔.๐ มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากภายใน ๓.๐ ถึง ๓.๒ มิลลิเมตร

๔. ขดลวดทองแดงพันในแกนตั้ง คิดเป็นพื้นที่ผิว ๓๗๕ ตารางมิลลิเมตร

๕. อยู่ในกล่องบรรจุ ๑ ชิ้นต่อ ๑ กล่อง

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นพ่วงคุมกำเนิดประกอบด้วย ห่วงเป็นพลาสติก (โพลีเอทธิลีน) มีแขนสองข้างยืดหยุ่นได้ ก้านพลาสติกทำจากส่วนผสมของโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ และแบเรียมซัลเฟต ในสัดส่วน PE/BaSO<sub>4</sub> / ๒๐ - ๒๔% โดยน้ำหนักก้านพลาสติก ตรงกลางมีลวดทองแดงพันโดยรอบพื้นที่ผิวของทองแดง ๓๗๕ ตารางมิลลิเมตร และมีสายไนลอนติดอยู่ที่ปลายพลาสติก จำนวน ๒ สาย

๒. แขน ๒ ข้าง ยื่นออกไปในระนาบเดียวกัน ในลักษณะโค้งเข้าหาแกนของห่วงยืดหยุ่นได้ แขนแต่ละข้างมีปุ่มเล็กๆ ยื่นออกทางด้านนอกข้างละ ๕ ปุ่ม

๓. ส่วนแท่งพลาสติกตรงกลางประกอบด้วยแบเรียมซัลเฟต ทำให้มีคุณสมบัติทึบแสง เมื่อฉายรังสี

๔. มีแป้นปรับระยะ และมี Scale มีช่วยวัดระยะบนแกนหลอด

๕. หลอดใสมีเส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากภายนอก ๓.๘ ถึง ๔.๐ มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางวัดจากภายใน ๓.๐ ถึง ๓.๒ มิลลิเมตร




๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๑ ไว้)

๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ  
(นางสาวธรรณพร กิตติสยาม) (นางสาววรรณ ภูกิตติวรานุกร) (นางธนิยา ตูทานนท์)



๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้

๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจ ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น ๆ

๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะ ขายเป็นส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิก สัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะ เรียกชดเชยค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. .... กรรมการ ๒. .... กรรมการ ๓. .... กรรมการ

(นางสาวธรรณพร กิตติสยาม)

(นางสาววรรณ ภูกิตติวรานุ)

(นางธนียา ตูทานนท์)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็น เวชภัณฑ์ที่มี ใช้อยู่จริงในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ในโรงเรียน แพทย์ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างอิง เช่น สัญญาซื้อขาย เพื่อประกอบการ พิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับ ตามจำนวน reference site ที่มี มากกว่าหรือเท่ากับ ๔ แห่ง ได้ ๓๐ คะแนน ๓-๔ แห่ง ได้ ๒๐ คะแนน ๑-๒ แห่ง ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของ ภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวในกรณี ที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ในกรณีเวชภัณฑ์ ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐	๔๐
		คะแนน	

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. ..... ประธานกรรมการ ๒. .... กรรมการ ๓. .... กรรมการ  
(นางสาวธรรณพร กิตติสยาม) (นางสาววรรณ ภูกิตติวรารักษ์) (นางธนียา ตูทานนท์)

## เอกสารแนบท้าย

เลขที่แผน ๖๗๐๕๔ ชื่อแผน เวชภัณฑ์สู่ติ-นรีเวช (๓)

ลำดับ ๑๑ ชื่อรายการ ห่วงคุมกำเนิด (Intrauterine Contraceptive Device) ๑๐ ปี

ความต้องการ ห่วงคุมกำเนิดแบบทองแดง ๑๐ ปี สำหรับคุมกำเนิด

วัตถุประสงค์ ใช้เพื่อคุมกำเนิด สำหรับสตรีที่ไม่ประสงค์ตั้งครรภ์

### ๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นห่วงคุมกำเนิดรูปตัวที และเป็นขดลวดทองแดง น้ำหนัก ๑๖๕ - ๑๗๗ มิลลิกรัม
๒. มีสายไนลอน ความยาว ๑๐ - ๑๒ เซนติเมตร
๓. ท่อที่ใช้สอด มีความยาว ๒๐๔-๒๐๕ มิลลิเมตร
๔. ขดลวดทองแดงพันในแกนตั้ง คิดเป็นพื้นที่ผิว ๓๘๐ ตารางมิลลิเมตร
๕. อยู่ในกล่องบรรจุ ๑ ขึ้นต่อ ๑ กล่อง

### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นห่วงคุมกำเนิดรูปตัวที และเป็นขดลวดทองแดง น้ำหนัก ๑๖๕ - ๑๗๗ มิลลิกรัม
๒. มีสายไนลอน ความยาว ๑๐ - ๑๒ เซนติเมตร
๓. ท่อที่ใช้สอด มีความยาว ๒๐๔-๒๐๕ มิลลิเมตร
๔. ขดลวดทองแดงพันในแกนตั้ง คิดเป็นพื้นที่ผิว ๓๘๐ ตารางมิลลิเมตร
๕. อยู่ในกล่องบรรจุ ๑ ขึ้นต่อ ๑ กล่อง

### ๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๑ ไว้)

๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๓. ผลิตรภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้

๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุ ณ นั้น ๆ

๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. ..... ประธานกรรมการ ๒. ..... กรรมการ ๓. .... กรรมการ

(นางสาวธรรณพร กิตติสยาม)

(นางสาววรรณ ภูกิตติวรานุกร)




(นางธนิยา ตูทานนท์)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็น เวชภัณฑ์ที่มี ใช้อยู่จริงในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ในโรงเรียน แพทย์ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างอิง เช่น สัญญาซื้อขาย เพื่อประกอบการ พิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับ ตามจำนวน reference site ที่มี มากกว่าหรือเท่ากับ ๔ แห่ง ได้ ๓๐ คะแนน ๓-๔ แห่ง ได้ ๒๐ คะแนน ๑-๒ แห่ง ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของ ภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวในกรณี ที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ในกรณีเวชภัณฑ์ ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๔๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ  
(นางสาวธรรณพร กิตติสยาม) (นางสาวรณัน ภูกิตติวรานุ) (นางธนียา ตูทานนท์)



เอกสารแนบท้าย  
เลขที่แผน ๖๗๐๕๔ ชื่อแผน เวชภัณฑ์สูติ-นรีเวช (๓)  
ลำดับ ๑๒ - ๑๓ ชื่อรายการ PIPET

Sero Pipet ๑ ml (๑๐๐๐/CS) (Bang trading), Sero Pipet ๑๐ ml (๒๐๐/CS) (Bang trading)  
ความต้องการ PIPET (Serological pipette ปราศจากเชื้อ)  
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เตรียมน้ำยาปั่นแยกน้ำเชื้อ และใช้ในการเตรียมน้ำเชื้อ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็น serological pipette สะอาด ปราศจากเชื้อ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็น polystyrene ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อโดยรังสีแกมมา ผ่านการทดสอบ cytotoxic และ pyrogenic
๒. มีทั้งขนาด ๑ มิลลิลิตร และขนาด ๑๐ มิลลิลิตร มีขีดบอกปริมาตรชัดเจนรวมทั้งขีดบอกปริมาตรเมื่อเลยจุดที่ปริมาตรสูงสุด บรรจุภัณฑ์แยกสี ง่ายต่อการสังเกต
๓. แยกบรรจุในซองแต่ละชิ้น เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานและป้องกันการปนเปื้อน ส่วนปลายมี polyester plug เพื่อช่วยป้องกันการไหลของของเหลวที่อาจจะมากเกินไป

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๑ ไว้)
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตรภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุ ณ เวลานั้น ๆ
๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ




๑. ..... ประธานกรรมการ ๒. ..... กรรมการ ๓. ..... กรรมการ  
(นางสาวธรรณพร กิตติสยาม) (นางสาววรรณ ภูักิตติวารังกูร) (นางธนียา ตูทานนท์)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็น เวชภัณฑ์ที่มี ใช้อยู่จริงในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ในโรงเรียน แพทย์ ** หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างอิง เช่น สัญญาซื้อขาย เพื่อประกอบการ พิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับ ตามจำนวน reference site ที่มี มากกว่าหรือเท่ากับ ๔ แห่ง ได้ ๓๐ คะแนน ๓-๔ แห่ง ได้ ๒๐ คะแนน ๑-๒ แห่ง ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของ ภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวในกรณี ที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๕๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้ง ต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่ เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๕๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ในกรณีเวชภัณฑ์ ที่ไม่เคยจัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๕๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑-๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๕๐
		คะแนน	

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ  
(นางสาวธรรณพร กิตติสยาม) (นางสาววรรณ ภูกิตติวรานุ) (นางณิชา ตูทานนท์)

คุณลักษณะเจลหล่อลื่นให้ความชุ่มชื้นในช่องคลอด (Polycarbophil-Carbophol polymer)




คุณลักษณะทั่วไป

เจลหล่อลื่นให้ความชุ่มชื้นในช่องคลอด ใช้สอดเข้าช่องคลอดเพื่อหล่อลื่นหรือคงความชุ่มชื้นให้แก่ช่องคลอด ในผู้ป่วยที่มีภาวะ Vaginal Atrophy หรือ Vaginal Dryness รุนแรง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มี pH ประมาณ ๒.๗ - ๓.๓
๒. มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำ แต่สามารถอุ้มน้ำได้
๓. เมื่อสอดเข้าไปในช่องคลอดเนื้อเจลจะเคลือบเป็นแผ่นฟิล์มบางๆ (Cross-Linked Bioadhesive Film) บนพื้นผิว Vagina Mucosa และทำหน้าที่ Hydrate ความชุ่มชื้นให้แก่ชั้น Vagina Mucosa ที่อยู่ด้านล่าง
๔. ปราศจากฮอร์โมน
๕. ออกฤทธิ์เฉพาะที่ช่องคลอด ไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ Systemic Blood Circulation
๖. สามารถใช้ร่วมกับถุงยางอนามัยได้อย่างปลอดภัย
๗. ขนาดบรรจุ ๖.๒ - ๖.๘G/หลอด หรือมากกว่า
๘. มีเอกสารกำกับการใช้งานระบุข้อห้าม, ข้อควรระวังการใช้ในสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร และการเก็บรักษา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา วิริยะศิริเวช)
๒.  กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรินภรณ์ อิมฤทัยเจริญโชค)
๓.  กรรมการ  
(นางสาวกัญญา ชื่นไพศาลศิลป์)

## ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเอกสารที่ชี้ไปถึงมาตรฐานการผลิตอื่นๆ ที่เป็นสากล

๒. ผู้จะขายต้องสามารถรับ/แลกเปลี่ยนสินค้าได้กรณีเกิดการชำรุดขณะใช้งานหรือจะหมดอายุภายใน ๖ เดือนโดยไม่คิดมูลค่า

๓. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๓ นี้)

๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัท ผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ

๘. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๙. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ .....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา วิริยะศิริเวช)

๒ .....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรินภรณ์ อิมฤทัยเจริญโชค)

๓ .....ในนามของ คณะกรรมการ

(นางสาวกัญญา ชื่นไพศาลศิลป์)



## หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

## หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๔๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตาม จำนวน reference site ที่มี โดยให้คะแนน reference site แห่งละ (๕ คะแนน)	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว)	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๑๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๐ คะแนน)	๒๐
	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวชภัณฑ์ได้	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๐ คะแนน)	๒๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	-คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ (๔๐ คะแนน) -คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ (๒๐ คะแนน) -คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ (๐ คะแนน)	๔๐

## คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ



๑ .....ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา วิริยะสิริเวช)

๒ .....กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรินภรณ์ อัมฤทัยเจริญโชค)

๓ .....กรรมการ

(นางสาวกัญญา ชื่นไพศาลศิลป์)