

หลักเกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ

- ด้านราคาที่เสนอ ร้อยละ ๓๐ คะแนน
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๗๐ คะแนน

เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ ได้แก่

ตัวแปร	ค่าน้ำหนัก	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
<p>๑. จำนวน Reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่จริงในโรงพยาบาลของรัฐที่มีขนาด ๕๐๐ เตียงขึ้นไป หรือ มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry</p> <p>หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย, สำเนาใบส่งของ, เอกสารทางวารสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา</p>	๑๐	๑๐๐	<p>มีเอกสารมาแสดงจำนวนดังต่อไปนี้</p> <p>มากกว่าหรือเท่ากับ ๓ ฉบับ = ๑๐ คะแนน</p> <p>๑-๒ ฉบับ = ๕ คะแนน</p> <p>ไม่มีเอกสารมาแสดง = ๐ คะแนน</p>
๒.การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์	๔๐	๑๐๐	<p>โดยประเมิน ใน ๓ ด้าน ด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน</p> <p>ระดับคะแนนประเมิน ๘๐-๑๐๐ = ๔๐ คะแนน</p> <p>๗๙-๗๐ = ๓๐ คะแนน</p> <p>๖๙-๖๐ = ๒๐ คะแนน</p> <p>๕๙-๕๐ = ๑๐ คะแนน</p> <p>ต่ำกว่า ๕๐ = ๐ คะแนน</p>
๓.การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้เคียงอายุ	๒๐	๑๐๐	<p>แลกเปลี่ยนได้ทุกกรณี = ๒๐ คะแนน</p> <p>ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๓ เดือน = ๑๕ คะแนน</p> <p>ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๓ เดือน = ๑๐ คะแนน</p> <p>ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๑ ปี = ๕ คะแนน</p>

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ  
(ผศ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธ์)

๒.....กรรมการ  
(นางสาวรังสิมา เทียงเกียรติธรรม)

๓.....กรรมการ  
(นางสาวจรัสพร วิลัยสัย)

แผน ๖๗๐๑๖ เวชภัณฑ์คัดสรร (๓)

รายการที่ ๒๖ สายระบายของเสียออกจากร่างกาย (Drainage Catheter Set ๘-๑๒ Fr.)

ความต้องการ สายระบายของเสียออกจากร่างกาย (Drainage Catheter Set ๘-๑๒ Fr.)

วัตถุประสงค์ เป็นสายเวชภัณฑ์สำหรับระบายของเสียออกจากร่างกาย

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เวชภัณฑ์ทำจาก Polyurethane หรือวัสดุเทียบเคียง
๒. มีรูขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า ๔ รู ช่วยให้ระบายของเสียได้ดี
๓. ตัวสายเคลือบด้วย Hydrophilic ช่วยทำให้ลื่น ใส่ง่าย
๔. ปลาย Pigtail เป็นแบบ Reinforced Tapered Tip มีความแข็ง
๕. มีขีดบอกระยะความลึก
๖. มีสาย Connecting tube ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เซนติเมตร สำหรับต่อถุงปัสสาวะของโรงพยาบาล
๗. มี Peel-away Straightener ช่วยยึดปลาย Pigtail ให้ตรง
๘. มี Locking hub ช่วยยึดสาย Pigtail ให้อยู่กับที่ ไม่เลื่อนหลุดออกมา

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้า ตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามข้อมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ  
(ผศ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธ์) (นางสาวรังสิมา เทียงเอียรธรรม) (นางสาวจรัสพร วิลัยสัย)