

แผน ๖๗๐๑๖ เวชภัณฑ์ศัลยกรรม (๓)

รายการที่ ๑๙ คลิปหนีบเส้นเลือดขนาด ๕ มม. ในการผ่าตัดด้วยกล้อง

ความต้องการ คลิปหนีบเส้นเลือดขนาด ๕ มม.

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับหนีบเส้นเลือดในการผ่าตัดด้วยกล้อง

คุณสมบัติทั่วไป สำหรับหนีบเส้นเลือดในการผ่าตัดด้วยกล้อง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ตัวคลิปผลิตจากสแตนเลสหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า
๒. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือไม่เกิน ๕ มม.
๓. เมื่อคลิปหนีบแล้วจะเป็นรูปเส้นตรงขนาดไม่น้อยกว่า ๙ มม.
๔. ๑ ชุดของเครื่องมือประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือด้ามยิงและตัวคลิป
๕. สามารถใช้อุปกรณ์เจาะผนังช่องท้อง (Trocars) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านยิง ๕ มม.

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบกรณำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้า ตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ (ผศ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธ์) ๒.....กรรมการ (นางสาวรังสิมา เทียงเกียรติธรรม) ๓.....กรรมการ (นางสาวจรัสพร วิสัยสัย)

แผน ๖๗๐๑๖ เวชภัณฑ์ศัลยกรรม (๓)

รายการที่ ๒๐ คลิปหนีบเส้นเลือดขนาดใหญ่ ในการผ่าตัดภายใต้กล้อง

ความต้องการ คลิปหนีบเส้นเลือดขนาดใหญ่ ในการผ่าตัดภายใต้กล้อง

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับหนีบเส้นเลือดในการผ่าตัดด้วยกล้อง

คุณสมบัติทั่วไป สำหรับหนีบเส้นเลือดในการผ่าตัดด้วยกล้อง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ตัวคลิปผลิตจากสแตนเลสหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า
๒. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือไม่เกิน ๑๐ มม.
๓. เมื่อคลิปหนีบแล้วจะเป็นรูปเส้นตรงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ มม.
๔. ๑ ชุดของเครื่องมือประกอบไปด้วย ๒ ส่วน คือด้ามยิงและตัวคลิป
๕. สามารถใช้อุปกรณ์เจาะผนังช่องท้อง (Trocars) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านยิง ๑๐ มม.

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบกรณำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้า ตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามข้อมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ (ผศ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธ์) ๒.....กรรมการ (นางสาวรังสิมา เทียงเอียรธรรม) ๓.....กรรมการ (นางสาวจรัสพร วิสัยสัย)

แผน ๖๗๐๑๖ เวชภัณฑ์ศัลยกรรม (๓)
รายการที่ ๒๑ เครื่องมือสำหรับจับเนื้อเยื่อชนิดเยียวมน

ความต้องการ เครื่องมือสำหรับจับเนื้อเยื่อชนิดเยียวมน

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อภายใต้กล้องโดยเฉพาะถุงน้ำดี

คุณสมบัติทั่วไป สำหรับจับเนื้อเยื่อภายใต้กล้องโดยเฉพาะถุงน้ำดี

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ปากเครื่องมือมีเยียวมนไม่ทำลายเนื้อเยื่อ สามารถจับถุงน้ำดีได้ทุกขนาดความหนาของเนื้อเยื่อ
๒. มีปุ่มควบคุมระบบการล๊อคจับเนื้อเยื่อของเครื่องมือ
๓. สามารถหมุนปรับมุมได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา ด้วยการหมุนปุ่มควบคุมที่ด้ามจับ
๔. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือไม่เกิน ๕ มม. และหุ้มด้วยฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เพิ่งของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้า ตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ (ผศ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธ์) ๒.....กรรมการ (นางสาวรังสิมา เทียงเอียรธรรม) ๓.....กรรมการ (นางสาวจรัสพร วิลัยสัย)

แผน ๖๗๐๑๖ เวชภัณฑ์คัดสรร (๓)
รายการที่ ๒๒ เครื่องมือสำหรับจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน

ความต้องการ เครื่องมือสำหรับจับเนื้อเยื่อชนิดปลายมน
วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อภายใต้กล้องโดยเฉพาะถุงน้ำดี
คุณสมบัติทั่วไป สำหรับจับเนื้อเยื่อภายใต้กล้องโดยเฉพาะถุงน้ำดี

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ปากเครื่องมือแบน ไม่มีเขี้ยว ไม่ทำลายเนื้อเยื่อ
๒. มีปุ่มควบคุมระบบการล็อคจับเนื้อเยื่อของเครื่องมือ
๓. สามารถหมุนปรับมุมได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา ด้วยการหมุนปุ่มควบคุมที่ด้ามจับ
๔. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือไม่เกิน ๕ มม. และหุ้มด้วยฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้า ตามราคาที่เป็นที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามข้อมูลค่าของราคาพัสดุชุดนั้นๆ
๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธ์)

๒.....กรรมการ
(นางสาวรังสิมา เทียงเกียรติธรรม)

๓.....กรรมการ
(นางสาวจรัสพร วิสัยสัย)

แผน ๖๗๐๑๖ เวชภัณฑ์ศัลยกรรม (๓)
รายการที่ ๒๔ เครื่องมือสำหรับเลาะและจี้ห้ามเลือดในการผ่าตัดภายใต้กล้อง

ความต้องการ เครื่องมือสำหรับเลาะและจี้ห้ามเลือดในการผ่าตัดภายใต้กล้อง

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเลาะและจี้เนื้อเยื่อในการผ่าตัดด้วยกล้อง

คุณสมบัติทั่วไป สำหรับเลาะและจี้เนื้อเยื่อในการผ่าตัดด้วยกล้อง

คุณสมบัติเฉพาะ


๑. ปลายมีลักษณะมนและเรียวโค้ง
๒. สามารถปรับหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา ด้วยการหมุนปุ่มควบคุมด้ามจับ
๓. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือไม่เกิน ๕ มม. และหุ้มด้วยฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า
๔. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เพิ่งของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้า ตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามข้อมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 

(ผศ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธ์)

๒. 

(นางสาวรังสิมา เทียงเกียรติธรรม)

๓. 

(นางสาวจรัสพร วิสัยสัย)

แผน ๖๗๐๑๖ เวชภัณฑ์ศัลยกรรม (๓)

รายการที่ ๑๖ อุปกรณ์ห้ามเลือดและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับการผ่าตัดแบบผ่านกล้อง

ความต้องการ อุปกรณ์ห้ามเลือดและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับห้ามเลือดและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับการผ่าตัดแบบเปิด

คุณสมบัติทั่วไป อุปกรณ์ห้ามเลือดและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูงแบบไร้สาย ใช้สำหรับประกอบกับแหล่งประจุไฟฟ้าและตัวแปลงพลังงานเพื่อใช้ตัดเลาะเนื้อเยื่อและห้ามเลือดในการผ่าตัดแบบเปิด

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เส้นผ่านศูนย์กลางของ Shaft (Shaft diameter) ไม่น้อยกว่า ๕ มม.
๒. ความยาวของ Shaft (Shaft length) ไม่น้อยกว่า ๓๘ ซม.
๓. ความยาวของส่วน Active Blade ไม่น้อยกว่า ๑๔ มม.
๔. เครื่องมือมีปุ่มควบคุมระดับการปล่อยพลังงานที่ตัวด้ามอย่างน้อย ๒ ระดับ
๕. เป็นเครื่องมือใช้ประกอบเข้ากับหัวแปลงสัญญาณคลื่นความถี่สูงแบบไร้สาย

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบกรณำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่
เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัท
ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้า ตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอ
ยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์
ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของ
ราคาพัสดุนั้นๆ
๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหาก
ผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้
ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ
สิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธ์) (นางสาวรังสิมา เทียงเอียรธรรม) (นางสาวจรัสพร วิลัยสัย)

แผน ๖๗๐๑๖ เวชภัณฑ์คัดสรร (๓)

รายการที่ ๑๗ อุปกรณ์ห้ามเลือดและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับการผ่าตัดแบบผ่านกล้อง

ความต้องการ อุปกรณ์ห้ามเลือดและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับห้ามเลือดและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับการผ่าตัดแบบเปิด

คุณสมบัติทั่วไป อุปกรณ์ห้ามเลือดและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูงแบบไร้สาย ใช้สำหรับประกอบกับแหล่งประจุไฟฟ้าและตัวแปลงพลังงานเพื่อใช้ตัดเลาะเนื้อเยื่อและห้ามเลือดในการผ่าตัดแบบเปิด

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เส้นผ่านศูนย์กลางของ Shaft (Shaft diameter) ไม่น้อยกว่า ๕ มม.
๒. ความยาวของ Shaft (Shaft length) ไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม.
๓. ความยาวของส่วน Active Blade ไม่น้อยกว่า ๑๔ มม.
๔. เครื่องมือมีปุ่มควบคุมระดับการปล่อยพลังงานที่ตัวด้ามอย่างน้อย ๒ ระดับ
๕. เป็นเครื่องมือใช้ประกอบเข้ากับหัวแปลงสัญญาณคลื่นความถี่สูงแบบไร้สาย

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบกรณำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตรภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้า ตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามข้อมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธ์) (นางสาวรังสิมา เทียงเอียรธรรม) (นางสาวจรัสพร วิลัยสัย)

แผน ๖๗๐๑๖ เวชภัณฑ์คัดสรร (๓)

รายการที่ ๑๘ อุปกรณ์ห้ามเลือดและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับการผ่าตัดแบบผ่านกล้อง

ความต้องการ อุปกรณ์ห้ามเลือดและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับการผ่าตัดผ่านกล้อง

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับห้ามเลือดและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง สำหรับการผ่าตัดแบบเปิด

คุณสมบัติทั่วไป อุปกรณ์ห้ามเลือดและตัดเลาะเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูงแบบไร้สาย ใช้สำหรับประกอบกับแหล่งประจุไฟฟ้าและตัวแปลงพลังงานเพื่อใช้ตัดเลาะเนื้อเยื่อและห้ามเลือดในการผ่าตัดแบบเปิด

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เส้นผ่านศูนย์กลางของ Shaft (Shaft diameter) ไม่น้อยกว่า ๕ มม.
๒. ความยาวของ Shaft (Shaft length) ไม่น้อยกว่า ๑๒ ซม.
๓. ความยาวของส่วน Active Blade ไม่น้อยกว่า ๑๔ มม.
๔. เครื่องมือมีปุ่มควบคุมระดับการปล่อยพลังงานที่ตัวด้ามอย่างน้อย ๒ ระดับ
๕. เป็นเครื่องมือใช้ประกอบเข้ากับหัวแปลงสัญญาณคลื่นความถี่สูงแบบไร้สาย

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบกรณำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตรภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้า ตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามข้อมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธ์) (นางสาวรังสิมา เทียงเกียรติธรรม) (นางสาวจรัสพร วิสัยสัย)

เวชภัณฑ์ศัลยกรรม (๓)

รายการที่ ๒๙ ไหมสังเคราะห์จากโพลีไกลโคลิกแอซิดและไตรเมทิลีนคาร์บอเนตชนิดละลาย

แบบไม่ต้องผูกปม ขนาด ๒-๐ ความยาว ๓๐ ซม. เข็ม taper point ยาว ๒๖ มม.

ความต้องการ ไหมสังเคราะห์จากโพลีไกลโคลิกแอซิดและไตรเมทิลีนคาร์บอเนตชนิดละลายแบบไม่ต้องผูกปม ขนาด ๒-๐ ความยาว ๓๐ ซม. เข็ม taper point ยาว ๒๖ มม.

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับปิดแผล

คุณลักษณะทั่วไป อุปกรณ์ปิดแผลไหมสังเคราะห์ทำจากโคโพลิเมอร์ของไกลโคลิกแอซิดและไตรคาร์บอเนต (Copolymer of glycolic acid and trimethylene carbonate)

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับการเย็บปิดแผลชนิดละลายแบบไม่ต้องมีการผูกปม โดยเส้นไหม ๑ เส้นประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นหนามตลอดเส้น ด้านหนึ่งเป็นเข็มขนาดต่างๆและด้านปลายออกแบบเชื่อมเป็นห่วงเล็กๆ (Loop end effector)
๒. เส้นไหมที่มีส่วนที่เป็นหนามตลอดเส้นและส่วนปลายที่เป็นห่วงเล็กๆ ออกแบบเพื่อให้แรงดึงยึดเนื้อเยื่อเข้าหากันโดยปราศจากการผูกปม
๓. มีค่าแรงดึงเหลือไม่น้อยกว่า ๘๐% ของค่าแรงเริ่มต้นเมื่อผ่านไป ๑ สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า ๗๕% เมื่อผ่านไป ๒ สัปดาห์ และเหลือไม่น้อยกว่า ๖๕% เมื่อผ่านไป ๓ สัปดาห์
๔. ขนาดเบอร์ ๒-๐ (๓ Metric) ความยาวของไหมไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.
๕. ติดเข็ม Taper point ขนาดเข็มยาวไม่น้อยกว่า ๒๖ mm. ความโค้งเข็ม ๑/๒ Circle

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้า ตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามข้อมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(นายศุภกานต์ เตชะพงศธร)

๒.....กรรมการ
(นายอมฤต ตาลเสวต)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภากรพงษ์)

๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(นายศุภกานต์ เตชะพงศธร)

๒.....กรรมการ
(นายอมฤต ตาลเสวต)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภารพงษ์)

แผน ๖๗๐๑๖ เวชภัณฑ์คัดสรร (๓)

รายการที่ ๓๐ โคมสังเคราะห์จากโพลีไกลโคลิกแอซิดและไตรเมทิลีนคาร์บอเนตชนิดละลาย

แบบไม่ต้องผูกปม ขนาด ๓-๐ ความยาว ๑๕ ซม. เข็ม taper point ยาว ๒๖ มม.

ความต้องการ โคมสังเคราะห์จากโพลีไกลโคลิกแอซิดและไตรเมทิลีนคาร์บอเนตชนิดละลายแบบไม่ต้องผูกปม ขนาด ๓-๐ ความยาว ๑๕ ซม. เข็ม taper point ยาว ๒๖ มม.

วัตถุประสงค์สำหรับปิดแผล

คุณสมบัติทั่วไป อุปกรณ์ปิดแผลโคมสังเคราะห์ทำจากโพลีเมอร์ของไกลโคลิกแอซิดและไตรเมทิลีนคาร์บอเนต (Copolymer of glycolic acid and trimethylene carbonate)

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับการเย็บปิดแผลชนิดละลายแบบไม่ต้องมีการผูกปม โดยเส้นไหม ๑ เส้นประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นหนามตลอดเส้น ด้านหนึ่งเป็นเข็มขนาดต่างๆและด้านปลายออกแบบเชื่อมเป็นห่วงเล็กๆ (Loop end effector)
๒. เส้นไหมที่มีส่วนที่เป็นหนามตลอดเส้นและส่วนปลายที่เป็นห่วงเล็กๆ ออกแบบเพื่อให้มีแรงดึงยึดเนื้อเยื่อเข้าหากันโดยปราศจากการผูกปม
๓. มีค่าแรงดึงเหลือไม่น้อยกว่า ๘๐% ของค่าแรงเริ่มต้นเมื่อผ่านไป ๑ สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า ๗๕% เมื่อผ่านไป ๒ สัปดาห์ และเหลือไม่น้อยกว่า ๖๕% เมื่อผ่านไป ๓ สัปดาห์
๔. ขนาดเบอร์ ๓-๐ (๒ Metric) ความยาวของไหมไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.
๕. ดัดเข็ม Taper point ขนาดเข็มยาวไม่น้อยกว่า ๒๖ mm. ความโค้งเข็ม ๑/๒ Circle

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบกรณำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผู้ผลิตต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้า ตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามข้อมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(นายสุกานต์ เตชะพงศธร)

๒.....กรรมการ
(นายอมฤต ตาลเสวต)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภากรพงษ์)

๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(นายศุภกานต์ เตชะพงศธร)

๒.....กรรมการ
(นายอมฤต ตาลเสวต)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภารพงษ์)

แผน ๖๗๐๑๖ เวชภัณฑ์คัดสรร (๓)

รายการที่ ๓๑ โคมสังเคราะห์จากโพลีไกลโคลิกแอซิดและไตรเมทิลีนคาร์บอเนตชนิดละลาย

แบบไม่ต้องผูกปม ขนาด ๓-๐ ความยาว ๓๐ ซม. เข็ม taper point ยาว ๒๖ มม.

ความต้องการ โคมสังเคราะห์จากโพลีไกลโคลิกแอซิดและไตรเมทิลีนคาร์บอเนตชนิดละลายแบบไม่ต้องผูกปม ขนาด ๓-๐ ความยาว ๓๐ ซม. เข็ม taper point ยาว ๒๖ มม.

วัตถุประสงค์ สำหรับปิดแผล

คุณสมบัติทั่วไป อุปกรณ์ปิดแผลโคมสังเคราะห์ทำจากโพลีเมอร์ของไกลโคลิกแอซิดและไตรเมทิลีนคาร์บอเนต (Copolymer of glycolic acid and trimethylene carbonate)

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับการเย็บปิดแผลชนิดละลายแบบไม่ต้องมีการผูกปม โดยเส้นไหม ๑ เส้นประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นหนามตลอดเส้น ด้านหนึ่งเป็นเข็มขนาดต่างๆและด้านปลายออกแบบเชื่อมเป็นห่วงเล็กๆ (Loop end effector)
๒. เส้นไหมที่มีส่วนที่เป็นหนามตลอดเส้นและส่วนปลายที่เป็นห่วงเล็กๆ ออกแบบเพื่อให้มีแรงดึงยึดเนื้อเยื่อเข้าหากันโดยปราศจากการผูกปม
๓. มีค่าแรงดึงเหลือไม่น้อยกว่า ๘๐% ของค่าแรงเริ่มต้นเมื่อผ่านไป ๑ สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า ๗๕% เมื่อผ่านไป ๒ สัปดาห์ และเหลือไม่น้อยกว่า ๖๕% เมื่อผ่านไป ๓ สัปดาห์
๔. ขนาดเบอร์ ๓-๐ (๒ Metric) ความยาวของไหมไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม.
๕. ดัดเข็ม Taper point ขนาดเข็มยาวไม่น้อยกว่า ๒๖ mm. ความโค้งเข็ม ๑/๒ Circle

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบกรณำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผู้ผลิตต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้า ตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(นายสุกานต์ เดชะพงศธร)

๒.....กรรมการ
(นายอมฤต ตาลเสวต)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภารพงษ์)

๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(นายศุภกานต์ เตชะพงศธร)

๒.....กรรมการ
(นายอมฤต ตาลเสวต)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภารพงษ์)

แผน ๖๗๐๑๖ เวชภัณฑ์คัดสรร (๓)

รายการที่ ๓๒ โคมสังเคราะห์จากโพลีไกลโคลิกแอซิดและไตรเมทิลีนคาร์บอเนตชนิดละลาย

แบบไม่ต้องผูกปม ขนาด ๓-๐ ความยาว ๑๕ ซม. เข็ม taper point ยาว ๑๗ มม.

ความต้องการ โคมสังเคราะห์จากโพลีไกลโคลิกแอซิดและไตรเมทิลีนคาร์บอเนตชนิดละลายแบบไม่ต้องผูกปม ขนาด ๓-๐ ความยาว ๑๕ ซม. เข็ม taper point ยาว ๑๗ มม.

วัตถุประสงค์ สำหรับปิดแผล

คุณสมบัติทั่วไป อุปกรณ์ปิดแผลโคมสังเคราะห์ทำจากโพลีเมอร์ของไกลโคลิกแอซิดและไตรเมทิลีนคาร์บอเนต (Copolymer of glycolic acid and trimethylene carbonate)

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับการเย็บปิดแผลชนิดละลายแบบไม่ต้องมีการผูกปม โดยเส้นไหม ๑ เส้นประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นหนามตลอดเส้น ด้านหนึ่งเป็นเข็มขนาดต่างๆและด้านปลายออกแบบเชื่อมเป็นห่วงเล็กๆ (Loop end effector)
๒. เส้นไหมที่มีส่วนที่เป็นหนามตลอดเส้นและส่วนปลายที่เป็นห่วงเล็กๆ ออกแบบเพื่อให้มีแรงดึงยึดเนื้อเยื่อเข้าหากันโดยปราศจากการผูกปม
๓. มีค่าแรงดึงเหลือไม่น้อยกว่า ๘๐% ของค่าแรงเริ่มต้นเมื่อผ่านไป ๑ สัปดาห์ และไม่น้อยกว่า ๗๕% เมื่อผ่านไป ๒ สัปดาห์ และเหลือไม่น้อยกว่า ๖๕% เมื่อผ่านไป ๓ สัปดาห์
๔. ขนาดเบอร์ ๓-๐ (๒ Metric) ความยาวของไหมไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.
๕. ดัดเข็ม Taper point ขนาดเข็มยาวไม่น้อยกว่า ๑๗ mm. ความโค้งเข็ม ๑/๒ Circle

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ต้องมีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบกรณำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตรหัสต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้า ตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตรหัสที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดกับผลิตรหัสได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตรหัสที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตรหัส และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามข้อมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(นายสุกานต์ เตชะพงศธร)

๒.....กรรมการ
(นายอมฤต ตาลเสวต)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภากรพงษ์)

๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(นายศุภกานต์ เตชะพงศธร)

๒.....กรรมการ
(นายอมฤต ตาลเสวต)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภารพงษ์)