

รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ

(Terms of Reference : TOR)

ชุดเครื่องมือทางการแพทย์ขาห้อยรับจากน่องถึงปลายเท้า จำนวน ๒ ชุด

๑. ความเป็นมา

ชุดเครื่องมือทางการแพทย์ ขาห้อยรับจากน่องถึงปลายเท้า (Foot leg support) เพื่อใช้สำหรับจัดทำผู้ป่วยขึ้นขาห้อย (Lithotomy position) ในการผ่าตัดทางนรีเวชกรรม และศัลยกรรม ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เกิดการชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อนำมาทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน ๒ ชุด หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕๖๐-๐๓๒๑๔๐๐-๐๒๑๒-๐๐๖๖๕-๐๐๐๐๑ และ ๒๕๖๐-๐๓๒๑๔๐๐-๐๒๑๒-๐๐๖๖๕-๐๐๐๐๒

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัด ในการจัดทำผ่าตัดขึ้นขาห้อย (Lithotomy) สำหรับการผ่าตัดทางสูติ นรีเวชกรรม และทางศัลยกรรม

๒.๒ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว


๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๑) 

(๒) 

(๓) 

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบของ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๘. งานและการจ่ายเงิน

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กำหนดชำระเงินเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้พิจารณาตรวจรับเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งคู่สัญญาได้ดำเนินการส่งใบแจ้งหนี้ หรือวางบิลตามวันที่กำหนด ครบถ้วนถูกต้อง


๙. อัตราค่าปรับ


โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ


๑๐. กำหนดระยะเวลารับประกัน

รับประกันคุณภาพสินค้า ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๑) 

(๒) 

(๓) 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ชุดเครื่องมือทางการแพทย์ขาหยั่งรับจากน่องถึงปลายเท้า จำนวน ๒ ชุด

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดทำผ่าตัดขึ้นขาหยั่ง (Lithotomy position) ในการผ่าตัดทางนรีเวชกรรม ศัลยกรรม และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

๑.๒ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดทำผ่าตัดขึ้นขาหยั่ง (Lithotomy position) ใช้กับเตียงผ่าตัดได้ทุกเตียงที่โรงพยาบาลใช้อยู่

๑.๓ สามารถเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อได้ โดยไม่เสื่อมคุณภาพ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดทำผ่าตัดขึ้นขาหยั่ง (Lithotomy position) รองรับตั้งแต่ปลายเท้าถึงบริเวณน่อง (Stirrups leg cover)

๒.๒ มีด้ามจับ เพื่อปรับแนวตั้ง และแนวนอนได้ตามต้องการ

๒.๓ ส่วนรองรับขา มีแผ่นเจลรอง เพื่อป้องกันการกดทับตลอดทั้งอัน

๒.๔ มีระบบนิวเมติกส์ (pneumatic system) เพื่อทำให้เกิดพลังงานกลในการทำงานยก และปรับในการจัดทำตามต้องการได้ง่าย ไม่ต้องใช้แรง

๒.๕ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับจัดทำผ่าตัดขึ้นขาหยั่ง (Lithotomy position) รองรับตั้งแต่ปลายเท้าถึงบริเวณน่อง (Stirrups leg cover) สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม

๒.๖ ส่วนรองรับขา ปรับตามแนวตั้งขึ้น-ลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๑๕ องศา

๒.๗ ส่วนรองรับขา ปรับตามแนวนอน ออกได้กว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ องศา และเข้าได้กว้างไม่น้อยกว่า ๙ องศา


๒.๘ ที่วางขาสามารถปรับ เข้า-ออกได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร

๒.๙ ที่วางขา มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ x ๒๐๐ x ๓๐๐ มิลลิเมตร

๒.๑๐ มีสเกลหน่วยบอกระยะที่แกนปรับ เพื่อสามารถปรับระยะการวางขาได้ถูกต้องตามต้องการ

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๑) 

(๒) 

(๓) 

๓. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- ๓.๑ ผู้ขายต้องมีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ เล่ม
- ๓.๒ ให้บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องทุก ๖ เดือน ตลอดระยะเวลารับประกันคุณภาพ พร้อมทำการสอบเทียบเครื่องปีละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลารับประกันโดยมีหนังสือรับรอง
- ๓.๓ กรณีเครื่องชำรุดในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขภายใน ๗ วันทำการ หลังจากได้รับแจ้ง
- ๓.๔ หากเครื่องขัดข้องใช้เวลาซ่อมเกิน ๗ วันทำการ บริษัทต้องหาเครื่องทดแทนให้ใช้ได้ทันที ภายใน ๗ วันทำการ หากบริษัทไม่สามารถนำเครื่องมาทดแทนในวันที่กำหนด จะถูกปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อ วันของราคาซื้อขาย
- ๓.๕ ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๓.๖ ผู้ขายต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ชำนาญงานมาทำการสาธิตการใช้งานเครื่อง และการดูแลรักษา เครื่องแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่อง จนสามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี
- ๓.๗ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายใน ประเทศไทย
- ๓.๘ มีหลักฐานรับรองว่าบริษัทที่เสนอราคามีช่างผู้ชำนาญการ ผ่านการอบรมดูแลรักษาและซ่อม บำรุงเครื่องมือจากบริษัทผู้ผลิต
- ๓.๙ มีหนังสือรับรองว่ามีอะไหล่สำรองในการซ่อมบำรุง และขายในท้องตลาดไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๓.๑๐ กรณีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ขายต้องนำบัญชีราคาสินค้า (Invoice) และใบขนสินค้า ของกรมศุลกากรที่มีรายการสิ่งของที่จะส่งมอบมาแสดงประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการตรวจรับ ใน วันส่งมอบสินค้าด้วย และผู้ขายต้องแสดงหลักฐานวันที่ผลิตเครื่องจากโรงงานจนถึงวันที่ส่งมอบสินค้าต้อง ไม่เกิน ๑ ปี

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(๑) (๒) (๓)