

โครงการเลขที่ ๖๖๐๒๑ อุปกรณ์ทำแผล/ปิดแผล  
คุณลักษณะอุปกรณ์ปิดผิวหนังชนิดปลอดเชื้อ (Topical skin adhesive)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทาผิวหนังเพื่อใช้ปิดยึดแผลผ่าตัดที่สามารถนำขอบแผลมาชนเข้าหากันได้ หลังการห้ามเลือดและทำความสะอาดแผลให้แห้งสนิท

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มีส่วนประกอบของสารใน Sterile Liquid บรรจุในหลอดแก้วใส ๒-Octyl Cyanoacrylate กันน้ำได้ และเป็น Microbial Barrier ป้องกัน Bacteria ที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่แผลได้ ดังนี้ หรือมากกว่า (โดยมีเอกสารแสดงการรับรองประกอบ)

- Enterococcus Faeceium
- Escherichia coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus epidermidis

๒. ทำให้แผลยึดติดกันได้ภายใน ๓ นาที หรือน้อยกว่า โดยแรงยึดแข็งแรงเทียบเท่าแผลที่เย็บด้วยไหมเบอร์ ๔/๐ โดยมีเอกสารแสดงการรับรองประกอบ

๓. फिल्मเคลือบสามารถหลุดออกจากผิวหนังได้เองภายใน ๕ - ๑๐ วัน

๔. ปริมาตรบรรจุ ๐.๓๖ ml.

๕. บรรจุในบรรจุภัณฑ์หรือห่อซองที่ปราศจากเชื้อ

๖. มีเอกสารแสดงว่าปราศจากเชื้อ ผ่านการฆ่าเชื้อโรคโดยความร้อนแห้ง และเอทิลีน ออกไซด์

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. ดร.ทองพพ ขอดพงษ์ ประธานกรรมการ  
(นางสาวธมลวรรณ ยอดกลกิจ)
๒. ดร. [ลายเซ็น] กรรมการ  
(นางสาวคู่ขวัญ มาลีวงษ์)
๓. ดร. [ลายเซ็น] กรรมการ  
(นางสาวนงลักษณ์ ขวัญละมูล)

## โครงการเลขที่ ๖๖๐๒๑ อุปกรณ์ทำแผล/ปิดแผล

### คุณลักษณะแผ่นปิดแผลไฮโดรคอลลอยด์ ชนิดโปร่ง (Lipido-colloid dressing Silver)

#### คุณลักษณะทั่วไป

แผ่นปิดแผลไฮโดรคอลลอยด์ ชนิดโปร่ง ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่ติดแผล เป็นตาข่ายที่ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ เคลือบด้วยอนุภาคไฮโดรคอลลอยด์, ปีโตรเลียม เจล และ สารต้านเชื้อซิลเวอร์

#### คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ด้านเชื้อแบคทีเรีย คลอบคลุมการทำลายเชื้อได้กว้าง (Broad Spectrum) ได้แก่ แบคทีเรียแกรมบวก แกรมลบ เชื้อรา ยีสต์ Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, (Pyocyanic bacillus) และ MRSA

๒. ไม่เกาะติดกับแผลและบริเวณรอบๆ แผล

๓. มีความนุ่มนวลโค้งงอแนบสนิทกับผิวหนัง สามารถแนบไปตามรูปแผล

๔. สามารถปิดบนแผลได้นานไม่น้อยกว่า ๒ วัน

๕. Shelf life ๓ ปี


๖. ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ขนาด ๑๐ เซนติเมตร x ๑๒ เซนติเมตร

- ขนาด ๑๕ เซนติเมตร x ๒๐ เซนติเมตร

๗. มีเอกสารแสดงการใช้งาน การเก็บรักษา และข้อห้ามหรือข้อควรระวัง


#### คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ

(นางสาวธมลวรรณ ยอดทองกิจ)

๒.  กรรมการ

(นางสาวคู่ขวัญ มาลีวงษ์)




๓.  กรรมการ

(นางสาวนงลักษณ์ ขวัญละมูล)

### ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ เอกสารที่ขึ้นถึงมาตรฐานการผลิตอื่นๆ ที่เป็นสากล
๒. ผู้จะขายต้องสามารถรับ/แลกเปลี่ยนสินค้าได้กรณีเกิดการชำรุดขณะใช้งานหรือจะหมดอายุภายใน ๖ เดือนโดยไม่คิดมูลค่า
๓. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๓ ไว้)
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งาน มาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้อง เปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขาย ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิก สัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจ ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคา พัสดุงวดนั้นๆ
๘. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้ จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๙. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ ของสินค้านั้นๆ

### คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ  
(นางสาวธรรณ ยอดทกลกิจ)
๒.  กรรมการ  
(นางสาวคู่ขวัญ มาลีวงษ์)
๓.  กรรมการ  
(นางสาวนงลักษณ์ ขวัญละมูล)

## หลักเกณฑ์ในการพิจารณา




หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๔๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตาม จำนวน reference site ที่มี โดยให้คะแนน reference site แห่งละ (๕ คะแนน)	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว)	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๑๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๐ คะแนน)	๒๐
	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวชภัณฑ์ได้	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๐ คะแนน)	๒๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	-คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ (๔๐ คะแนน) -คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ (๒๐ คะแนน) -คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ (๐ คะแนน)	๔๐

## คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ  
(นางสาวสมวรรณ ยอดตกลกิจ)
๒.  กรรมการ  
(นางสาวคู่ขวัญ มาลีวงษ์)
๓.  กรรมการ  
(นางสาวนงลักษณ์ ขวัญละมูล)