

ชื่อโครงการ แผ่นยาและสารเคมีประกอบการทดสอบ

งานจุลชีววิทยาฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๑. ความเป็นมา






คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีพันธกิจที่สำคัญได้แก่ การดูแล รักษา ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดย คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง ที่ต้องรองรับการส่งต่อผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสังกัดสำนักการแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุขต่าง ๆ ในสังกัดสำนักอนามัย โรงพยาบาลของหน่วยงานอื่นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยเฉพาะโรคหรือภาวะที่มีความซับซ้อนทางด้านเวชศาสตร์เขตเมือง ซึ่งมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด จึงมีความประสงค์จะจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้ออุปกรณ์แผ่นยาสำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเพื่อตอบสนองต่อการตรวจวิเคราะห์การวินิจฉัยและติดตามการรักษาโรคเพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นให้เกิดมีรายละเอียดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเอกสารเพื่อตอบสนองต่อการตรวจวิเคราะห์ ช่วยวินิจฉัย และติดตามการรักษาโรค รองรับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลดความ ผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ ลดเวลาการรอคอยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงพยาบาล

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อจัดซื้อ
- ๒.๒ เพื่อพัฒนา
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบ
- ๒.๔ เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการรักษา

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

 ๑..... นางสาวดารณี นุตาลัย ประธานกรรมการ	 ๒..... นางสุจิตา แก้วประภาศ กรรมการ	 ๓..... นางสาวอัญชลี หอมแก้ว กรรมการ	 ๔..... นางสาวชนิกา แม่นจันทร์รัตน์ กรรมการ	 ๕..... นางสาวธิดารมณ เจริญสุข กรรมการ
---	--	--	---	--

- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจัดหางานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจัดหาในครั้งนี้
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดหาจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแผนการดำเนินงานมาพร้อมใบเสนอราคา

๔. คุณสมบัติ

๔.๑ คุณสมบัติเฉพาะทั่วไป

เป็นแผ่นยา อาหารเลี้ยงเชื้อ อุปกรณ์ น้ำยา สารเคมี ประกอบการใช้งานการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการให้สามารถรองรับรายการจัดซื้อให้ครบถ้วนตามแผนจำนวน ๖๖ รายการตามตารางรายละเอียดแนบ บก.๐๖

๑
นางสาวดารณี นุตาลัย
ประธานกรรมการ

๒
นางสุธิดา แก้วประกาศ
กรรมการ


๓
นางสาวอัญชลี หอมแก้ว
กรรมการ

๔
นางสาวชนิกา แม่นจันทร์รัตน์
กรรมการ


๕
นางสาวธิดารณ เจริญสุข
กรรมการ

รายการที่ ๒. AUTOCLAVE TAPE ๓/๔"

- ๑.๑ ความต้องการ AUTOCLAVE TAPE ๓/๔"
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ ใช้ทดสอบเครื่อง Autoclave
- ๑.๓ คุณลักษณะทั่วไป เป็นเทปทดสอบใช้เพื่อชี้บ่งว่าผ่านการนึ่งทำลายเชื้อแล้ว
- ๑.๔ คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๑.๔.๑. เป็นเทปทดสอบเครื่อง Autoclave
 - ๑.๔.๒. ขนาด ๓/๔"
- ๑.๕ เงื่อนไขเฉพาะ (Performance)
 - ๑.๕.๑. มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ มีระบุวันหมดอายุ (Expired Date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ข้างภาชนะที่บรรจุ โดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

๑. 
นางสาวตารณี นุดาลัย
ประธานกรรมการ

๒. 
นางสุติดา แก้วประกาศ
กรรมการ


๓. 
นางสาวอัญชลี หอมแก้ว
กรรมการ


๔. 
นางสาวชนิกา แมนจันทารัตน์
กรรมการ


๕. 
นางสาวจิตาวรรณ เจริญสุข
กรรมการ

รายการที่ ๒๕. LENS PAPER "ELECTA"

- ๑.๑ ความต้องการ LENS PAPER "ELECTA"
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ ใช้กับกล้องจุลทรรศน์
- ๑.๓ คุณลักษณะทั่วไป เป็นกระดาษเซ็ดเลนส์
- ๑.๔ คุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๔.๑. เป็นกระดาษเซ็ดเลนส์
- ๑.๔.๒. ใช้กับกล้องจุลทรรศน์ที่มีอยู่ในห้องแล็บ
- ๑.๔.๓. ระบุวันหมดอายุ (Expired Date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ช่างภาชนะที่บรรจุ โดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๑.๕ เงื่อนไขเฉพาะ (Performance)
- ๑.๕.๑. มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ

๑ 
นางสาวดารณี นุดาลัย
ประธานกรรมการ

๒ 
นางสุธิดา แก้วประกาศ
กรรมการ


คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
๓ 
นางสาวอัญชลี นอมแก้ว
กรรมการ

๔ 
นางสาวชนิกา แม่นจันทร์รัตน์
กรรมการ


๕ 
นางสาวรัตนวรรณ เจริญสุข
กรรมการ


3
รายการที่ ๔๓. BUFFERED PH ๑๐

- ๑.๑ ความต้องการ BUFFERED PH ๑๐
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ ใช้ทดสอบค่า pH ของ pH meter
- ๑.๓ คุณลักษณะทั่วไป เป็นน้ำยาที่ใช้ทดสอบความเป็นกรดต่าง
- ๑.๔ คุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๔.๑. เป็นน้ำยาที่ใช้ทดสอบค่า pH ของ pH meter
- ๑.๔.๒. มี PH = ๑๐
- ๑.๔.๓. มีลักษณะเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน บรรจุในขวด
- ๑.๔.๔. มีระบุวันหมดอายุ (Expired Date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ข้างภาชนะที่บรรจุ โดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๑.๕ เงื่อนไขเฉพาะ (Performance)
- ๑.๕.๑. มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ

๑. 
นางสาวดารณี นุดาลัย
ประธานกรรมการ

๒. 
นางสุธิดา แก้วประกาศ
กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
๓. 
นางสาวอัญชลี หอมแก้ว
กรรมการ

๔. 
นางสาวชนิกา แมนจันทรารัตน์
กรรมการ

๕. 
นางสาวอิตาวรรณ เจริญสุข
กรรมการ

รายการที่ ⁴ ๔๔. BUFFERED PH ๔

- ๑.๑ ความต้องการ BUFFERED PH ๔
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ ใช้ทดสอบค่า pH ของ pH meter
- ๑.๓ คุณลักษณะทั่วไป เป็นน้ำยาที่ใช้ทดสอบ
- ๑.๔ คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๑.๔.๑. เป็นน้ำยาที่ใช้ทดสอบค่า pH ของ pH meter
 - ๑.๔.๒. มี PH = ๔
 - ๑.๔.๓. มีลักษณะเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน บรรจุในขวด
 - ๑.๔.๔. มีระบุวันหมดอายุ (Expired Date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ข้างภาชนะที่บรรจุ โดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๑.๕ เงื่อนไขเฉพาะ (Performance)
 - ๑.๕.๑. มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ

๑.  นางสาวดารณี นุดาลัย ประธานกรรมการ

๒.  นางสาวสุธิดา แก้วประกาศ กรรมการ

๓.  นางสาวอัญชลี หอมแก้ว กรรมการ


๔.  นางสาวชนิกา แม่นจันทรรัตน์ กรรมการ

๕.  นางสาวธิดาวรรณ เจริญสุข กรรมการ


คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

รายการที่ ๕๕. BUFFERED PH ๗

- ๑.๑ ความต้องการ BUFFERED PH ๗
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ ใช้ทดสอบค่า pH ของ pH meter
- ๑.๓ คุณลักษณะทั่วไป เป็นน้ำยาที่ใช้ทดสอบ
- ๑.๔ คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๑.๔.๑. เป็นน้ำยาที่ใช้ทดสอบค่า pH ของ pH meter
 - ๑.๔.๒. มี PH = ๗
 - ๑.๔.๓. มีลักษณะเป็นของเหลวพร้อมใช้งาน บรรจุในขวด
 - ๑.๔.๔. มีระบุวันหมดอายุ (Expired Date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ข้างภาชนะที่บรรจุ โดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๑.๕ เงื่อนไขเฉพาะ (Performance)
 - ๑.๕.๑. มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ

๑. 
นางสาวดารณี นุดาลัย
ประธานกรรมการ

๒. 
นางสุธิดา แก้วประกาศ
กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน
๓. 
นางสาวอัญชลี หอมแก้ว
กรรมการ

๔. 
นางสาวชนิกา แมนจันทรรัตน์
กรรมการ

๕. 
นางสาววริตวรรณ เจริญสุข
กรรมการ

๘
รายการที่ ๕๓. FILTER PAPER NO.๓ ๒๔ CM

๑.๑ ความต้องการ FILTER PAPER NO.๓ ๒๔ CM

๑.๒ วัตถุประสงค์ ใช้กรองสารเคมีในห้องจุลชีววิทยา

๑.๓ คุณลักษณะทั่วไป เป็นกระดาษกรอง

๑.๔ คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๔.๑. เป็นกระดาษกรอง


๑.๔.๒. ใช้กรองสารเคมีในห้องจุลชีววิทยา

๑.๔.๓. ขนาด ๒๔ CM


๑.๔.๔. มีระบุวันหมดอายุ (Expired Date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ช้างพาณิชย์ที่บรรจุ
โดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน


๑.๕ เงื่อนไขเฉพาะ (Performance).

๑.๕.๑. มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ

๑. 
นางสาวดารณี นุดาลัย
ประธานกรรมการ

๒. 
นางสุธิดา แก้วประกาศ
กรรมการ

๓. 
นางสาวอัญชลี หอมแก้ว
กรรมการ

๔. 
นางสาวนิกา แมนจันทรรัตน์
กรรมการ

๕. 
นางสาวธิดารัตน์ เจริญสุข
กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

รายการที่ ๖๓. V FACTOR DISCS

- ๑.๑ ความต้องการ V FACTOR DISCS
๑.๒ วัตถุประสงค์ จัดจำแนกเชื้อจุลชีพในกลุ่ม *Haemophilus*
๑.๓ คุณลักษณะทั่วไป เป็นแผ่นยาทดสอบสำเร็จรูปที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๑.๔ คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๔.๑. เป็นแผ่นทดสอบสำเร็จรูปที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว (Steriled paper discs) ใช้ในงานทดสอบและจัดจำแนกเชื้อจุลชีพในกลุ่ม *Haemophilus*

๑.๔.๒. ลักษณะเป็นแผ่นยากลมสีขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ มิลลิเมตร มีระบุชื่อย่อและความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์กำกับทุกแผ่น บรรจุภายในหลอดที่มีสารดูดความชื้น ๑ หลอดต่อ ๑ ชิ้น

๑.๔.๓. แต่ละแผ่นมีส่วนประกอบสำคัญ คือ V FACTOR (COFACTOR I)

๑.๔.๔. แผ่นยา มีการควบคุมความชื้นต้องไม่เกิน ๒%

๑.๔.๕. ผลิตภายใต้มาตรฐาน DIN ซึ่งกำหนดช่วงของความเข้มข้นของยาในแต่ละแผ่นอยู่ระหว่าง ๙๐ - ๑๒๕ %

๑.๔.๖. ระบุวันหมดอายุ (Expiry Date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ช่างภาพขณะที่บรรจุ โดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

๑.๔.๗. บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕

๑.๕ เงื่อนไขเฉพาะ (Performance)

๑.๕.๑. มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

๑. นางสาวดารณี นุตาลัย
ประธานกรรมการ

๒. นางสุธิดา แก้วประกาศ
กรรมการ

๓. นางสาวอัญชลี หอมแก้ว
กรรมการ

๔. นางสาวชนิกา แม่นจันทร์รัตน์
กรรมการ

๕. นางสาวธิดาวรรณ เจริญสุข
กรรมการ

๘
รายการที่ ๖๕. X FACTOR DISCS

- ๑.๑ ความต้องการ X FACTOR DISCS
๑.๒ วัตถุประสงค์ จัดจำแนกเชื้อจุลชีพในกลุ่ม *Haemophilus*
๑.๓ คุณลักษณะทั่วไป เป็นแผ่นยาทดสอบสำเร็จรูปที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๑.๔ คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๔.๑. เป็นแผ่นทดสอบสำเร็จรูปที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว (Steriled paper discs) ใช้ในงานทดสอบและ
จัดจำแนกเชื้อจุลชีพในกลุ่ม *Haemophilus*

๑.๔.๒. ลักษณะเป็นแผ่นยากลมสีขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ มิลลิเมตร มีระบุชื่อย่อและความ
เข้มข้นของผลิตภัณฑ์กำกับทุกแผ่น บรรจุภายในหลอดที่มีสารดูดความชื้น ๑ หลอดต่อ ๑ ชิ้น

๑.๔.๓. แต่ละแผ่นมีส่วนประกอบสำคัญ คือ X FACTOR (COFACTOR I)

๑.๔.๔. แผ่นยา มีการควบคุมความชื้นต้องไม่เกิน ๒%


๑.๔.๕. ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน DIN ซึ่งกำหนดช่วงของความเข้มข้นของยาในแต่ละแผ่นอยู่ระหว่าง
๙๐ - ๑๒๕ %

๑.๔.๖. ระบุวันหมดอายุ (Expiry Date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ช่างภาพขณะที่บรรจุ
โดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน


๑.๔.๗. บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕

๑.๕ เงื่อนไขเฉพาะ (Performance)

๑.๕.๑. มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากวันส่งมอบ

๑ 
นางสาวดารณี นุดาลัย
ประธานกรรมการ

๒ 
นางสุธิดา แก้วประกาศ
กรรมการ

๓ 
นางสาวอัญชลี หอมแก้ว
กรรมการ

๔ 
นางสาวชนิกา แม่นจันทร์รัตน์
กรรมการ

๕ 
นางสาวธิดาวรรณ เจริญสุข
กรรมการ

รายการที่ ๖๖. X+V FACTOR DISCS

- ๑.๑ ความต้องการ X+V FACTOR DISCS
๑.๒ วัตถุประสงค์ จัดจำแนกเชื้อจุลชีพในกลุ่ม *Haemophilus*
๑.๓ คุณลักษณะทั่วไป เป็นแผ่นยาทดสอบสำเร็จรูปที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
๑.๔ คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๔.๑. เป็นแผ่นทดสอบสำเร็จรูปที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว (Steriled paper discs) ใช้ในงานทดสอบและจัดจำแนกเชื้อจุลชีพในกลุ่ม *Haemophilus*

๑.๔.๒. ลักษณะเป็นแผ่นยากลมสีขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ มิลลิเมตร มีระบุชื่อย่อและความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์กำกับทุกแผ่น บรรจุภายในหลอดที่มีสารดูดความชื้น ๑ หลอดต่อ ๑ ชิ้น

๑.๔.๓. แต่ละแผ่นมีส่วนประกอบสำคัญ คือ X+V FACTOR (COFACTOR I)

๑.๔.๔. แผ่นยา มีการควบคุมความชื้นต้องไม่เกิน ๒%

๑.๔.๕. ผลิตภายใต้มาตรฐาน DIN ซึ่งกำหนดช่วงของความเข้มข้นของยาในแต่ละแผ่นอยู่ระหว่าง ๙๐ - ๑๒๕ %

๑.๔.๖. ระบุวันหมดอายุ (Expiry Date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ช่างภาชนะที่บรรจุ โดยบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

๑.๔.๗. บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานตามระบบ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕

๑.๕ เงื่อนไขเฉพาะ (Performance)

๑.๕.๑. มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากวันส่งมอบ

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

๑. นางสาวดารณี นุตาลัย
ประธานกรรมการ

๒. นางสุธิดา แก้วประกาศ
กรรมการ

๓. นางสาวอัญชลี หอมแก้ว
กรรมการ


๔. นางสาวชนิกา แม่นจันทร์รัตน์
กรรมการ


๕. นางสาวธิดาวรรณ เจริญสุข
กรรมการ

๕. เงื่อนไขอื่น ๆ รายการที่ ๑-๖๖


- ๕.๑ มีบริการฝึกสอนการใช้งานและให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญของเครื่องตามที่ร้องขอ
- ๕.๒ มีบริการบำรุงรักษาและซ่อมกรณีเครื่องขัดข้องตลอดการใช้งาน
- ๕.๓. เวชภัณฑ์ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ตามที่ อ.ย.กำหนด
- ๕.๔. มีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย (ตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุ)
- ๕.๕. สามารถรับ/แลกเปลี่ยนสินค้าได้กรณีเกิดการชำรุดขณะใช้งานโดยไม่คิดมูลค่า
- ๕.๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
- ๕.๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
- ๕.๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
- ๕.๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
- ๕.๑๐. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
- ๕.๑๑. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน

๑. 
นางสาวดารณี นุดาลัย
ประธานกรรมการ

๒. 
นางสุธิดา แก้วประกาศ
กรรมการ

๓. 
นางสาวอัญชลี หอมแก้ว
กรรมการ

๔. 
นางสาวชนิกา แม่นจันทร์
กรรมการ

๕. 
นางสาวธิดารณ เจริญสุข
กรรมการ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดทำโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาดังนี้

๗.๑ ให้หลักเกณฑ์ราคาข้อเสนอ ๓๐ คะแนน

๗.๒ ให้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	ตัวแปร	เกณฑ์	ระดับคะแนน
๑.	มีการใช้งานในโรงเรียนแพทย์มีใช้จริงในปี ๒๕๖๖ เอกสารยืนยันตรงตามที่มีคุณลักษณะ (คะแนนเต็ม ๑๐) (แสดงหลักฐาน)	๑.๑ มีใช้งานในโรงเรียนแพทย์	๑๐
		๑.๒ ไม่มีใช้งานในโรงเรียนแพทย์แต่มีใช้ในโรงพยาบาลศูนย์หรือ รพ.สต.	๕
		๑.๓ ไม่มีการใช้งานในโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลศูนย์มีใช้ในโรงพยาบาลเอกชน	๓
		๑.๔ มีการใช้งานในต่างประเทศเท่านั้น	๑
๒.	มีรายการสินค้า น้ำยา/สารเคมี/อุปกรณ์ ครบคลุมทั้งแผนจัดซื้อ (คะแนนเต็ม ๒๐) (แสดงหลักฐาน)	๒.๑ สามารถจัดหาให้ได้ครบ ๖๖ รายการ	๒๐
		๒.๒ สามารถจัดหาได้บางส่วนจำนวน ๕๖-๖๕ รายการ	๑๕
		๒.๓ สามารถจัดหาได้บางส่วนจำนวน ๔๕-๕๖ รายการ	๑๐
		๒.๔ สามารถจัดหาได้บางส่วนจำนวนน้อยกว่า ๔๕ รายการ	๕
๓.	คุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดผงที่ใช้เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียแบบสำเร็จรูป (คะแนนเต็ม ๑๐) (แสดงหลักฐาน)	๓.๑ ผ่านการรับรองมาตรฐานมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๓๔๘๕	๑๐
		๓.๒ ผ่านการรับรองมาตรฐานมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๓๔๘๕ อย่างใดอย่างหนึ่ง	๕
		๓.๓ ผ่านการรับรองมาตรฐานอื่น	๑
๔.	ผู้ผลิตได้นำสินค้ามาให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งาน (คะแนนเต็ม ๑๕) (แสดงหลักฐาน)	๔.๑ นำมาให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานพบว่าคุณภาพโดยรวมดีมาก	๑๕
		๔.๒ นำมาให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งานและคุณภาพโดยรวมไม่ดี	๑๐
		๔.๓ ไม่เคยนำมาให้ผู้ใช้งานทดลองใช้งาน	๕
๕.	การจัดเก็บและการขนส่งสินค้ามีมาตรฐาน (คะแนนเต็ม ๑๕) (แสดงหลักฐาน)	๕.๑ จัดเก็บและขนส่งสินค้าภายใต้อุณหภูมิที่เหมาะสมตามมาตรฐานทุกรายการ	๑๕
		๕.๒ การจัดเก็บและขนส่งไม่เหมาะสมเป็นบางรายการ	๑๐
		๕.๓ จัดเก็บไม่เหมาะสมทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพ	๑

*หมายเหตุ ทุกข้อของคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัยที่ยื่นข้อเสนอ

ต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ และลงชื่อรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจ

๑
นางสาวดารณี นุตาลัย
ประธานกรรมการ

๒
นางสุธิดา แก้วประกาศ
กรรมการ

๓
นางสาวอัญชลี หอมแก้ว
กรรมการ

๔
นางสาวชนิกา แม่นจันทร์รัตน์
กรรมการ

๕
นางสาวจิตาวรรณ เจริญสุข
กรรมการ