

## แผนสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้า (๑)

รายการที่ ๗-๘ Angle EVER

ความต้องการ สายสวนขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าในช่องอกและช่องท้องโป่งพองหรือฉีกขาด ชนิดหลอดเลือดมีการคดงอมาก

วัตถุประสงค์ จัดหาสายสวนขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่เออร์ต้าในช่องอกและช่องท้องโป่งพองหรือฉีกขาด ชนิดหลอดเลือดมีการคดงอมาก(หมวดกรรมบัญชีกลาง ๔๘๐๔)

### คุณสมบัติทั่วไป

๑. สายสวนหุ้มกราฟต์หลากหลายแบบให้เลือกตามตำแหน่งหลอดเลือดของคนไข้คือทั้งหลอดเลือดในอกและในช่องท้อง
๒. มีระบบการนำสายสวนเข้าไปในตัวคนไข้ผ่านท่อนำผ่านหลอดเลือดแดงที่ขาหนีบหรือที่แขน
๓. ส่วนของขดลวดผลิตจาก Nitinol
๔. ถ้าเป็นส่วนที่ใช้กับหลอดเลือดในช่องท้อง ต้องสามารถใช้ได้กับ infrarenal aortic angle ที่มากกว่า ๖๐ องศา
๕. ต้องมีสายสวนหุ้มกราฟต์ หลายแบบให้เลือกใช้ตามสภาพหลอดเลือดของคนไข้ ดังนี้
  - a. ตัว Main body ต้องมีทั้งสองขา (bifurcated), ขาเดียว (AUI)
  - b. ต้องมีสายสวนหุ้มกราฟต์ส่วนต่อขยายไปที่ขา (iliac leg grafts), ส่วนต่อไปที่หัว (Aortic cuff)
๖. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บและบริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดตามราคาสินค้าที่บริษัทเสนอไว้
๗. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ กับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๘. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าบนชั้นวางให้มีความพร้อมใช้ มีสินค้าทุกขนาดทุกรูปแบบตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือลักษณะฝากขาย(Consignment) โดยเมื่อมีการใช้สินค้าแล้วจึงมีการออกไปสั่งซื้อตามที่ได้ใช้จริง

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ  
(นายวุฒิชัย แสงประกาย)

๒.....กรรมการ  
(ผศ.วัชรพงศ์ พิทักษ์สันตโยธิน)

๓.....กรรมการ  
(นางปติฐา สุประภารพงษ์)