

รายละเอียดคุณลักษณะและคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดตรวจสอบในการประเมินประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์โดยการตรวจสอบ ATP
(CLEAN-TRACE ATP WATER TESE ๑๐๐ TEST/CASE)

๑. ความต้องการ

ชุดตรวจสอบในการประเมินประสิทธิภาพในการทำความสะอาด (CLEAN-TRACE ATP WATER TEST ๑๐๐ TEST/ CASE) ชนิดการทดสอบชุดอุปกรณ์ที่เป็นท่อ/ สายขนาดเล็ก

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นท่อ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ ชุดตรวจสอบในการประเมินประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ โดยการตรวจสอบ ATP (Adenosine Triphosphate)

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ชุดตรวจสอบความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นท่อ เช่น กล้องส่องตรวจแบบ flexible/rigid และ suction เป็นต้น โดยตรวจสอบ ATP ที่หลงเหลืออยู่หลังผ่านการล้างทำความสะอาด ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความสะอาด (cleaning verification) ตรงตามคำแนะนำ ANSI/AAMI ST ๗๙

๔.๒ ปลายก้านมีการออกแบบพิเศษเหมาะสำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำปราศจากเชื้อ (sterile) จากการ flush ผ่านเข้าไปในอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่นำมาตรวจสอบความสะอาด

๔.๓ อ่านผลได้ภายใน ๓๐ วินาที โดยต้องใช้ร่วมกับเครื่องที่มีความไวต่อการตรวจจับแสงที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาของเอนไซม์ luciferase กับ ATP ภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตของคราบสิ่งสกปรกบนเครื่องมือแพทย์ที่นำมาตรวจ เช่น คราบเนื้อเยื่อ สิ่งคัดหลั่ง เชื้อโรค เป็นต้น

๔.๔ ค่าที่อ่านได้เป็นตัวเลข หน่วยวัดคือ RLU (Relative Light Unit)

๔.๕ มีคำแนะนำและวิธีในการใช้งานภายในกล่อง พร้อมสอนวิธีการใช้งาน

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ

๕.๒ สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒ กรรมการ
(นางมลวิมลย์ นามนุช)

๓ กรรมการ
(นางสาวสายหยุด พูนน้อย)

๕.๓ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๕.๔ หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๕.๕ บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้น ๆ

๕.๖ กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๕.๗ ผู้ยื่นเสนอราคาที่จะเข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒ กรรมการ
(นางมลวิมลย์ นามนุช)

๓ กรรมการ
(นางสาวสายหยุด พูนน้อย)

เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ตัวแปร	ค่าน้ำหนัก	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา	หมายเหตุ
๑.ผลการประเมินจากผู้ใช้งาน	๔๐	๑๐๐	-ผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๙๐ ได้ ๑๐๐คะแนน -ผู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐-๘๙ ได้ ๕๐คะแนน	
๒.การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้เคียง -บริษัทรับประกันการเปลี่ยน จากกรณีหมดอายุโดยไม่มีค่าใช้จ่าย	๓๐	๑๐๐	- บริษัทยินยอมแลกเปลี่ยนในกรณีหมดอายุใช้งานได้ ๑๐๐ คะแนน - บริษัทยินยอมแลกเปลี่ยนในกรณีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๓ เดือน ได้ ๕๐ คะแนน	

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ ประธานกรรมการ
(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒ กรรมการ
(นางมลวิมลย์ นามนุช)

๓ กรรมการ
(นางสาวสายหยุด พูนน้อย)