

แผนหัวรอก/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น MR๘
รายการที่ ๑ หัวรอกทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ มม. ยาว ๑๐ ซม.

ความต้องการ หัวรอกทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ มม. ยาว ๑๐ ซม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูก

คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวรอกโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นหัวรอกทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ มม. ยาว ๑๐ ซม.

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas รุ่น MR๘ ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๗. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตนันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

แผนหัวรอก/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น MR๘
รายการที่ ๒ หัวรอกทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มม. ยาว ๑๐ ซม.

ความต้องการ หัวรอกทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มม. ยาว ๑๐ ซม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูก

คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวรอกโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นหัวรอกทรงกลม แบบ Fluted เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มม. ยาว ๑๐ ซม.

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas รุ่น MR๘ ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๗. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อดิเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

แผนหัวรอก/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น MR๘
รายการที่ ๓ หัวรอกทรงกลมเคลือบเพชร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๐ มม. ยาว ๗ ซม.

ความต้องการ หัวรอกทรงกลมเคลือบเพชร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มม. ยาว ๗ ซม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูก
คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวรอกโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็ว
รอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ เป็นหัวรอกทรงกลมเคลือบเพชร เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ มม. ยาว ๗ ซม.

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Midas รุ่น MR๘ ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์วชิร
พยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท
ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ
ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์
ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของ
ราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๗. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ
หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน
ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ
สิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตาม
บรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อดิเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

แผนหัวรอก/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น MR๘

รายการที่ ๔ หัวตัดสำหรับการตัดกะโหลกศีรษะ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๓ มม.

ความต้องการ หัวตัดปลายเรียว

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาท เพื่อตัดเปิด และเจาะกระดูกกะโหลกศีรษะ

คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวตัดปลายเรียวใช้งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวตัดปลายเรียว แบบ Tapered
๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวตัดประมาณ ๒.๓ มม.
๓. สามารถใช้งานร่วมกับข้อต่อแบบตรงความยาวประมาณ ๗ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายในประมาณ ๒.๓ มม. ได้
๔. สามารถใช้งานร่วมกับข้อต่อ Craniotome แบบมี Guard ได้
๕. สามารถใช้งานได้กับมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับตัดเปิดกะโหลกศีรษะ Midas รุ่น MR8 ที่มีใช้งานอยู่ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตได้
๖. เป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา
๗. เป็นสินค้าผ่านการผลิตและได้มาตรฐานของบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้ใช้งาน
๘. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแนบพร้อมเอกสารยื่นข้อเสนอราคา
๙. ต้องมีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย
๑๐. สินค้าผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ และบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๑๑. อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๒ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า

Price performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อดิเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

รายการที่ ๕ รายละเอียด หัวรอกทรงกลมเคลือบเพชรความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ มม.

ความต้องการ หัวรอกทรงกลมเคลือบเพชรความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ มม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูก
คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวรอกโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวรอกทรงกลมเคลือบเพชร
๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวรอกประมาณ ๓ มม.
๓. สามารถใช้กับข้อต่อแบบตรง หรือแบบมุมที่มีความยาวประมาณ ๑๐ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายในประมาณ ๒.๔ มม.
๔. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๕. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่น Midas รุ่น MR๘ ที่มีใช้งานอยู่ในห้องผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
๒. เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. เป็นสินค้าผ่านการผลิตและได้มาตรฐานของบริษัทเมดโทรนิคซึ่งเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของโลก
๔. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

๑๐. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๑. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

รายการที่ ๖ รายละเอียด หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ มม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ มม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูก
คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะ
ด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวกรอทรงกลม แบบเคลือบเพชร
๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวกรอประมาณ ๔ มม.
๓. สามารถใช้กับข้อต่อแบบตรง หรือแบบมุมที่มีความยาวประมาณ ๑๐ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายในประมาณ ๒.๔ มม.
๔. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๕. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่นMidas รุ่น MR8 ที่มีใช้งานอยู่ในห้องผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
๒. เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. เป็นสินค้าผ่านการผลิตและได้มาตรฐานของบริษัทเมดิทโรนิกซึ่งเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของโลก
๔. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ ของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

- ๑๐.กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ สิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
- ๑๑.ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุ ภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

รายการที่ ๗ รายละเอียด หัวกรองทรงกลมความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ มม.

ความต้องการ หัวกรองทรงกลมความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ มม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูก
คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวกรองทรงกลม แบบ Fluted
๒. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกรองประมาณ ๓ มม.
๓. สามารถใช้กับข้อต่อแบบตรง หรือแบบมุมที่มีความยาวประมาณ ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ ๒.๔ มม.
๔. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๕. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่นMidas รุ่น MR8 ที่มีใช้งานอยู่ในห้องผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
๒. เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. เป็นสินค้าผ่านการผลิตและได้มาตรฐานของบริษัทเมดิโตนิกซึ่งเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของโลก
๔. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕. บรรจุกันที่จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

๑๐. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๑. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

รายการที่ ๘ รายละเอียด หัวกรอทรงกลมความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ มม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลมความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ มม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูก
คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวกรอทรงกลม แบบ Fluted
๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวกรอประมาณ ๔ มม.
๓. สามารถใช้กับข้อต่อแบบตรง หรือแบบมุมที่มีความยาวประมาณ ๑๐ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายในประมาณ ๒.๔ มม.
๔. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๕. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่น Midas รุ่น MR8 ที่มีใช้งานอยู่ในห้องผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
๒. เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. เป็นสินค้าผ่านการผลิตและได้มาตรฐานของบริษัทเมดิโตนิกซึ่งเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของโลก
๔. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๑๐. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อดิเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

๑๑. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตน์กุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

รายการที่ ๙ รายละเอียด หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ มม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ มม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูก
คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบ
๒. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกรอประมาณ ๓ มม.
๓. สามารถใช้กับข้อต่อแบบตรง หรือแบบมุมที่มีความยาวประมาณ ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ ๒.๔ มม.
๔. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๕. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่นMidas รุ่น MR8 ที่มีใช้งานอยู่ในห้องผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
๒. เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. เป็นสินค้าผ่านการผลิตและได้มาตรฐานของบริษัทเมดิโตนิกซึ่งเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของโลก
๔. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันท)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

๑๐. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๑. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อดิเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

รายการที่ 10 รายละเอียด หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ มม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ มม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูก
คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวกรอทรงกลม แบบเคลือบเพชรแบบหยาบ
๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวกรอประมาณ ๔ มม.
๓. สามารถใช้กับข้อต่อแบบตรง หรือแบบมุมที่มีความยาวประมาณ ๑๐ ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางภายในประมาณ ๒.๔ มม.
๔. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๕. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่น Midas รุ่น MR8 ที่มีใช้งานอยู่ในห้องผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
๒. เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. เป็นสินค้าผ่านการผลิตและได้มาตรฐานของบริษัทเมดิโตนิกซึ่งเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของโลก
๔. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่ใหม่ ของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๑๐. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรตกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อดิเทพ มงคลรัตน์นันท)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

รายการที่ 11 รายละเอียด หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบพิเศษความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ มม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบพิเศษความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ มม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูก
คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวกรอทรงกลม แบบเคลือบเพชรแบบหยาบพิเศษ
๒. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกรอประมาณ ๔ มม.
๓. สามารถใช้กับข้อต่อแบบตรง หรือแบบมุมที่มีความยาวประมาณ ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ ๒.๔ มม.
๔. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๕. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่นMidas รุ่น MR 8 ที่มีใช้งานอยู่ในห้องผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
๒. เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. เป็นสินค้าผ่านการผลิตและได้มาตรฐานของบริษัทเมดิทรอนิคซึ่งเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของโลก
๔. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕. บรรจุกันที่จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรตกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

๑๐. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๑. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

รายการที่ 12 รายละเอียด หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ มม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ มม.
วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูก
คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวกรอทรงกลม แบบเคลือบเพชรแบบหยาบ
๒. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกรอประมาณ ๕ มม.
๓. สามารถใช้กับข้อต่อแบบตรง หรือแบบมุมที่มีความยาวประมาณ ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ ๒.๔ มม.
๔. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๕. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่น Midas รุ่น MR8 ที่มีใช้งานอยู่ในห้องผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
๒. เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. เป็นสินค้าผ่านการผลิตและได้มาตรฐานของบริษัทเมดิโตนิกซึ่งเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของโลก
๔. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕. บรรจุกันที่จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เพิ่งของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงดนั้นๆ
๑๐. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อดิเทพ มงคลรัตน์นันท)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

๑๑. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือตามบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

รายการที่ 13 รายละเอียด หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบพิเศษความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ มม.

ความต้องการ หัวกรอทรงกลมเคลือบเพชรแบบหยาบพิเศษความยาว ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ มม.

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นเครื่องมือผ่าตัดในงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง เพื่อตัดแต่งและกรอกระดูก
คุณสมบัติทั่วไป เป็นหัวกรอโดยใช้งานร่วมกับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูง

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นหัวกรอทรงกลม แบบเคลือบเพชรแบบหยาบพิเศษ
๒. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกรอประมาณ ๕ มม.
๓. สามารถใช้กับข้อต่อแบบตรง หรือแบบมุมที่มีความยาวประมาณ ๑๐ ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ ๒.๔ มม.
๔. ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๕. เป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สามารถใช้งานได้กับเครื่องกรอกระดูกไฟฟ้าและเจาะตัดเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วรอบสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่นMidas รุ่น MR8 ที่มีใช้งานอยู่ในห้องผ่าตัดประสาทศัลยศาสตร์
๒. เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานอาหารและยา ของประเทศสหรัฐอเมริกา
๓. เป็นสินค้าผ่านการผลิตและได้มาตรฐานของบริษัทเมดิทโรนิกซึ่งเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของโลก
๔. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิออกเลิกสัญญาได้
๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อดิเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

๑๐. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๑. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อดิเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)

เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ

- ด้านราคา ร้อยละ ๔๐
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๖๐

เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

| ตัวแปร | ค่าน้ำหนัก | คะแนน | เกณฑ์การพิจารณา |
|--|------------|-------|--|
| ๑. มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry | ๒๐ | ๑๐๐ | มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry |
| ๒.การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์ | ๒๐ | ๑๐๐ | โดยประเมิน ใน ๓ ด้าน ด้านวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน ระดับคะแนนประเมิน ๘๐-๑๐๐ = ๒๐ คะแนน ๗๐-๗๙ = ๑๕ คะแนน ต่ำกว่า ๗๐ = ๑๐ คะแนน |
| ๓.การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้เคียงหมดอายุ | ๒๐ | ๑๐๐ | แลกเปลี่ยนทุกกรณี = ๒๐ คะแนน ภายใน ๑ เดือน = ๑๘ คะแนน ภายใน ๑-๓ เดือน = ๑๖ คะแนน ภายใน ๓-๖ เดือน = ๑๔ คะแนน ภายใน ๖ เดือน- ๑ปี = ๑๒ คะแนน มากกว่า ๑ ปี = ๑๐ คะแนน |

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิตติพร ศรีอมรรัตนกุล)

๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)

๓.....กรรมการ
(นายชานน อริยประกาย)