

เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ

- กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ๕๐
- ด้านราคา ร้อยละ ๔๐
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๖๐

เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ตัวแปร	ค่าน้ำหนัก	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry	๒๐	๑๐๐	มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry
๒. การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์	๒๐	๑๐๐	โดยประเมิน ใน ๓ ด้าน ดัชนีวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน ระดับคะแนนประเมิน ๘๐-๑๐๐ = ๒๐ คะแนน ๗๐-๗๙ = ๑๕ คะแนน ต่ำกว่า ๗๐ = ๑๐ คะแนน
๓. การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้เคียง	๒๐	๑๐๐	แลกเปลี่ยนได้ทุกกรณี = ๒๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๓ เดือน = ๑๕ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน = ๑๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๑ ปี = ๕ คะแนน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ

(รศ.กิติพร ศรีอมรรัตน์กุล)



๒.....กรรมการ

(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันท)



๓.....กรรมการ

(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรกุล)

แผน ๖๗๐๓๑ เวชภัณฑ์คัดสรรกรมประสาท (๓)

รายการที่ ๑ เชื้อเย็บแผล

ความต้องการ เชื้อเย็บแผล

วัตถุประสงค์ ใช้เย็บบาดแผลหลังจากการผ่าตัด

คุณสมบัติทั่วไป เป็นเข็มสแตนเลสแข็ง คม โค้งงอตามสภาพการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. เป็นเข็มสแตนเลสแข็ง คม โค้งงอตามสภาพการใช้งาน
๒. ตัวเข็มมีแบบปลายเข็มเรียวกลม (Round)
๓. ด้านหัวของเข็มมีรอยเจาะรูร้อยไหมแบบผ่ากด (spring eye)
๔. ความโค้ง 1/2 วงกลม ขนาดเข็ม ๑๘ มม. (TH-๑๘)


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดอายุการประกันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์เวชพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิติพร ศรีอรรณกุล)



๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันท)



๓.....กรรมการ
(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล)


๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิติพร ศรีอมรรัตน์กุล)



๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันท)



๓.....กรรมการ
(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล)

แผน ๖๗๐๓๑ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมประสาท (๓)

รายการที่ ๒ คีมหนีบทิ่มห้ามเลือดขอบหนังศีรษะ

ความต้องการ คีมหนีบทิ่มห้ามเลือดขอบหนังศีรษะ

วัตถุประสงค์ คลิปหนีบทิ่มห้ามเลือดใช้สำหรับห้ามเลือด ในงานศัลยกรรมประสาท

คุณสมบัติทั่วไป

๑. คลิปหนีบทิ่มห้ามเลือดสำหรับงานศัลยกรรมประสาทมีทั้งชนิดใช้กับผู้ใหญ่และเด็ก
๒. ทำจากวัสดุคุณภาพเครื่องมือแพทย์สามารถนำไปอบนึ่งทำให้ปราศเชื้อโดยใช้อุณหภูมิสูงได้
๓. ใช้ได้กับคีมจับคลิปหนีบทิ่มห้ามเลือด (Raney Clip Applier) ที่ใช้กันทั่วไป

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. มีให้เลือกใช้ทั้งชนิดคาร์บอนฟิวเคลือบสีดำและชนิดพลาสติกขอบที่ใช้จับหนีบทิ่มห้ามเลือดมีลักษณะเป็นหยักมน

เงื่อนไขเฉพาะ


๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสภาวะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ

(รศ.กิติพร ศรีอมรรัตนกุล)



๒.....กรรมการ

(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันท)



๓.....กรรมการ

(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล)


๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิติพร ศรีอมรรัตน์กุล)



๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันท)



๓.....กรรมการ
(ผศ.ณัฐวดี นิลเจียรสกุล)

แผน ๖๗๐๓๑ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมประสาท (๓)

รายการที่ ๓ ชุดท่อต่อช่องสมอง

ความต้องการ ชุดระบายน้ำหล่อสมองและไขสันหลังออกสู่ภายนอกร่างกาย

วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำหล่อสมองและไขสันหลังออกสู่ภายนอกร่างกายผู้ป่วย

คุณสมบัติทั่วไป เป็นชุดอุปกรณ์ใช้หลังการผ่าตัดสมองเพื่อระบายน้ำหล่อสมองและไขสันหลังออกสู่ภายนอก
ร่างกายผู้ป่วย

คุณสมบัติเฉพาะ


๑. สายพลาสติกมีคุณสมบัติเรียบ นุ่ม ยืดหยุ่น ไม่ยุบหรือหักง่าย ปลายสายมีข้อต่อ Luer Slip สำหรับ
ต่อกับ Catheter ที่มาจากผู้ป่วย ความยาวรวมประมาณ ๒๐๐ ซม. (ไม่รวมความยาวถุง)
๒. Y-site สำหรับเก็บของเหลวที่ตรวจวิเคราะห์
๓. Three way connector สำหรับต่อเครื่องวัดความดันภายในศีรษะ
๔. กระบอกตวงวัดขนาดประมาณ ๑๐๐ มล. เพื่อติดตามปริมาณของเหลว พร้อม Air-vent ที่มีตัว
กรองป้องกันการปนเปื้อนในอากาศ
๕. รางรอกควบคุมการปิด-เปิด เมื่อต้องการถ่ายของเหลวสู่ถุง
๖. ถุงขนาดความจุประมาณ ๑๒๐๐ มล. เพื่อรองรับของเหลวที่ปล่อยมาจากกระบอกตวงวัด

หมายเหตุ ชุดระบายของเหลวจากสมอง (EVD set) ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานระดับความสมดุลของน้ำ
ในสมอง


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบใน
ใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดอายุการประกันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่
เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขาย
ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิก
สัญญาได้


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด


๑.....ประธานกรรมการ

(รศ.กิติพร ศรีอมรรัตนกุล)


๒.....กรรมการ

(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันท)


๓.....กรรมการ

(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล)


๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่จะเข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิติพร ศรีอมรรตกุล)



๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันท)



๓.....กรรมการ
(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล)

แผน ๖๗๐๓๑ เวชภัณฑ์คัดสรรกรรมประสาท (๓)

รายการที่ ๔ ถุงถ่ายเลือดขนาด ๓๐๐ ซีซี

ความต้องการ ถุงถ่ายเลือดขนาด ๓๐๐ ซีซี

คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นถุงเปล่าขนาด ๓๐๐ ซีซี เพื่อใช้บรรจุส่วนประกอบของโลหิต
๒. ทำจากสารสังเคราะห์ พีวีซี (PVC) MEDICAL GRADE ไม่เป็นพิษ และสามารถคงสภาพเดิมได้ แม้อุณหภูมิจะต่ำกว่า -๒๐ °C
๓. มีท่อพลาสติกแข็งพร้อมปลอกพลาสติกหุ้มต่อจากสายถ่ายเลือดและสามารถเจาะเข้ากับท่อถ่ายเลือดของถุงบรรจุโลหิตได้แน่นสนิท
๔. มีท่อทางออกสองท่อ เปิดออกได้ง่าย จากด้านโคนท่อไปด้านปลายท่อ (PEEL OFF TAB)
๕. มีช่องสำหรับแขวนถุงที่มุมถุงด้านบนทั้ง ๒ มุม ที่กันถุง และด้านข้างทั้งสองด้านมีช่องสำหรับเสียบสาย หรือหลอดทดลองบรรจุตัวอย่างเลือด
๖. สายถ่ายโลหิตทำจากสารสังเคราะห์ พีวีซี (PVC) สี ไม่เรียบ สามารถบิดงอได้ไม่ติดกัน ความยาวประมาณ ๗๕ เซนติเมตร
๗. ทำให้ปราศจากเชื้อโดย อีทิลีนออกไซด์ก๊าซ (Ethylene oxide gas)


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดอายุการประกันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิติพร ศรีอมรรัตนกุล)



๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันท)



๓.....กรรมการ
(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล)


๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแฟ้มเอกสาร

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิติพร ศรีอมรัตนกุล)



๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)



๓.....กรรมการ
(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล)

แผน ๖๗๐๓๑ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมประสาท (๓)
รายการที่ ๕ สาย Ventricular Catheter เคลือบ Antibiotic

ความต้องการ สาย Ventricular Catheter เคลือบ Antibiotic

วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำหล่อเลี้ยงสมองออกจากโพรงสมองสู่ช่องท้องในผู้ป่วยที่มีน้ำหล่อสมองคั่ง และโรคความดันภายในช่องกะโหลกศีรษะสูง

คุณสมบัติทั่วไป เป็นอุปกรณ์ระบายหล่อเลี้ยงสมองจากในโพรงสมองลงสู่ช่องท้อง หรือโพรงสมองสู่หัวใจ


คุณสมบัติเฉพาะ สายระบายน้ำจากส่วนของสมองเข้าสู่ Flushing Valve (Ventricular catheter) มีลักษณะดังนี้

๑. เป็นท่อความยาวประมาณ ๒๓ ซม.
๒. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ ๒.๕ มม.
๓. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ ๑.๓ มม.
๔. มีจุดบอกความยาวอย่างน้อยจำนวน ๑๓ ตำแหน่ง ระยะจากปลายสายถึงจุดที่ ๑ มีความยาวประมาณ ๒ ซม.
๕. ปลายสายด้านหนึ่งมีรูสำหรับระบายน้ำจากโพรงสมองเข้า Flushing Valve หรือ Reservoir
๖. มี Stylet สำหรับใส่ท่อจำนวน ๑ ชิ้น
๗. เคลือบสาร antibiotic rifampicin และ clindamycin เพื่อป้องกันการติดเชื้อ


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤทธการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่ เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขาย ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิก สัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิติพร ศรีอรรถนกุล)



๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันท)



๓.....กรรมการ
(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล)


๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่จะเข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ


คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิติพร ศรีอมรัตนกุล)



๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันต์)



๓.....กรรมการ
(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล)

แผน ๖๗๐๓๑ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมประสาท (๓)
รายการที่ ๖ สาย Peritoneal Catheter เคลือบ Antibiotic (ARES Antibiotic)

ความต้องการ สาย Peritoneal Catheter เคลือบ Antibiotic (ARES Antibiotic)

วัตถุประสงค์ เพื่อระบายน้ำหล่อเลี้ยงสมองออกจากโพรงสมองสู่ช่องท้องในผู้ป่วยที่มีน้ำหล่อสมองคั่งและโรคความดันภายในช่องกะโหลกศีรษะสูง

คุณสมบัติทั่วไป เป็นอุปกรณ์ระบายหล่อเลี้ยงสมองจากโพรงสมองลงสู่ช่องท้อง หรือโพรงสมองลงสู่หัวใจ


คุณสมบัติเฉพาะ

๑. สายระบายน้ำจาก Valve สู่ช่องท้อง (Peritoneal Catheter) มีลักษณะเป็นท่อยาวต่อจาก Valve ลงสู่ช่องท้อง เป็นท่อความยาวประมาณ ๑๒๐ เซนติเมตร
๒. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ ๒.๕ มม.
๓. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในประมาณ ๑.๓ มม.
๔. มีจุดบอกความยาวอย่างน้อย ๓ ตำแหน่ง ระยะจากปลายสายถึงจุดที่ ๑ มีความยาวประมาณ ๕ ซม. และแต่ละจุดห่างกันประมาณ ๕ ซม.
๕. ปลายสายด้านหนึ่งใช้ต่อเข้ากับ Flushing Valve หรือ Reservoir ปลายอีกด้านหนึ่งเปิดและมีรูสำหรับระบายน้ำสู่ช่องท้องอย่างน้อย ๘ รูต่อแถว และอย่างน้อย ๔ แถว

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดอายุการผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิติพร ศรีอมรรัตนกุล)



๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นนต์)




๓.....กรรมการ
(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล)


๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่จะเข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ
(รศ.กิติพร ศรีอมรรตกุล)



๒.....กรรมการ
(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นนต์)



๓.....กรรมการ
(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล)

แผน ๖๗๐๓๑ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมประสาท (๓)

รายการที่ ๗ อุปกรณ์ผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยการฉีดซีเมนต์เพื่อเสริมโครงกระดูกสันหลัง

ความต้องการ อุปกรณ์ผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยการฉีดซีเมนต์เพื่อเสริมโครงกระดูกสันหลัง

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยวิธี Vertebroplasty

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค ซีเมนต์ (Cement) ประกอบไปด้วย


๑. ผงซีเมนต์เป็นสารชนิด PMMA (Polymethyl-methacrylate)
๒. สารละลายผงซีเมนต์ มีคุณสมบัติทึบรังสี (Radiopaque)
๓. เป็นอุปกรณ์การแพทย์สำหรับฝังในกระดูกสันหลังของผู้ป่วย

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดอายุการประกันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่ เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขาย ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิก สัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบ ปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ ของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่จะเข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า


Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด



๑.....ประธานกรรมการ

(รศ.กิติพร ศรีอมรรัตนกุล)



๒.....กรรมการ

(ผศ.อติเทพ มงคลรัตน์นันท)



๓.....กรรมการ

(ผศ.ณัฐวุฒิ นิลเจียรสกุล)