

หลักเกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ

- ด้านราคาที่เสนอ ร้อยละ ๓๐ คะแนน
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๗๐ คะแนน

เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ ได้แก่

ตัวแปร	ค่าน้ำหนัก	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
<p>๑. จำนวน Reference site เป็น เวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่จริงในโรงพยาบาลของรัฐที่มีขนาด ๕๐๐ เตียงขึ้นไป หรือ มี ข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการ ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดย คุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry</p> <p>หมายเหตุ : ให้แสดงเอกสารแนบที่ เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขาย, สำเนาใบ ส่งของ, เอกสารทางวารสารต่างๆเพื่อ ประกอบการพิจารณา</p>	๑๐	๑๐๐	<p>มีเอกสารมาแสดงจำนวนดังต่อไปนี้</p> <p>มากกว่าหรือเท่ากับ ๓ ฉบับ = ๑๐ คะแนน</p> <p>๑-๒ ฉบับ = ๕ คะแนน</p> <p>ไม่มีเอกสารมาแสดง = ๐ คะแนน</p>
๒.การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์	๔๐	๑๐๐	<p>โดยประเมิน ใน ๓ ด้าน ต้นวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน</p> <p>ระดับคะแนนประเมิน ๘๐-๑๐๐ = ๔๐ คะแนน</p> <p>๗๕-๗๐ = ๓๐ คะแนน</p> <p>๖๕-๖๐ = ๒๐ คะแนน</p> <p>๕๕-๕๐ = ๑๐ คะแนน</p> <p>ต่ำกว่า ๕๐ = ๐ คะแนน</p>
๓.การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้เคียงอายุ	๒๐	๑๐๐	<p>แลกเปลี่ยนได้ทุกกรณี = ๒๐ คะแนน</p> <p>ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๓ เดือน = ๑๕ คะแนน</p> <p>ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน = ๑๐ คะแนน</p> <p>ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๑ ปี = ๕ คะแนน</p>

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ  
(ผศ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธ์)

๒.  กรรมการ  
(นางสาวรังสิมา เทียงเกียรติธรรม)

๓.  กรรมการ  
(นางสาวจรัสพร วิสัยสัย)

## เวชภัณฑ์ศัลยกรรมลำไส้และทวารหนัก

### รายการที่ ๑ เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ชนิด ๓ แฉก ขนาด ๒๘ มม.

ความต้องการ เครื่องมือตัดและต่อลำไส้ภายในช่องท้องแบบวงกลม ชนิด ๓ แฉก ขนาด ๒๘ มม. สำหรับเนื้อเยื่อที่มีความหนาแน่นระหว่าง ๑.๕-๒.๐ มม. แบบไล่ระดับ

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับตัดเย็บเนื้อเยื่อภายในช่องท้องแบบวงกลม

คุณสมบัติทั่วไป สำหรับตัดเย็บเนื้อเยื่อภายในช่องท้องแบบวงกลม

#### คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกประมาณ ๒๘ มม.
๒. ประกอบด้วยลวดเย็บไททาเนียม เรียงตัวเป็นแนววงกลมในลักษณะ ๓ แฉก สลับสับหว่าง รอบใบมีดแบบวงกลม
๓. ลวดเย็บมีความสูงระหว่าง ๑.๕-๒.๐ มม.โดยมีการไล่ระดับความสูงของลวดเย็บหลังการเย็บปิด
๔. ลวดเย็บมีขนาดกว้าง ๐.๒๔ มม.
๕. เมื่อตัดต่อเนื้อเยื่อแล้ว lumen จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๙.๕ มม.
๖. เครื่องมือมีความยาวแกน ๒๒ ซม.
๗. บำรุงสามารถพลิกเข้าหาแกนบำรุงได้
๘. มีเสียงและระบบรับความรู้สึกสัมผัสขณะใช้งาน
๙. บรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อพร้อมใช้

#### เงื่อนไขเฉพาะ


๑. ต้องมีหนังสือรับรองตัวแทนจำหน่าย
๒. ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
๓. บรรจุภัณฑ์ต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ

#### คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ


๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ  
(ผศ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธ์) (นางสาวรังสิมา เทียงเกียรติธรรม) (นางสาวจรัสพร วิสัยสัย)

๘. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อหากผู้ขายจะไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายตามให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ  
(ผศ.กุลวัฒน์ พัฒนประภาพันธ์)

๒.  กรรมการ  
(นางสาวรังสิมา เทียงเจริญธรรม)

๓.  กรรมการ  
(นางสาวจรัสพร วิสัยสัย)