

เอกสารแนบท้ายที่ ๑.๒

เลขที่แผน ๖๖๐๒๕ ชื่อแผน เวชภัณฑ์ในการทำ IVF

ลำดับ ๓๗ ชื่อรายการ Dish ๖๐ mm, Center well

ความต้องการ Dish ๖๐mm, Center-well

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นภาชนะสะอาด ปราศจากเชื้อในการเลี้ยงตัวอ่อน

๑. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นจานพลาสติกใส สะอาด ปราศจากเชื้อ

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

๑. มีขนาด ๖๐x๑๕ mm ขนาดพื้นที่ ๒.๔๕ ตารางเซนติเมตร

๒. ปริมาตรทั้งหมด ๒๐ มิลลิลิตร และปริมาตรในหลุมกลาง ๖.๕ มิลลิลิตร

๓. ผลิตจาก polystyrene กันแบนเรียบ เพื่อสามารถวางหยดน้ำยาขนาดเล็กได้

๔. ผ่านการทดสอบ NoNpyrogenic

๕. มีหนังสือแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย

๖. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละไว้ในข้อ ๖ ไว้)

๗. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๘. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๙. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๑๐. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

๑๑. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๑๒. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

ผู้รับรองรายละเอียด

นางสาว รัชชนันท์

(นางสาวรัชชนันท์)

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.ประธานกรรมการ

(นางสาวบุษบา วิริยะศิริเวช)

๒.กรรมการ

(นางสาวจิตติมา จิระสวัสดิ์)

๓.กรรมการ

(นางจิรวัฒนา มโนเลิศเทวัญ)

เอกสารแนบท้ายที่ ๑.๒

เลขที่แผน ๖๖๐๒๕ ชื่อแผน เวชภัณฑ์ในการทำ IVF

ลำดับ ๔๑ ชื่อรายการ อุปกรณ์/งานเลี้ยงตัวอ่อน : Round tube ๑๔ ml

ความต้องการ Round tube ๑๔ ml

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นภาชนะสะอาด ปราศจากเชื้อในการเลี้ยงตัวอ่อน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นหลอดพลาสติกใส ก้นกลม สะอาด ปราศจากเชื้อ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มีขนาด ๑๗x๑๐๐ mm ปริมาตร ๑๔ ml

๒. เป็นวัสดุ polystyrene ใส ก้นกลม บรรจุแยกชั้น

๓. มีฝาแบบ snap cap เพื่อการใช้งานทั้งแบบให้มีก๊าซผ่านหรือปิดสนิทได้

๔. มีหนังสือแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย

๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละไว้ในข้อ ๕ ไว้)

๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุชุดนั้นๆ

๑๐. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๑๑. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

ผู้รับรองรายละเอียด

นางสาว รัชชานนท์

(นางสาวรัชชานนท์)

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.ประธานกรรมการ

(นางสาวบุษบา วิริยะศิริเวช)

๒.กรรมการ

(นางสาวจิตติมา จิระสวัสดิ์)

๓.กรรมการ

(นางจิรวัดนา มโนเลิศเทวัญ)

เอกสารแนบท้ายที่ ๑.๒

เลขที่แผน ๖๖๐๒๕ ชื่อแผน เวชภัณฑ์ในการทำ IVF

ลำดับ ๔๒ ชื่อรายการ อุปกรณ์/งานเลี้ยงตัวอ่อน : Round tube ๕ ml

ความต้องการ Round tube ๕ ml

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นภาชนะสะอาด ปราศจากเชื้อในการเลี้ยงตัวอ่อน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นหลอดพลาสติกใส กันกลม สะอาด ปราศจากเชื้อ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาด ๑๒x๗๕ mm ปริมาตร ๕ ml
๒. เป็นวัสดุ polystyrene ใส กันกลม บรรจุแยกชิ้น
๓. มีฝาแบบ snap cap เพื่อการใช้งานทั้งแบบให้มีก๊าซผ่านหรือปิดสนิทได้
๔. มีหนังสือแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย
๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละไว้ในข้อ ๕ ไว้)
๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๑๐. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๑. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

ผู้รับรองรายละเอียด

นางสาววิณี รัชชานนท์

(นางสาววิณี รัชชานนท์)

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. ประธานกรรมการ

(นางสาวบุษบา วิริยะศิริเวช)

๒. กรรมการ

(นางสาวจิตติมา จิระสวัสดิ์)

๓. กรรมการ

(นางจิรวัฒนา มโนเลิศเทวัญ)

เอกสารแนบท้ายที่ ๑.๒

เลขที่แผน ๖๖๐๒๕ ชื่อแผน เวชภัณฑ์ในการทำ IVF

ลำดับ ๔๕ ชื่อรายการ อุปกรณ์/งานเลี้ยงตัวอ่อน : sterile container ๑๑๐ ml

ความต้องการ Sterile container ๑๑๐ ml

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นภาชนะสะอาด ปราศจากเชื้อในการเลี้ยงตัวอ่อน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นกระบอกพลาสติกใส สะอาด ปราศจากเชื้อ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. มีปริมาตรบรรจุ ๑๑๐-มิลลิลิตร มีฝาปิด มีขีดบอกปริมาตร บรรจุแยกชั้น
๒. เป็นวัสดุ poppypropylene
๓. มีหนังสือแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย
๔. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละไว้ในข้อ ๔ ไว้)
๕. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๖. ผลิตรภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๗. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๘. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๙. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๐. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

ผู้รับรองรายละเอียด

นางสาววิณี รัชชานนท์

(นางสาววิณี รัชชานนท์)

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.ประธานกรรมการ

(นางสาวบุษบา วิริยะศิริเวช)

๒.กรรมการ

(นางสาวจิตติมา จิระสวัสดิ์)

๓.กรรมการ

(นางจิรวัดนา มโนเลิศเทวัญ)

เอกสารแนบท้ายที่ ๑.๒

เลขที่แผน ๖๖๐๒๕ ชื่อแผน เวชภัณฑ์ในการทำ IVF

ลำดับ ๔๘ ชื่อรายการ อุปกรณ์/งานเลี้ยงตัวอ่อน : หลอดพลาสติกดูดปลายแหลม

ขนาด ๑,๐๐๐ ไมโครลิตร

ความต้องการ หลอดพลาสติกดูดปลายแหลม

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการดูด ปล่อย ของเหลว สารน้ำต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นหลอดพลาสติกดูดปลายแหลม (pipette tips) ปราศจากเชื้อ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นหลอดดูดปลายแหลม ปราศจากเชื้อ บรรจุกล่องละ 1๐๐ ชิ้น
๒. มีขนาด 1000 ไมโครลิตร
๓. ส่วนปลายมี polyester plug เพื่อช่วยป้องกันการไหลของของเหลวที่อาจจะมากเกินไป
๔. มีหนังสือแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย
๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละไว้ในข้อ ๕ ไว้)
๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๗. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๘. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๑๐. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๑. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

ผู้รับรองรายละเอียด

นางสาววิณี รัชชานนท์

(นางสาววิณี รัชชานนท์)

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. ประธานกรรมการ

(นางสาวบุษบา วิริยะศิริเวช)

๒. กรรมการ

(นางสาวจิตติมา จิระสวัสดิ์)

๓. กรรมการ

(นางจิรวัฒนา มโนเลิศเทวัญ)

เอกสารแนบท้ายที่ ๑.๒

เลขที่แผน ๖๖๐๒๕ ชื่อแผน เวชภัณฑ์ในการทำ IVF

ลำดับ ๕๙ ชื่อรายการ อุปกรณ์/งานเลี้ยงตัวอ่อน : filter ๐.๒๒ mm

ความต้องการ filter ๐.๒๒ ไมโครเมตร

วัตถุประสงค์ เป็นตัวกรอง ทรงกลมแบน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

ตัวกรองทรงกลมแบนมีขนาดเล็ก

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจากวัสดุ polypropylene มีขนาดรู ๐.๒๒ ไมโครเมตร

๒. ประสิทธิภาพพื้นที่กรองมากกว่า ๑ ตารางเซนติเมตร

๓. ทนความร้อนได้ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส และความดันมากกว่า ๘๗ psi

๔. มีหนังสือแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่าย

๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๕ ไว้)

๖. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๗. ผลิตภัณต้องมามีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๘. หากพบปัญหาผลิตภัณที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณที่ได้ ทางสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๙. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุชุดนั้นๆ

๑๐. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๑๑. ผู้ยื่นเสนอราคาที่จะเข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

ผู้รับรองรายละเอียด

นางสาว รัชชานันท์

(นางสาวนิริ รัชชานันท์)

หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราชินา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.ประธานกรรมการ

(นางสาวบุษบา วิริยะศิริเวช)

๒.กรรมการ

(นางสาวจิตติมา จิระสวัสดิ์)

๓.กรรมการ

(นางจิรวัฒนา มโนเลิศเทวัญ)

เอกสารแนบท้ายที่ ๑.๓

เกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

ตัวแปร	น้ำหนักของ ตัวชี้วัด	ระดับคะแนน		
		มาก	ปาน กลาง	น้อย
ราคาเสนอ (Price)	๖๐			
คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	๔๐			
- ประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness) โดยรวมของอุปกรณ์จากประสบการณ์การใช้จริง		๒๐	๕	๑
- การขนส่งมีระบบปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสินค้าสัมผัสกับความชื้นและ สิ่งสกปรก		๑๐	๕	๑
- ได้รับการยอมรับให้ใช้ในสถาบันทางการแพทย์ เช่น โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ (มีเอกสารยืนยัน)		๑๐	๕	๑


คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ



ประธานกรรมการ ๒.



กรรมการ ๓.



กรรมการ

นางสาวบุษบา วิริยะศิริเวช)

(นางสาวจิตติมา จิระสวัสดิ์)

(นางจิรวัฒนา มโนเลิศเทวัญ)