

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๗๙ รายการ

๑. ความเป็นมา

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีหน้าที่ในการให้บริการด้านสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาวัสดุทางการแพทย์ เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดหรือจัดทำเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ

๒. วัตถุประสงค์

ใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดหรือจัดทำเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น หุ้นส่วน จำกัด กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นเสนอให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-Gp) ของกรมบัญชีกลาง


คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. 

(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒. 

(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓. 

(นางพรทิพย์ ลมสมบุตร)

๔. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ ๓ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ ซม. จำนวน ๗๓ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๒.๕ ซม.

๒. ด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ ๗ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖.๕ ซม. จำนวน ๑๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๖.๕ ซม.

๓. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบหนา ชนิดเมโย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ ซม. ปลายตรง จำนวน ๔ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ ซม. และมีปลายตรง

๔. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบหนา ชนิดเมโย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ปลายตรง จำนวน ๖ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ ซม. และมีปลายตรง


๕. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบหนา ชนิดเมโย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ ซม. ปลายโค้ง จำนวน ๒๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ ซม. และมีปลายโค้ง


คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. 

(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒. 

(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓. 

(นางพรทิพย์ ลมสมบุตร)

๖. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบหนา ชนิดเมโย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗ ซม. ปลายโค้ง

จำนวน ๒๕ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๗ ซม. และมีปลายโค้ง

๗. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบหนา ชนิดเมโย ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓ ซม. ปลายโค้ง จำนวน ๔ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๓ ซม. และมีปลายโค้ง

๘. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบหนา ชนิดเมโย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ปลายโค้ง จำนวน ๒๔ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ ซม. และมีปลายโค้ง

๙. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบบาง ชนิดเมทเซนบอม ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม.

ปลายโค้งคมพิเศษ ด้ามทอง จำนวน ๑๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔ ซม. และมีปลายโค้งคมพิเศษ ด้ามทอง

๑๐. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบบาง ชนิดเมทเซนบอม ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.


ปลายตรงคมพิเศษ ด้ามทอง จำนวน ๑๑ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕ ซม. และมีปลายตรงคมพิเศษ ด้ามทอง


คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. 

(นางสาวภัทรพร วิชาพานิช)

๒. 

(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓. 

(นางพริทีย์ ลมสมบูรณ์)

๑๑. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบบาง ชนิดเมทเซนบอม ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม.

ปลายโค้งคมพิเศษ ด้านทอง จำนวน ๒๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕ ซม. และมีปลายโค้งคมพิเศษ ด้านทอง

๑๒. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบบาง ชนิดเมทเซนบอม ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม.

ปลายโค้งคมพิเศษ ด้านทอง จำนวน ๔๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ ซม. และมีปลายโค้งคมพิเศษ ด้านทอง

๑๓. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบบาง ชนิดเมทเซนบอม ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.

ปลายโค้งคมพิเศษ ด้านทอง จำนวน ๑ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ ซม. และมีปลายโค้งคมพิเศษ ด้านทอง

๑๔. กรรไกรตัดเนื้อเยื่อแบบบาง ชนิดเมทเซนบอม ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓ ซม.

ปลายโค้งคมพิเศษ ด้านทอง จำนวน ๑๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๓ ซม. และมีปลายโค้งคมพิเศษ ด้านทอง


๑๕. กรรไกรตัดไหมแบบป้าน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. ปลายป้าน/ป้านปลายตรง จำนวน ๔๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔ ซม. และมีปลายป้าน/ป้านปลายตรง


คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. 

(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒. 

(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓. 

(นางพรทิพย์ ลมสมบูรณ์)

๑๖. กรรไกรตัดไหมแบบป้าน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. ปลายป้าน/ป้านปลายตรง

จำนวน ๓๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕ ซม. และมีปลายป้าน/ป้านปลายตรง

๑๗. กรรไกรตัดไหมแบบป้าน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕.๕ ซม. ปลายป้าน/ป้านปลายตรง จำนวน ๑๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕.๕ ซม. และมีปลายป้าน/ป้านปลายตรง

๑๘. กรรไกรตัดไหมแบบป้าน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖.๕ ซม. ปลายป้าน/ป้านปลายตรง จำนวน ๓๔ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๖.๕ ซม. และมีปลายป้าน/ป้านปลายตรง

๑๙. กรรไกรตัดไหมแบบป้าน ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. ปลายป้าน/ป้านปลายตรง จำนวน ๑๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ ซม. และมีปลายป้าน/ป้านปลายตรง

๒๐. กรรไกรตัดสายสะดือ ชนิดบุรุษ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ ซม. ปลายโค้ง จำนวน ๒๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ ซม. และมีปลายโค้ง

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.....
(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒.....
(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓.....
(นางพรทิพย์ ลมสมบูรณ์)

๒๑. ปากคิบบ้างเนื้อเยื่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. มีเขี้ยว จำนวน ๑๘ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๓ ซม. และมีเขี้ยว

๒๒. ปากคิบบ้างเนื้อเยื่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔.๕ ซม. มีเขี้ยว จำนวน ๓๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔.๕ ซม. และมีเขี้ยว

๒๓. ปากคิบบ้างเนื้อเยื่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. มีเขี้ยว จำนวน ๕ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ ซม. และมีเขี้ยว

๒๔. ปากคิบบ้างเนื้อเยื่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. มีเขี้ยว จำนวน ๕ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๔ ซม. และมีเขี้ยว

๒๕. ปากคิบบ้างเนื้อเยื่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔.๕ ซม. ไม่มีเขี้ยว จำนวน ๓๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔.๕ ซม. และไม่มีเขี้ยว

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.....
(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒.....
(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓.....
(นางพรทิพย์ ลมสมบูรณ์)

๒๖. ปากคีบจับเนื้อเยื่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. ไม่มีเขี้ยว จำนวน ๒๓ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายันซ์ชาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๓ ซม. และไม่มีเขี้ยว

๒๗. ปากคีบจับเนื้อเยื่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ไม่มีเขี้ยว จำนวน ๕ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายันซ์ชาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ ซม. และไม่มีเขี้ยว

๒๘. ปากคีบจับเนื้อเยื่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. ไม่มีเขี้ยว จำนวน ๒๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายันซ์ชาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ ซม. และไม่มีเขี้ยว

๒๙. ปากคีบจับเนื้อเยื่อ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ไม่มีเขี้ยว จำนวน ๑๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายันซ์ชาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๔ ซม. และไม่มีเขี้ยว


๓๐. ปากคีบจับเนื้อเยื่อ ชนิดแอตสันนาโน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ซม. ไม่มีเขี้ยว จำนวน ๑๕ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายันซ์ชาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ ซม. และไม่มีเขี้ยว


คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. 

(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒. 

(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓. 

(นางพรทิพย์ ลมสมบุตร)

๓๑. ปากคิบบจับเนื้อเยื่อ ชนิดแอตสันนาโน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ซม. มีเขี้ยว ๐.๕ มม. จำนวน ๔๓ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๒ ซม. และมีเขี้ยว ๐.๕ มม.

๓๒. ปากคิบบจับเส้นเลือดดำ ชนิดเดอบอกี้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม.

และปลายปากขนาดไม่น้อยกว่า ๒ มม. จำนวน ๔ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๔ ซม. และปลายปากขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ ๒ มม.

๓๓. ตัวหนีบจับเส้นเลือดดำ ชนิดจิมมินิ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ปลายหักงอ จำนวน ๑๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ ซม. และมีปลายหักงอ

๓๔. ปากคิบบจับก้อนเนื้อ ชนิดรัชเซียน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. จำนวน ๒๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕ ซม.

**๓๕. คีมจับเข็มเย็บแผล ชนิดฮาเซ่ แบบปากทั้งสแตนคาร์บาย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. ด้ามทอง
จำนวน ๒๘ อัน**

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๓ ซม. ด้ามทอง

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.....

(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒.....

(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓.....

(นางพรทิพย์ ลมสมบูรณ์)

**๓๖. คีมจับเข็มเย็บแผล ชนิดครายวู้ด แบบปากทั้งสองเตนคาร์บาย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. ด้ามทอง
จำนวน ๓๕ อัน**

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕ ซม. ด้ามทอง

**๓๗. คีมจับเข็มเย็บแผล ชนิดเมโยเฮก้า แบบปากทั้งสองเตนคาร์บาย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ ซม. ด้ามทอง
จำนวน ๑๐ อัน**

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ ซม. ด้ามทอง

**๓๘. คีมจับเข็มเย็บแผล ชนิดเมโยเฮก้า แบบปากทั้งสองเตนคาร์บาย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ด้ามทอง
จำนวน ๕๕ อัน**

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ ซม. ด้ามทอง

**๓๙. คีมจับเข็มเย็บแผล ชนิดเมโยเฮก้า แบบปากทั้งสองเตนคาร์บาย ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. ด้ามทอง
จำนวน ๗๐ อัน**

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ ซม. ด้ามทอง

๔๐. ตัวถ่างชนิดไวท์เรนเนอร์ แบบแร็คเค็ดล็อกในตัวเอง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม.


มีพื้นแหลม ๓:๔ ฟัน จำนวน ๕ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๓ ซม. และมีพื้นแหลม ๓:๔ ฟัน


คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. 

(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒. 

(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓. 

(นางพริทพิ์ ลมสมบูรณ์)

**๔๑. ปากคีบจับสำลี ชนิดฟอร์สเตอร์สป้องกัน แบบปากไม่เรียบ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ปลายตรง
จำนวน ๑๕ อัน**

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ ซม. และมีปลายตรง

**๔๒. ปากคีบจับสำลี ชนิดฟอร์สเตอร์สป้องกัน แบบปากเรียบ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ปลายตรง
จำนวน ๕ อัน**

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ ซม. และมีปลายตรง

**๔๓. ปากคีบจับสำลี ชนิดฟอร์สเตอร์สป้องกัน แบบปากไม่เรียบ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ ซม. ปลายตรง
จำนวน ๘๐ อัน**

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๕ ซม. และมีปลายตรง

๔๔. ตัวหนีบจับเส้นด้าย ชนิดไร้ท่อนเกล็ด ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. ปลายปากหักงอ จำนวน ๔๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ ซม. และแบบปลายปากหักงอ


๔๕. ตัวหนีบจับเส้นด้าย ชนิดมิกเจอร์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. ปลายปากหักงอ จำนวน ๕ อัน

๑. เป็น อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕ ซม. และแบบปลายปากหักงอ

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. 
(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒. 
(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓. 
(นางพริษฐ์ ลมสมบูรณ์)

๔๖. ตัวหนีบจับเส้นด้าย ชนิดมิกเจอร์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. ปลายปากหักงอ จำนวน ๕ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ ซม. และแบบปลายปากหักงอ

๔๗. ตัวคลิบจับผ้าผ่าตัด ชนิดโทเวล ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑ ซม. จำนวน ๕๖ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๑ ซม.

๔๘. ตัวคลิบจับผ้าผ่าตัด ชนิดโทเวล ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. จำนวน ๓๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๓ ซม.

๔๙. ตัวคลิบจับผ้าผ่าตัด ชนิดโทเวล ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. จำนวน ๙๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕ ซม.


๕๐. หัวดูดขอเหลว ชนิดฟาร์เซีย ขนาดเบอร์ ๑๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ ซม. จำนวน ๒๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๙ ซม.


คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.....

(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒.....

(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓.....

(นางพริทีย์ ลมสมบุตร)

๕๑. หัวดูดของเหลว ชนิดพั้วร์แบบรูปท่อดูดภายในใหญ่พิเศษ ขนาด ๑๐ มม.

ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓.๕ ซม. จำนวน ๒๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๓.๕ ซม.

๕๒. หัวดูดของเหลว ชนิดแยงเกอร์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๙ ซม. จำนวน ๑๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๙ ซม.

๕๓. ขอเกี่ยวเนื้อเยื่อ ชนิดกลีตีสกิน แบบหนึ่งขอ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. จำนวน ๖ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ ซม.

**๕๔. ที่ถ่างเนื้อเยื่อ ชนิดเซนมิลเลอร์ แบบหัวถ่าง ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ ซม. ปลายแหลม
จำนวน ๓๖ อัน**

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ ซม. และมีปลายแหลม

๕๕. ที่ถ่างเปิด ชนิดยูเอสอาร์มี ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑ ซม. จำนวน ๓๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๑ ซม.

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.....
(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒.....
(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓.....
(นางพรทิพย์ ถมสมบัติ)

๕๖. ไม้พายสแตนเลสยกเปิด ชนิดฮาบีเรอ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ขนาด ๔๐/๕๐ มม.

จำนวน ๑๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๓๐ ซม. และขนาด ๔๐/๕๐ มม.

๕๗. ที่ถ่างเปิด ชนิดริชชาร์ดสัน แบบมีด้ามจับ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. ขนาดใบถ่าง ๒๐x๕๐ มม.

จำนวน ๒๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๔ ซม. และมีขนาดใบถ่าง ๒๐x๕๐ มม.

๕๘. ตัวหนีบจับเส้นเลือดดำ ชนิดครายเคลลี ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖.๕ ซม. ปลายโค้ง และไม่มีเขี้ยว

จำนวน ๔๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๖.๕ ซม. มีปลายโค้ง และไม่มีเขี้ยว

๕๙. ตัวหนีบจับเส้นเลือดดำ ชนิดค็อกเกอร์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. ปลายตรง และมีเขี้ยว

จำนวน ๒๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔ ซม. มีปลายตรง และมีเขี้ยว

๖๐. ตัวหนีบจับเส้นเลือดดำ ชนิดค็อกเกอร์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. ปลายตรง และมีเขี้ยว


จำนวน ๑๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ ซม. มีปลายตรง และมีเขี้ยว


คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. 

(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒. 

(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓. 

(นางพรทิพย์ ลมสมบุตร)

**๖๑. ตัวหนีบจับเส้นเลือดดำ ชนิดค็อกเกอร์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม. ปลายโค้ง และมีเขี้ยว
จำนวน ๑๐ อัน**

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๐ ซม. มีปลายโค้ง และมีเขี้ยว

๖๒. ปากคีบจับชิ้นเนื้อ ชนิดแบ็บค็อก ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ ซม. ปลายตรง จำนวน ๔๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ ซม. และมีปลายตรง

**๖๓. ปากคีบจับชิ้นเนื้อ ชนิดดอลิส ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ ซม. ปลายตรง และมีฟัน ๔:๕ ฟัน
จำนวน ๕๖ อัน**

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕ ซม. มีปลายตรง และมีฟัน ๔:๕ ฟัน


๖๔. ตัวหนีบจับเส้นเลือดดำ ชนิดคราย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. ปลายตรง จำนวน ๗๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔ ซม. และมีปลายตรง

๖๕. ตัวหนีบจับเส้นเลือดดำ ชนิดคราย ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. ปลายโค้ง จำนวน ๑๔๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔ ซม. และมีปลายโค้ง

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. 
(นางสาวภัทราพร วิชาวานิช)

๒. 
(นางนวลบงกช ลิ้มพิมพ์รัตน์)

๓. 
(นางพรทิพย์ ลมสมบุตร)

๖๖. ตัวหนีบจับเส้นเลือดดำ ชนิดมอสคิวโต้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ ซม. ปลายตรง จำนวน ๒๖ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๒.๕ ซม. และมีปลายตรง

๖๗. ตัวหนีบจับเส้นเลือดดำ ชนิดมอสคิวโต้ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ ซม. ปลายโค้ง จำนวน ๓๖ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๒.๕ ซม. และมีปลายโค้ง

๖๘. เข็มแทงเจาะเอาของเหลวออกชนิดเรติเวก ขนาดเบอร์๑๐ จำนวน ๕๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ


๖๙. ที่ขูดเนื้อเยื่อ ชนิดไวคแมน ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ ซม. หัวขูดสองฝั่ง จำนวน ๑๕ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๓ ซม. และมีหัวขูดสองฝั่ง


๗๐. กรรไกรตัดไหมเล็ก ชนิดไอริช ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑.๕ ซม. มีปลายตรงแหลม/แหลม จำนวน ๕ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายน์ซาติน
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๑.๕ ซม. และมีปลายตรงแหลม / แหลม

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. 
(นางสาวภัทราพร วิชาวานิช)

๒. 
(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓. 
(นางพรทิพย์ ลมสมบูรณ์)

**๗๑. กรรไกรตัดไหมเล็ก ชนิดไอริช ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑.๕ ซม. ปลายโค้งแหลม / แหลม
จำนวน ๕ อัน**

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel) ชนิดเนื้อ ชายนี่ชาติ
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีความยาวมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๑.๕ ซม. และมีปลายโค้งแหลม / แหลม

๗๒. อ่างใหญ่เบสिनสแตนเลส ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. จำนวน ๒๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel)
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีขนาดความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ ๓๕ ซม.

๗๓. ถาดทำแผลสแตนเลสสี่เหลี่ยมคี่ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๒.๕ ซม. จำนวน ๔๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel)
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีขนาดความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๒.๕ ซม.

๗๔. ชั้นน้ำสแตนเลส ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖ ซม. จำนวน ๔๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel)
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีขนาดความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๖ ซม.

๗๕. ชั้นน้ำสแตนเลส ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. จำนวน ๖๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel)
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีขนาดความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔ ซม.

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.....
(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒.....
(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓.....
(นางพรทิพย์ ลมสมบูรณ์)

๗๖. ถ้วยน้ำยาไอโอดีนสแตนเลส มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ml. จำนวน ๘๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel)
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีขนาดบรรจุมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘๐ ml.

๗๗. ถาดใส่ Prep สแตนเลสสี่เหลี่ยมลึก ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๘.๕ ซม. จำนวน ๔๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel)
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีขนาดความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ ๒๘.๕ ซม.

๗๘. ถาดเมโยสแตนเลส ความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๘.๕ ซม. จำนวน ๕๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel)
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ
๓. มีขนาดความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ ๔๘.๕ ซม.

๗๙. ลวดสแตนเลสใช้ร้อยเก็บเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑๐ อัน

๑. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผลิตจากเหล็กกล้าปลอดสนิม (Stainless Steel)
๒. ทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า ๑๓๔ องศาเซลเซียส สามารถนำมาทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ และสามารถแช่น้ำยาล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ได้ โดยไม่เกิดคราบ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๕.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ และผลิตจากประเทศแถบยุโรปหรืออเมริกา
- ๕.๓ รับประกันคุณภาพสินค้า ภายใน ๒ ปี ถ้าสินค้าเกิดสนิมหลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างที่มีความเป็นกรด-ด่าง หรือทำให้ปราศจากเชื้อ บริษัทผู้ขายยินดีให้เปลี่ยนสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.....
(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒.....
(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓.....
(นางพรทิพย์ ลมสมบุตร)

๖. ระยะเวลาส่งมอบของ

กำหนดส่งมอบของภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

๘. วงเงินในการจัดหา

๒,๘๘๙,๑๓๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาโดยเฉลี่ย


๙. งานดูงานและการจ่ายเงิน

เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบของแล้วเสร็จตามสัญญา และผู้ซื้อได้ตรวจรับพัสดุดังกล่าวไว้โดยครบถ้วนแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

คิดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. 
.....
(นางสาวภัทราพร วิชาพานิช)

๒. 
.....
(นางนวลบงกช ลิ้มพิมลรัตน์)

๓. 
.....
(นางพรทิพย์ ลมสมบุตร)