

สายจี้ทำลายเนื้ออกหรือเซลล์มะเร็งในท่อน้ำเต้าน้ำดีและตับอ่อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
 วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์สำหรับตรวจรักษาโรคเนื้ออกหรือเซลล์มะเร็งในท่อน้ำเต้าน้ำดีและตับอ่อนด้วย
 คลื่นความถี่วิทยุ

คุณลักษณะทั่วไป เป็นสายแคโทดส่งผ่านพลังงานความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ ผ่านอิเล็กโทรดแบบสอง
 ขั้ว (Bipolar electrode) ที่อยู่บริเวณปลายสาย เพื่อกำจัดหรือทำลายเนื้อเยื่อเป้าหมาย เช่น เนื้ออกหรือ
 เซลล์มะเร็งในท่อน้ำเต้าน้ำดีและตับอ่อน ก่อนหรือหลังการใส่ท่อระบายน้ำดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
 ไหลระบายน้ำดีผ่านบริเวณที่ตีบแคบหรืออุดตัน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดสาย ๘ Fr. ความยาวส่วนใช้งาน ๑๘๐ ซม.
๒. มีวงแหวนอิเล็กโทรด ขนาด ๘ มม. จำนวน ๒ วง เป็นตัวส่งผ่านคลื่นความร้อน
๓. ใช้ร่วมกับลวดนำทางขนาด ๐.๐๓๕" ได้
๔. สามารถใช้ร่วมกับกล้อง Endoscope ขนาด working channel ๓.๒ มม. ได้
๕. สามารถใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ (FR Generator) มาตรฐานที่ใช้ทั่วไปได้
๖. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๗. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๘. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็น
 ของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขาย
 ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิด
 ค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
 ดำเนินการแก้ไขปัญหากับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิก
 สัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่
 อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคา
 พัสตุวงวนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หาก
 ผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ
 มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่
 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุ
 ภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
 (นางสาวศิริรักษ์ วโรตมรังสินันต์)

๒.....
 (นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
 (นางสาวไบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อสายจีทำลายเนื้องอก

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับต่อสายจีทำลายเนื้องอก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ใช้ร่วมกับเครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ (FR Generator) มาตรฐานที่ใช้อยู่ทั่วไปได้ ในโหมด Bipolar ได้
๒. บรรจุห่อละ ๑ เส้น
๓. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๔. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุชุดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสินันต์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวโบณพิน พันอัน)

สายปากคีบอุปกรณ์ท่อระบายน้ำที่ออกจากท่อทางเดินน้ำดี

วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์สำหรับตรวจรักษาโรกระบบทางเดินน้ำดี

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับคีบอุปกรณ์ท่อระบายน้ำที่ออกจากท่อทางเดินน้ำดี

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สายปากคีบอุปกรณ์มีลักษณะเป็นฟันหนูตรงส่วนปลาย และส่วนตรงกลางมีลักษณะเป็นฟันจระเข้ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดจับ ซึ่งออกแบบมาสำหรับเคลื่อนย้าย stent หรืออุปกรณ์อื่นๆ ในหัตถการ ERCP
๒. ปลายปากคีบมีความกว้าง ๘.๐ มม.
๓. สายมีความยาว ๒๓๐ ซม.
๔. สายมี Insulated sheath เพื่อเพิ่มความลื่น (passibility) และความยืดหยุ่น (flexibility) ระหว่างการทำหัตถการ
๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่แท้จริงของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุขบวนนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.
(นางสาวศิริรักษ์ วโรตมรังสิมันต์)

๒.
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

คลิปหนีบห้ามเลือดในกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่

วัตถุประสงค์ เป็นคลิปหนีบห้ามเลือดในกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการห้ามเลือดในการห้ามเลือดในกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นชนิดที่ออกแบบให้พร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องประกอบด้ามคลิปกับลูกคลิป ทำให้สะดวกและรวดเร็วในการทำงาน
๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสาย (Sheath) มีขนาดไม่เกิน ๒.๓ มิลลิเมตร
๓. ปลอกั้มเป็นแบบสายเคลือบ ป้องกันช่องใส่อุปกรณ์ของกล้องขำรด
๔. ปากคลิปสามารถ้าได้กว้างสุดไม่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร
๕. ใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร หรือกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ที่มีช่องใส่อุปกรณ์ตั้งแต่ ๒.๘ มิลลิเมตรได้
๖. ขนาดของสายมีความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๐ มิลลิเมตร
๗. ในขณะที่ทำการหนีบคลิป หากยังไม่ได้ยึกลูกคลิปออกไป สามารถเปิดและกางออกใหม่ได้ (Re-open and close)
๘. สามารถควบคุมให้ปลายคลิป หมุนได้รอบ ๓๖๐ องศา (Rotatable)
๙. มุมงาคลิกขนาด ๑๓๕ องศา
๑๐. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๑๑. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๒. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิริรักษ์ วโรตมรังสินันต์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

คลิปหนีบห้ามเลือดในกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (ต่อ)

เงื่อนไขเฉพาะ

๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ตัวหนีบเพื่อหยุดเลือด

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับหยุดเลือดในระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของที่หนีบ เพื่อให้เกิดความแม่นยำของตำแหน่งที่ทำหัตถการ
๒. สามารถหมุนปลายที่หนีบได้ ๓๖๐ องศา เพื่อให้หนีบเนื้อเยื่อได้ถูกตำแหน่ง
๓. ส่วนของปลายที่หนีบสั้น เพื่อเพิ่มพื้นที่การมองเห็นในขณะทำหัตถการ รวมถึงเมื่อเรามีการใช้ที่หนีบหลายๆ ตัวในบริเวณใกล้เคียงกัน
๔. ที่หนีบเปิดปากได้ ขนาดกว้าง ๑๖ มม.
๕. ลักษณะของสาย มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ซม.
๖. สามารถใช้งานร่วมกับกล้องที่มีขนาด Working channel ขนาดอย่างน้อย ๒.๘ มม.
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)


ตัวหนีบเพื่อหยุดเลือด (ต่อ)

เงื่อนไขเฉพาะ

๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคา พัสดุงวดนั้นๆ
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิริรักษ์ วโรดมรังสีมันต์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวโบเพิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ เป็นลูกคลิป สำหรับปิดปากแผลและห้ามเลือดในหัตถการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร
คุณลักษณะทั่วไป เครื่องมือที่ใช้สำหรับปิดปากแผลและห้ามเลือดในหัตถการส่องกล้องตรวจระบบทางเดิน
อาหาร

คุณลักษณะเฉพาะ


๑. ตัวลูกคลิปทำจาก Super elastic Nitinol มีลักษณะรูปร่างส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม
๒. ใช้กับการห้ามเลือดหยุดเลือดจากแผล / ตัดติ่งเนื้องอก Polyp / ปิดรอยรั่วปากแผล / ใช้กับเส้นเลือด
Arteries ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่มากกว่า ๑.๕ ซม.
๓. ส่วนของลูกคลิปบรรจุอยู่ในปลอกทำจากพลาสติกพร้อมระบบกลไกควบคุมการยิงลูกคลิป ด้วยการกด
ปุ่ม
๔. สายควบคุมการยิง หรือ ปลอยลูกคลิป ตัวสายมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๒๐ มิลลิเมตร สามารถใช้ได้
กับกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ได้
๕. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๖. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๗. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็น
ของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลผลิตต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขาย
ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลผลิตที่ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลผลิตก็ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิก
สัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลผลิตที่
อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคา
พัสดุชุดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้
จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิริรักษ์ วิโรตมรังสินันต์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวโบณพิน พันอัน)

ตะกร้าหกลาย แบบหมุนได้

วัตถุประสงค์ ตะกร้าหกลาย แบบหมุนปลายได้ ดึงสิ่งแปลกปลอมและเนื้อเยื่อที่ติดออก ซึ่งใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเวชภัณฑ์ใช้เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาวใช้งานผ่านกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ไม่น้อยกว่า ๒๗๐๐ มม.
๒. สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจภายใน ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๘ มม.
๓. เพื่อดึงสิ่งแปลกปลอมและเนื้อเยื่อที่ติดออก
๔. การออกแบบหกลายเพื่อการยึดเกาะที่มั่นคง
๕. ฟังก์ชันการหมุนช่วยให้สามารถจับวัตถุได้ง่ายขึ้น
๖. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Single Use)
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่แท้ของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิริรักษ์ วโรตมรังสินันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

อุปกรณ์สายปากคีบตัดชิ้นเนื้อ สำหรับกล้องส่องตรวจหลอดลม

วัตถุประสงค์ เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ตัดเก็บชิ้นเนื้อ ในระบบทางเดินหายใจ เช่น หลอดลม หรือปอด

คุณลักษณะเฉพาะ


๑. ส่วนของสายทำจากวัสดุปลอดสนิม มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑.๘ มิลลิเมตร
๒. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐ มิลลิเมตร
๓. ปลายปากเป็นชนิดมีเข็มหรือไม่มีเข็ม
๔. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๕. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๖. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ


เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิริรักษ์ วิโรตมรังสินธุ์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวโบเพิน พันอัน)

ลวดคล้องตัดชิ้นเนื้อ ๑๐ มิลลิเมตร และ ๑๕ มิลลิเมตร

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับคล้องตัดชิ้นเนื้อโดยมาสารเลือกใช้งานได้ทั้งการตัดแบบไม่ใช้กระแสไฟฟ้า (Cold polypectomy) และการตัดแบบใช้กระแสไฟฟ้า (Hot polypectomy) โดยใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเวชภัณฑ์คล้องตัดชิ้นเนื้อ ใช้กระแสไฟฟ้า หรือไม่ใช้กระแสไฟฟ้าก็ได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจภายใน ที่มีช่องใส่อุปกรณ์ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๘ มม.
๒. ความยาวส่วนใช้งานไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ มม.
๓. ความกว้างเมื่อเปิดออก ๑๐ มิลลิเมตร หรือ ๑๕ มิลลิเมตร
๔. ขนาดเส้นลวดไม่น้อยกว่า ๐.๓ มิลลิเมตร
๕. ตัวลวดเมื่อกางออก มีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม Hexagon
๖. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Single Use)
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสีมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวไบเฟน พันอัน)

เข็มเก็บชิ้นเนื้อในการส่องกล้องปอดและหลอดลม ขนาด ๒๑ G.

วัตถุประสงค์ เก็บชิ้นเนื้อในปอดและหลอดลมเพื่อนำไปวินิจฉัยโรค

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเข็มสำหรับเก็บชิ้นเนื้อในการส่องกล้องปอดและหลอดลมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค เข็มขนาด ๒๑ G.

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เข็มมีขนาด ๒๑ G.
๒. สามารถปรับความยาวปลายเข็มได้ตั้งแต่ ขนาด ๒๐-๔๐ มม.
๓. มีระบบ Safety เข็มเมื่อไม่ใช้งาน
๔. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๐ มม.
๕. ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๗๐๐ มม.
๖. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Single Use)
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังษิณันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

เข็มเก็บชิ้นเนื้อในการส่องกล้องปอดและหลอดลม ขนาด ๒๒ G.

วัตถุประสงค์ เก็บชิ้นเนื้อในปอดและหลอดลมเพื่อนำไปวินิจฉัยโรค

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเข็มสำหรับเก็บชิ้นเนื้อในการส่องกล้องปอดและหลอดลม เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค
เข็มมีขนาด ๒๒ G.

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เข็มมีขนาด ๒๒ G.
๒. สามารถปรับความยาวปลายเข็มได้ ตั้งแต่ขนาด ๒๐ - ๔๐ มม.
๓. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๐ มม.
๔. ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๗๐๐ มม.
๕. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Single Use)
๖. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๗. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๘. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสีมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

เข็มเก็บชิ้นเนื้อขนาด ๒๑G. ยาว ๑๓ mm. และ ๑๕ mm.

วัตถุประสงค์ เข็มเก็บชิ้นเนื้อขนาด ๒๑G. ยาว ๑๓ mm. และ ๑๕ mm. เพื่อการวินิจฉัยโรค

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเข็มสำหรับเจาะดูดของเหลวและเนื้อเยื่อในการส่องกล้องปอดและหลอดลม

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เข็มมีขนาด ๒๑ G.
๒. ความยาวปลายเข็ม มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ มม.
๓. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจ ที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๐ มม.
๔. ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ มม.
๕. ท่อสายสวนแบบใส สามารถมองเห็นชิ้นเนื้อในขณะที่เก็บตัวอย่างได้ชัดเจน (Clear Catheter)
๖. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Single Use)
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....

(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสินันต์)

๒.....

(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....

(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

อุปกรณ์เก็บชิ้นเนื้อที่ใช้ร่วมกับอัลตราซาวด์ทางหลอดลม ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร และ ขนาด ๒.๖ มิลลิเมตร
วัตถุประสงค์ เก็บชิ้นเนื้อแขนงหลอดลมเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค

คุณลักษณะทั่วไป เครื่องมือตรวจวิเคราะห์แขนงหลอดลมด้วยคลื่นความถี่สูง สามารถใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจ
หลอดลมและปอดที่มีขนาดช่องใส่อุปกรณ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๐ มม. เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ชุดอุปกรณ์ประกอบไปด้วย ปลอกนำเครื่องมือ (Guide Sheath), ปากคีบตัวชิ้นเนื้อ (Biopsy Forceps) และแปรงเก็บสิ่งส่งตรวจ (Cytology Brush)
๒. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์มากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๐ มม.
๓. ปลอกนำเครื่องมือมีความยาวส่วนใช้งานไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ มม.
๔. ปากคีบตัวชิ้นเนื้อ (Biopsy Forceps) เป็นแบบวงรี (Oval)
๕. แปรงเก็บสิ่งส่งตรวจ (Cytology Brush) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
๖. แปรงเก็บสิ่งส่งตรวจ (Cytology Brush) ความยาวของขนแปรงไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.
๗. สามารถมองเห็นภายใต้การถ่ายภาพรังสี (X-ray) ได้ชัดเจน
๘. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use)
๙. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๑๐. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๑. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

อุปกรณ์เก็บชิ้นเนื้อที่ใช้ร่วมกับอัลตราซาวด์ทางหลอดเลือด ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร และ ขนาด ๒.๖ มิลลิเมตร (ต่อ)

๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรตมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

สายเก็บตัวอย่างขึ้นเนื้อความยาวอุปกรณ์ ๑๑๕๐ และ ๑๕๕๐ และ ๒๓๐๐ มิลลิเมตร

ลำดับ 17 ปอด

ลำดับ 18 ทางเดินอาหารส่วนบน ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร

ลำดับ 19 ทางเดินอาหารส่วนบน ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

ลำดับ 20 ทางเดินอาหารส่วนล่าง ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

ลำดับ 21 ทางเดินอาหารส่วนบน ปากหยัก ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร

ลำดับ 22 ทางเดินอาหารส่วนบน ปากหยัก ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

ลำดับ 23 ทางเดินอาหารส่วนล่าง ปากหยัก ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างขึ้นเนื้อผ่านกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาวใช้งานผ่านกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ ๑๑๕๐ ถึง ๒๓๐๐ มม.
๒. สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจภายใน ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๐ ถึง ๒.๘ มม.
๓. ปลายอุปกรณ์แบบ SwingJaw สามารถขยับขึ้นลงได้ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงขึ้นเนื้อในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก
๔. ปากอุปกรณ์เป็นแบบ Fenestrated ได้ขึ้นเนื้อขนาดใหญ่
๕. ปากอุปกรณ์ มีทั้ง วงรี (Oval) หรือ ปากอุปกรณ์เป็นแบบฟันจระเข้ (Alligator)
๖. อุปกรณ์ชนิดนี้เป็นแบบใช้ครั้งเดียว ไม่สามารถนำมาใช้งานใหม่ได้อีก (Non Re-Sterile)
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....

(นางสาวศิวรักษ์ วรรณรังษิณต์)

๒.....

(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....

(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

สายเก็บตัวอย่างขึ้นเนื้อความยาวอุปกรณ์ ๑๑๕๐ และ ๑๕๕๐ และ ๒๓๐๐ มิลลิเมตร (ต่อ)

ลำดับ 17 ปอด

ลำดับ 18 ทางเดินอาหารส่วนบน ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร

ลำดับ 19 ทางเดินอาหารส่วนบน ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

ลำดับ 20 ทางเดินอาหารส่วนล่าง ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

ลำดับ 21 ทางเดินอาหารส่วนบน ปากหยัก ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร

ลำดับ 22 ทางเดินอาหารส่วนบน ปากหยัก ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

ลำดับ 23 ทางเดินอาหารส่วนล่าง ปากหยัก ขนาด ๒.๘ มิลลิเมตร

เงื่อนไขเฉพาะ

๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรตมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

สายบอลลูนสำหรับลากสิ่งแปลกปลอมและห้ามเลือดในแขนงปอด

ความต้องการ สายบอลลูนสำหรับลากสิ่งแปลกปลอมและห้ามเลือดในแขนงปอด

วัตถุประสงค์ ลากสิ่งแปลกปลอมและห้ามเลือดในแขนงปอด

คุณสมบัติทั่วไป สายบอลลูนสำหรับลากสิ่งแปลกปลอมและห้ามเลือดในแขนงปอด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
๒. สายบอลลูนมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ มม.
๓. สามารถเป่าบอลลูนให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ไม่น้อยกว่า ๑๑ มม.
๔. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปลายสายบอลลูนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ Fr.
๕. สายบอลลูนสำหรับลากสิ่งแปลกปลอมและห้ามเลือดในแขนงปอด
๖. สายบอลลูนทนต่อการหักงอ (Kink-resistant)
๗. สามารถมองเห็นบอลลูนผ่านภาพเอ็กซเรย์ได้ชัดเจน
๘. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use)
๙. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๑๐. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๑. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๑๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๑๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๑๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา //คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑..... 

(นางสาวศิริรักษ์ วโรดมรังสินันต์)

๒..... 

(นางนิภาพรประจันบาล)

๓..... 

(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

ตระกร้าสำหรับคล้องสิ่งแปลกปลอมผ่านกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม

วัตถุประสงค์ เพื่อลากสิ่งแปลกปลอมออกจากปอดและหลอดลม

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับคล้องจับสิ่งแปลกปลอม โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจที่มีช่องใส่อุปกรณ์ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ ๑.๒ มิลลิเมตร
๒. สายมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ มิลลิเมตร
๓. ตะกร้ามีจำนวนลวด ๔ เส้น และมีความกว้างเมื่อกางออกสุดไม่น้อยกว่า ๑๑ มิลลิเมตร
๔. รูปทรงตะกร้าเมื่อเปิดออกมีลักษณะ helical
๕. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use)
๖. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๗. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๘. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

สายเก็บสิ่งแปลกปลอมเก็บในปอดชนิด ๓ ขา

วัตถุประสงค์ อุปกรณ์สามขา สำหรับคล้องจับสิ่งแปลกปลอม

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับคล้องจับสิ่งแปลกปลอม โดยใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจที่มีช่องใส่อุปกรณ์ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ ๑.๒ มิลลิเมตร
๒. สายมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ มิลลิเมตร
๓. ความกว้างเมื่อกางเปิดออกไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร
๔. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use)
๕. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๖. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๗. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิริรักษ์ วิโรตมรังสินันต์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

สายจี้ไฟฟ้าห้ามเลือด

วัตถุประสงค์ สายจี้สำหรับจี้ห้ามเลือด ลักษณะปลายหัวแบบกลม

คุณลักษณะทั่วไป สายจี้สำหรับจี้ห้ามเลือด ลักษณะปลายหัวแบบกลม ใช้รวมกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจ ที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
๒. สายมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ มม.
๓. ใช้สำหรับจี้ห้ามเลือด
๔. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use)
๕. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๖. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๗. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสินันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

เข็มเก็บเซลล์ชนิดใช้ครั้งเดียวขนาด ๒๑G. ชนิดมีรูด้านข้าง

วัตถุประสงค์ เวชภัณฑ์ใช้สำหรับเก็บชิ้นเนื้อผ่านกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ

คุณลักษณะทั่วไป เวชภัณฑ์เป็นเข็มสำหรับเก็บชิ้นเนื้อบริเวณหลอดลม

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เข็มมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓ มม.
๒. เข็มมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ G.
๓. ความยาวใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๑๕๐ มม.
๔. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.
๕. สายอุปกรณ์เป็นแบบใส
๖. ปลายเข็มมีรูด้านข้างสามารถเก็บชิ้นเนื้อจากด้านข้าง
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสีมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ สำหรับช่วยใส่ท่อระบายน้ำดี ในหัตถการ ERCP

คุณลักษณะทั่วไป เป็นสายสำหรับช่วยใส่ท่อระบายน้ำดีชนิดพลาสติก ในหัตถการ ERCP

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สายสวนปลายตัด ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เซนติเมตร ใส่ผ่านลวดนำขนาดไม่เกิน ๐.๐๓๕ นิ้ว
๒. สายมีขนาด ให้เลือก ดังนี้
 - ขนาด ๕ FR. สำหรับท่อระบายน้ำดีชนิดพลาสติก ขนาด ๕ FR.
 - ขนาด ๗ FR. สำหรับท่อระบายน้ำดีชนิดพลาสติก ขนาด ๗ FR.
 - ขนาด ๑๐ FR. สำหรับท่อระบายน้ำดีชนิดพลาสติก ขนาด ๑๐ FR.
๓. ใช้ใส่ผ่านช่องใส่เครื่องมือของกล้องส่องตรวจ ขนาด ๒.๘ – ๔.๒ mm.
๔. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๕. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๖. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสีมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับระบายน้ำจากตับอ่อนชนิดพลาสติก ในหัตถการ ERCP

คุณลักษณะทั่วไป เป็นท่อระบายตับอ่อนที่ตีบตัน และสามารถอยู่ในร่างกายผู้ป่วยได้ไม่เกิน ๓ เดือน
ใช้ในหัตถการ ERCP

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ท่อระบาย ทำจากวัสดุ Polyethylene ผิวเรียบลื่น มองเห็นได้ในภาพถ่าย X-Ray
๒. ปลายของท่อระบายเรียวเล็กและมี Flap ที่ปลายด้านหนึ่ง และปลายอีกด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นหางหมู (Pigtail) ช่วยลดการเลื่อนของท่อระบาย
๓. มี Side holes ตลอดความยาวของท่อระบาย เพื่อช่วยให้ระบายได้ดี
๔. มี Radiopaque Marker เพื่อให้มองเห็นตำแหน่งของท่อระบายได้ชัดเจนจาก X-Ray
๕. ท่อระบาย มีขนาดให้เลือก คือ ๕ Fr. หรือ ๗ Fr. และความยาว ๓, ๕ และ ๗ เซนติเมตร
๖. ใช้ร่วมกับสายช่วยใส่ระบาย (Pushing Catheter) ขนาดเดียวกัน
๗. ใช้ร่วมกับลวดนำขนาดไม่เกิน ๐.๐๓๕ นิ้ว ใส่ผ่านช่องใส่เครื่องมือของกล้องส่องตรวจ ERCP ขนาด ๒.๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับขนาดของท่อระบาย)
๘. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๙. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๐. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุชุดนั้นๆ
๕. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วัชรินทร์สินธุ์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ อุปกรณ์ครอบปลายกล่องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ใช้งานกับกล่องส่องตรวจภายในระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ร่วมกับกล่องส่องตรวจภายในระบบทางเดินอาหารเพื่อประโยชน์ในการทำหัตถการต่างๆ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เส้นผ่านศูนย์กลางอุปกรณ์ครอบปลายกล่อง มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑.๔ มิลลิเมตร
๒. ความยาวจากปลายกล่องไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร
๓. รูด้านข้างสำหรับการระบายของเหลว
๔. เป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use)
๕. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๖. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๗. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุขบวนนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิริรักษ์ วัชรอมรังสีมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นำนํ้าคลื่นเสี่ยงในการตรวจก้อนเนื้องอกในระบบทางเดินหายใจ

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเวชภัณฑ์บอลลูนสวมปลายกลิ้งส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถครอบสวมปลายกลิ้งส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงที่หน่วยงานมีอยู่ได้
๒. ผลิตจากยางธรรมชาติ
๓. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
๔. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๕. แต่ละชิ้นบรรจุในซอง
๖. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๗. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๘. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้สวมปลายกล้องส่องตรวจทอทางเดินน้ำดี

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเวชภัณฑ์บล็อกสวมปลายกล้องส่องตรวจทอทางเดินน้ำดี

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถครอบสวมปลายกล้องส่องตรวจทอทางเดินน้ำดีที่หน่วยงานมีอยู่ได้
๒. ผลิตจากพลาสติก
๓. ผลิตกันชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
๔. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๕. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๖. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตกันชนิดต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตกันชนิดไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตกันชนิดได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตกันชนิดที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตกันชนิด และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรตมรังสินันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ อุปกรณ์จี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป ๑. ใช้งานร่วมกับเครื่องจี้อาร์กอนระบบ VIO System เดิมที่โรงพยาบาลใช้อยู่

๒. สามารถใช้ร่วมงานกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลมีอยู่เดิมได้

๓. สามารถโค้งงอไปตามลักษณะของกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาวตลอดเส้นของสายจี้ห้ามเลือด ๔๗๐ ซม.
๒. มีความยาวช่วงการใช้งาน ๒.๒ เมตร
๓. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๓ มิลลิเมตร
๔. ลำแสงอาร์กอน บีม (Argon beam) แบบออก ตรง (Atraight fire)
๕. มี filter สำหรับกรองก๊าซอาร์กอนในส่วนของหัวต่อสายจี้
๖. มีระบบจดจำการใช้งานเมื่อต่อกับเครื่องจี้อาร์กอนระบบ VIO System
๗. สามารถทนแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าสูงสุด ๕ Kvp
๘. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๙. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๐. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุชุดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....

(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสินธุ์)

๒.....

(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....

(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ อุปกรณ์จีห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร

- คุณลักษณะทั่วไป
๑. ใช้งานร่วมกับเครื่องจีอาร์กอนระบบ VIO System เดิมที่โรงพยาบาลใช้อยู่
 ๒. สามารถใช้ร่วมงานกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลมีอยู่เดิมได้
 ๓. สามารถโค้งงอไปตามลักษณะของกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาวตลอดเส้นของสายจีห้ามเลือด ๔๗๐ ซม.
๒. มีความยาวช่วงการใช้งาน ๒.๒ เมตร
๓. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๓ มิลลิเมตร
๔. ลำแสงอาร์กอน บีม (Argon beam) แบบออกรอบข้าง (Circumferential fire)
๕. มี filter สำหรับกรองก๊าซอาร์กอนในส่วนของหัวต่อสายจี
๖. มีระบบจดจำการใช้งานเมื่อต่อกับเครื่องจีอาร์กอนระบบ VIO System
๗. สามารถทนแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องจีและตัดด้วยไฟฟ้าสูงสุด ๕ Kvp
๘. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๙. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๐. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุขบวนนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิริรักษ์ วโรดมรังสินธุ์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

สายสเปรย์ฉีดพ่น

วัตถุประสงค์ เวชภัณฑ์ใช้สำหรับฉีดพ่นยาหรือย้อมสีบริเวณปอดและหลอดลม ผ่านกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ

คุณลักษณะทั่วไป เวชภัณฑ์ใช้สำหรับฉีดพ่นยาหรือย้อมสีบริเวณปอดและหลอดลม ผ่านกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ใช้สำหรับพ่นละอองยา หรือย้อมเนื้อเยื่อ
๒. สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจภายในที่มีช่องใส่อุปกรณ์ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๐ มม.
๓. ความยาวส่วนการใช้งาน ๑,๐๕๐ มม.
๔. อุปกรณ์ชนิดนี้เป็นแบบใช้สามารถนำมาใช้งานใหม่ได้ (Reusable)
๕. สามารถมองเห็นภายใต้การถ่ายภาพรังสี (X-ray) ได้ชัดเจน
๖. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๗. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๘. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่แท้ของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหากับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิริรักษ์ วโรตมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ กรรไกรสำหรับตัดบ่วงรัดห้ามเลือด ใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจภายในระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับตัดบ่วงรัดห้ามเลือด โดยใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สามารถใช้กับกล้องส่องตรวจภายใน ที่มีช่องใส่อุปกรณ์ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ ๒.๘ มิลลิเมตร
๒. สายมีความยาว ๒,๓๐๐ มิลลิเมตร
๓. ปากอุปกรณ์มีลักษณะเป็นกรรไกร เพื่อใช้ในการตัดส่วนที่เหลือหลังจากทำการรัดบ่วงรัดห้ามเลือด
๔. อุปกรณ์ชนิดนี้สามารถนำมาใช้งานได้ (Reusable)
๕. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๖. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๗. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ลวดนำทางขนาด ๐.๐๒๕ นิ้ว ชนิดปลายโค้ง

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นลวดนำทางสายอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สายฉีดสี สายตัดรูเปิดท่อน้ำดี บอลูนลากนิ้ว โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจลำไส้เล็ก (Duodenoscope)

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลวดนำทางชนิดลื่น (Endoscopic Guide wire)
๒. ลวดนำทางทำจากวัสดุ Nitinol ส่วนปลายสายเคลือบด้วย Hydrophilic coating เพื่อเพิ่มการลื่น เมื่อโดนน้ำ
๓. สามารถมองเห็นได้ง่าย เมื่อผ่านการ X-ray
๔. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสาย มีขนาด ๐.๐๒๕ นิ้ว
๕. ความยาวส่วนใช้งานไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ซม.
๖. ส่วนปลายเป็นแบบ Atraumatic coreless Tip หัวมนเพื่อลดอันตรายต่อเนื้อเยื่อจากการใช้งาน
๗. เป็นแบบปลายโค้งงอ
๘. แกนของลวด ออกแบบให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ (Super Stiff)
๙. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๑๐. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๑. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เพิ่งของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหากับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ลดน้ำหนักขนาด ๐.๐๒๕ นิ้ว ชนิดปลายโค้ง (ต่อ)

เงื่อนไขเฉพาะ

๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้

๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๘. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิริรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวไพบิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์สำหรับตรวจรักษาโรกระบบทางเดินท่อน้ำดีและตับอ่อนซึ่งใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินท่อน้ำดีและตับอ่อนได้

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับตัดรูเปิดท่อน้ำดี

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ตัวสายแบ่งออกเป็น ๓ ช่องแยกจากกัน สำหรับใส่ลวดนำทาง, ฉีดสารทึบรังสีและช่องของลวดตัดแยกจากกันโดยสายตัดรูเปิดท่อน้ำดีจะมีเส้นลวดสำหรับตัด (Cutting Wire) ความยาว ๒๐ มม. ขึ้นไป
๒. ส่วนปลายสายเรียวเล็กลงเหลือ ๕.๕ เฟรนช์ ความยาวสายไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ซม.
๓. สามารถใช้กับลวดนำทางขนาด ๐.๐๓๕" ได้

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ/หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิริรักษ์ วโรตมรังสินันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ท่อขยายทางเดินน้ำดีชนิดโลหะ

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเป็นท่อเพื่อถ่ายขยายทางเดินน้ำดี

คุณลักษณะทั่วไป เป็นท่อถ่ายขยายทางเดินน้ำดีสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการตีบตันของทางเดินท่อน้ำดี

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. Stent

๑.๑ ทำจากวัสดุ nitinol สานกันเป็นตาข่ายช่องเล็กๆ ด้วยเส้นลวดเพียงเส้นเดียวยาวติดกันตลอด ความยาวของตัว stent แกนกลางของเส้นลวดมี radiopaque core มีความทึบรังสีสูง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดความยาวของ Stent

๑.๒ มีอัตราของการเกิดการย่อส่วนของตำแหน่งขดลวดต่ำมาก หลังการปล่อยขดลวดแล้ว

๑.๓ มีความยืดหยุ่นและทนต่อการกดของก้อนเนื้อ มีขีดทึบแสง marker อย่างน้อย ๘ จุด (ส่วนปลายทั้งสองข้าง ข้างละ ๒ จุด รวม ๔ จุด และตรงกลางของ stent ๓ จุด

๑.๔ ส่วนปลายของ stent มีลักษณะโค้งมน ไม่แหลมคม จึงไม่ทำให้เกิดการทิ่มแทง หรือ การทะลุเข้าไปในเนื้อในบริเวณที่ใส่ stent

๑.๕ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ – ๑๐ มิลลิเมตร และมีความยาวตั้งแต่ ๔๐ , ๘๐ , ๑๐๐ , ๑๒๐ มิลลิเมตร

๑.๖ มีซิลิโคนครอบคลุมตลอดตัว stent เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเจริญเติบโตของเนื้องอก

๑.๗ มีเชือกไว้สำหรับ remove ในกรณีที่แพทย์ต้องการดึง stent ออก

๒. Delivery System

๒.๑ มีขนาดไม่มากกว่า ๘.๕ เฟรนช์ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร สามารถใช้ร่วมกับลวดนำทาง ขนาด ๐.๐๓๕ นิ้ว ได้

๒.๒ มีขีดทึบรังสีที่ Delivery Catheter โดยบ่งบอกตำแหน่งของ Stent (ขณะที่ยังไม่ได้ถูกกาง)

๒.๓ มี marker ๓ ตำแหน่ง (ส่วนปลายทั้งสองข้างและตรงกลางของ stent)

๒.๔ มีปุ่มล็อก (Locking knob) สำหรับการปล่อย Stent ในกรณีที่แพทย์ไม่พร้อมปล่อย Stent

๒.๕ มีด้ามจับเป็นรูปตัว Y (Y Connector)

๒.๖ มีขีดทึบรังสีที่ Delivery Catheter โดยบ่งบอกตำแหน่งของ Stent (ขณะที่ยังไม่ได้ถูกกาง) อย่างน้อย ๓ ตำแหน่ง คือ ส่วน หัว ตรงกลาง และท้าย

๒.๗ บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๒. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสีมันต์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ท่อยขายทางเดินน้ำดีชนิดโลหะ (ต่อ)

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับเป็นท่อเพื่อถ่ายขายทางเดินน้ำดี

คุณลักษณะทั่วไป เป็นท่อถ่ายขายทางเดินน้ำดีสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการตีบตันของทางเดินท่อน้ำดี

เงื่อนไขเฉพาะ

๓. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๔. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๕. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิริรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ชุดใส่ท่อระบายน้ำดี/ท่อตับอ่อน ชนิดพลาสติก

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับใส่ท่อระบายน้ำดี/ท่อตับอ่อน

คุณลักษณะทั่วไป เป็นเวชภัณฑ์สำหรับระบายน้ำดีชนิดพลาสติก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับทำหัตถการผ่านกล้องส่องตรวจที่มีขนาดของช่องอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๒.๘ มม.
๒. สายอุปกรณ์มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มม.
๓. ท่อระบายน้ำดีมีความยาวตั้งแต่ ๗๐ ถึง ๑๕๐ มม.
๔. ท่อระบายน้ำดีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗ Fr.
๕. อุปกรณ์มาเป็นชุด โหลดไว้ล่วงหน้า - พร้อมใช้งาน
๖. มี radiopaque ช่วยให้เห็นภายใต้เครื่องฟลูไดรอสโคปี
๗. สายสวนแบบปรับความยาวปลายซึ่งสามารถล็อกได้ที่
๘. อุปกรณ์ชนิดนี้เป็นแบบใช้ครั้งเดียวไม่สามารถนำมาใช้งานใหม่ได้ (Non Re-Sterile)
๙. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๑๐. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๑. อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุขบวนนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วัฒนรังสีมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ชุดสายส่งท่อระบายน้ำดีและดับอ่อน ขนาด ๔ และ ๕ เฟรนช์

วัตถุประสงค์ เป็นเวชภัณฑ์สำหรับตรวจรักษาโรกระบบทางเดินน้ำดีและดับอ่อนซึ่งใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินน้ำดีและดับอ่อน

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับส่งท่อระบายน้ำดีและดับอ่อนขนาด ๔ ถึง ๕ เฟรนช์ในท่อทางเดินน้ำดีและดับอ่อนผ่านกล้อง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. Push Catheter มีขนาด ๔ และ ๕ เฟรนช์
๒. ใช้ร่วมกับลวดนำทางขนาด ๐.๐๓๕"

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
.....
(นางสาวศิริรักษ์ วิโรตมรังสิมันต์)

๒. 
.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ เป็นอุปกรณ์สำหรับค้ำยันหลอดลมเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจหรือทำให้หายใจสะดวก

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับค้ำยันหลอดลมเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผลิตจากซิลิโคน แบบตรง (BD)
๒. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๓. สามารถถอดออกได้ง่าย
๔. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๙ ถึง ๑๒ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ถึง ๘๐ มิลลิเมตร
๕. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๖. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๗. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้

๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....๒.....
(นางสาวศิริรักษ์ วัฒมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ เป็นอุปกรณ์สำหรับค้ำยันหลอดลมเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจหรือทำให้หายใจสะดวกในผู้ป่วยที่ทางเดินหายใจตีบ

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับค้ำยันหลอดลมเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผลิตจากซิลิโคน แบบตรง (TD)
๒. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๓. สามารถถอดออกได้ง่าย
๔. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๑ ถึง ๒๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ ถึง ๑๑๐ มิลลิเมตร
๕. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๖. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๗. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิริรักษ์ วโรตมรังสีมันต์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

อุปกรณ์อุตสาหกรรมชนิดซิลิโคน

วัตถุประสงค์ เป็นอุปกรณ์สำหรับทำให้ปอดกลับมาขยายตัวได้ปกติ สำหรับผู้ป่วยที่ปอดรั่ว

คุณลักษณะทั่วไป อุปกรณ์สำหรับทำให้ปอดกลับมาขยายตัวได้ปกติ ทำจากวัสดุที่สามารถฝังลงในร่างกายได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. วัสดุเป็นชนิดซิลิโคนที่บร้งสี
๒. ขนาด S มีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ๕ มิลลิเมตร
๓. ขนาด M มีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ๖ มิลลิเมตร
๔. ขนาด L มีความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ ๗ มิลลิเมตร
๕. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๖. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๗. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วัตรมรังสีมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ท่อค้ายันหลอดลมชนิดซิลิโคน แบบตัว Y

วัตถุประสงค์ เป็นอุปกรณ์สำหรับค้ายันหลอดลมเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจหรือทำให้หายใจสะดวก ในผู้ป่วยที่ทางเดินหายใจตีบ

คุณลักษณะทั่วไป อุปกรณ์สำหรับค้ายันหลอดลมเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจหรือทำให้หายใจสะดวก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นท่อซิลิโคน แบบตัว Y
๒. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๓. สามารถถอดออกได้ง่าย
๔. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๔-๑๐-๑๐ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐-๕๐-๕๐ มม.
๕. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๕-๑๒-๑๒ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐-๕๐-๕๐ มม.
๖. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๖-๑๓-๑๓ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐-๕๐-๕๐ มม.
๗. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๘-๑๔-๑๔ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐-๕๐-๕๐ มม.
๘. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๙. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๐. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสีมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ เป็นอุปกรณ์สำหรับค้ายันหลอดลมเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจหรือทำให้หายใจสะดวก ในผู้ป่วยที่ทางเดินหายใจตีบ

คุณลักษณะทั่วไป อุปกรณ์สำหรับค้ายันหลอดลมเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจหรือทำให้หายใจสะดวก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นท่อซิลิโคน (ST)
๒. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๓. สามารถถอดออกได้ง่าย
๔. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๒-๑๐-๑๒ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕-๒๐-๑๕ มม.
๕. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๔-๑๒-๑๔ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕-๒๐-๑๕ มม.
๖. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๕-๑๓-๑๕ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕-๒๐-๑๕ มม.
๗. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๖-๑๔-๑๖ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕-๒๐-๑๕ มม.
๘. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๙. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๐. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุขบวนนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิริรักษ์ วโรตมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

อุปกรณ์สำหรับเจาะเพื่อส่องเยื่อหุ้มปอด

วัตถุประสงค์ เจาะอุปกรณ์สำหรับเจาะเพื่อส่องเยื่อหุ้มปอด

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับเจาะทะลุผิวหนังเพื่อส่องเยื่อหุ้มปอด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นอุปกรณ์สำหรับเจาะเพื่อส่องเยื่อหุ้มปอด
๒. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (OUTER DIAMETER) ไม่น้อยกว่า ๑๐ มม.
๓. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (INNER DIAMETER) ไม่น้อยกว่า ๘.๔ มม.
๔. มีความยาวส่วนใช้งาน (WORKING LENGTH) ๖๐ มม.
๕. สามารถใช้ร่วมกับกล้องส่องเยื่อหุ้มปอดระบบวิดีโอทัศนียภาพที่ห่อหุ้มด้วยท่อโอลิมปัส ที่หน่วยงานมีอยู่ได้
๖. ผลิตภัณฑ์ชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
๗. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๘. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๙. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรตมรังสินันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

วัตถุประสงค์ สายจีห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป ๑. ใช้งานร่วมกับเครื่องจี้อาร์กอนระบบ VIO System เดิมที่โรงพยาบาลใช้อยู่

๒. สามารถใช้ร่วมงานกับกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลมีอยู่เดิมได้

๓. สามารถโค้งงอไปตามลักษณะของกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาวตลอดเส้นของสายจีห้ามเลือด ๔๗๐ ซม.
๒. มีความยาวช่วงการใช้งาน ๓ เมตร
๓. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๓ มิลลิเมตร
๔. ลำแสงอาร์กอน ปีม (Argon beam) แบบออก ตรง (Atraight fire)
๕. มี filter สำหรับกรองก๊าซอาร์กอนในส่วนของหัวต่อสายจี
๖. มีระบบจดจำการใช้งานเมื่อต่อกับเครื่องจี้อาร์กอนระบบ VIO System
๗. สามารถทนแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าสูงสุด ๕ Kv
๘. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๙. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๐. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุชุดนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

ท่อระบายทางเดินน้ำดีชนิดโลหะ

วัตถุประสงค์ เป็นท่อระบายทางเดินน้ำดีชนิดโลหะ ด้วยวิธีเชื่อมรู หรือโพรงระหว่างอวัยวะทั้งสองเพื่อระบายของเหลวในระบบทางเดินอาหารและตับอ่อน

คุณลักษณะทั่วไป ใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจอวัยวะภายใน หรือ กล้องส่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง เพื่อระบายของเหลวในระบบทางเดินอาหารและตับอ่อน

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ส่วนท่อระบายน้ำดี หรือของเหลวชนิดโลหะ (Metal Stent)

๑.๑ ทำจากวัสดุ nitinol สานกันเป็นตาข่ายช่องเล็กๆ แกนกลางของเส้นลวดมีความทึบรังสีสูงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดความยาวของ Stent

๑.๒ บริเวณส่วนหัวของท้ายของ Stent ทั้งสองด้าน มีลักษณะแผ่ออกด้านข้างเป็นวงกลมเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายของ พร้อมทั้งรักษาตำแหน่ง ของตัว stent ไว้ในระหว่างทำการรักษา และปลายสานกันเป็นตาข่ายปลายโค้งมน จึงทำให้ไม่เกิดการทิ่มแทงเข้าไปในเนื้อในบริเวณที่ใส่ Stent

๑.๓ เป็นท่อระบายน้ำดี หรือของเหลวชนิดโลหะ โดยมีซิลิโคนปกคลุมตลอดทั้งตัว Stent

๑.๔ มีขีดทึบแสงรังสี ๓ ตำแหน่ง บริเวณหัวและท้าย และ ๒ ตำแหน่งบริเวณกลาง

๑.๕ ในส่วนปลายทั้งสองด้านของ Stent มีเส้นผ่าศูนย์กลางให้เลือกอย่างน้อย ๓ ขนาด

๒๓ มิลลิเมตร, ๒๕ มิลลิเมตร, ๓๑ มิลลิเมตร

๑.๖ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมี ๓ ขนาด คือ ๘ มิลลิเมตร, ๑๐ มิลลิเมตร, ๑๖ มิลลิเมตร

๑.๗ มีความยาวตลอดทั้งตัว Stent ๑.๒ เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย

๑.๘ Stent สามารถดึงออกจากคนไข้ได้ ในกรณีที่ต้องการนำ Stent ออก

๒. ส่วน Delivery System

๒.๑ สายมีขนาดไม่มากกว่า ๑๐ Fr. มีความยาว ๑๘๐ เซนติเมตร

๒.๒ ใช้ร่วมกับลวดนำทางขนาด ๐.๐๓๕ inch ได้

๒.๓ มีขีดทึบแสง marker ของ inner system บริเวณส่วนกลางของ Stent ๑ จุด พร้อมทั้งมี Blue marker และ x-ray marker อยู่ที่ outer system เพื่อช่วยต่อการใช้งาน

๒.๔ มีปุ่มล็อกการปล่อย Stent ในกรณีที่แพทย์ยังไม่พร้อมปล่อย Stent

๒.๕ มีด้ามจับเป็นรูปตัว Y

๓. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า

๔. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)

๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสีมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ทอระบายทางเดินน้ำดีชนิดโลหะ (ต่อ)

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.
(นางสาวศิวรักษ์ วโรตมรังสิมันต์)

๒.
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ท่อถ่ายขยายทางเดินน้ำดีสำหรับกล้องส่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง

วัตถุประสงค์ เป็นท่อระบายทางเดินน้ำดีชนิดโลหะ ด้วยวิธีเชื่อมรู หรือโพรงระหว่างอวัยวะทั้งสองเพื่อระบายของเหลวในระบบทางเดินอาหารและตับอ่อน แบบส่วนปลายมีระบบเจาะผนังเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า

คุณลักษณะทั่วไป ใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจอวัยวะภายใน หรือ กล้องส่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง เพื่อระบายของเหลวในระบบทางเดินอาหารและตับอ่อน

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. ส่วนท่อระบายน้ำดี หรือของเหลวชนิดโลหะ (Metal Stent)

๑.๑ ทำจากวัสดุ nitinol สานกันเป็นตาข่ายช่องเล็กๆ แกนกลางของเส้นลวดมีความที่บ่งชี้สูง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดความยาวของ Stent

๑.๒ บริเวณส่วนหัวของท้ายของ Stent ทั้งสองด้าน มีลักษณะแผ่ออกด้านข้างเป็นวงกลม เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้าย พร้อมทั้งรักษาตำแหน่ง ของตัว stent ไว้ในระหว่างทำการรักษา และปลายสานกันเป็นตาข่ายปลายโค้งมน ไม่แหลมคม จึงทำให้ไม่เกิดการทิ่มแทงเข้าไปในเนื้อในบริเวณที่ใส่ stent

๑.๓ เป็นท่อระบายน้ำดี หรือของเหลวชนิดโลหะ โดยมีซิลิโคนปกคลุมตลอดทั้งตัว Stent

๑.๔ มีขีดทึบแสงรังสี ๓ ตำแหน่ง บริเวณหัวและท้าย และ ๒ ตำแหน่งบริเวณกลาง

๑.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมี ๓ ขนาด คือ ๘ มิลลิเมตร ๑๐ มิลลิเมตร และ ๑๖ มิลลิเมตร

๑.๖ มีความยาวตลอดทั้งตัว Stent ๑.๒ เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย

๑.๗ Stent สามารถดึงออกจากคนไข้ได้ ในกรณีที่ต้องการนำ Stent ออก

๒. ส่วน Delivery System

๒.๑ สายมีขนาดไม่มากกว่า ๑๐.๕ Fr. มีความยาว ๑๘๐ เซนติเมตร

๒.๒ ใช้ร่วมกับลวดนำทางขนาด ๐.๐๓๕ inch ได้

๒.๓ มีขีดทึบแสง marker ของ inner system บริเวณส่วนกลางของ Stent ๑ จุด พร้อมทั้งมี Blue marker และ x-ray marker อยู่ที่ outer system เพื่อช่วยต่อการใช้งาน

๒.๔ มีปุ่มล็อกการปล่อย Stent ในกรณีที่แพทย์ยังไม่พร้อมปล่อย Stent

๒.๕ มีด้ามจับเป็นรูปตัว Y

๒.๖ ส่วนปลายมีระบบเจาะผนังเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าโดยทำงานร่วมกับเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า

๓. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า

๔. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)

๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วัชรินทร์สินธุ์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ต่ออ่างขายทางเดินน้ำดีสำหรับกล้องส่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง (ต่อ)

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสินันต์)

๒.
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ท่อระบายของเหลวบริเวณตับอ่อนและทางเดินน้ำดีแบบมีวัสดุห่อหุ้ม

วัตถุประสงค์ เป็นอุปกรณ์สำหรับระบายของเหลวที่เกิดจากถุงน้ำทึบหรือของเหลวที่ทำให้เกิดการอุดตันเกิดจากภาวะอักเสบจากการติดเชื้อบริเวณตับอ่อนและทางเดินน้ำดี ด้วยวิธีการการใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจภายในคลื่นความถี่เหนือแสงในกรณีที่การใส่ท่อระบายน้ำดีผ่านกล้องด้วยวิธีปกติไม่สามารถทำได้ อันจะทำให้เพิ่มโอกาสความสำเร็จในการใส่ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะให้คนไข้

คุณลักษณะทั่วไป ทำจากวัสดุโลหะชนิด Nitinol

คุณสมบัติเฉพาะ

๑. Stent

๑.๑ ทำจากวัสดุ nitinol สานกันเป็นตาข่ายช่องเล็กๆ แกนกลางของเส้นลวดมี radiopaque core มีความทึบรังสีสูง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดความยาวของ Stent

๑.๒ มีอัตราของการเกิดการย่อบริเวณของตำแหน่งขดลวดต่ำมาก หลังจากการปล่อยขดลวดแล้ว

๑.๓ Stent มีส่วนหัวท้าย ของตัว Stent เป็นลักษณะสานกันเป็นตาข่ายปลายโค้งมนไม่แหลมคม จึงไม่เกิดการทิ่มแทงเข้าไปในเนื้อในบริเวณที่ใส่ stent และมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๒๘ มิลลิเมตร ที่บริเวณหัวท้ายทั้งสองสำหรับ stent เพื่อป้องกันการหลุดเลื่อนของตัว stent

๑.๔ เส้นผ่าศูนย์กลางมีขนาด ๑๐ มิลลิเมตร จนถึง ๑๖ มิลลิเมตร และมีความยาวตั้งแต่ ๑๐ เซนติเมตร จนถึง ๓๐ เซนติเมตร

๑.๕ มีความยืดหยุ่นและทนต่อการกดทับของก้อนเนื้อ มีขีดทึบแสง marker บริเวณส่วนปลายทั้งสองข้างจำนวน ๓ จุด และตรงกลางของตัว stent จำนวน ๒ จุด

๑.๖ stent สามารถดึงออกจากคนไข้ได้กรณีต้องการนำ stent ออก

๑.๗ มีซิลิโคนเคลือบคลุมตลอดตัว stent เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเจริญเติบโตของเนื้องอกผนังด้านในเคลือบสาร Hydrodynamic เพื่อให้พื้นผิวของตัว stent เรียบลื่นสำหรับการไหลของน้ำดีแลมีความคงทนต่อการสะสมของตะกอน

๒. Delivery System

๒.๑ Catheter มีขนาดไม่มากเกินกว่า ๑๐ เฟรนซ์ เพื่อความสะดวกในการวาง stent ความยาวใช้งานตั้งแต่ ๑๘๐ เซนติเมตร สามารถใช้ร่วมกับกล้องที่มีขนาด working channel ๓.๒ มิลลิเมตร ได้

๒.๒ ใช้ร่วมกับลวดนำทางขนาด ๐.๐๓๕ inch ได้

๒.๓ มีขีดทึบรังสี Delivery Catheter โดยบ่งบอกตำแหน่งหัว – กลาง – ท้ายของ stent ขณะที่ยังไม่ได้ถูกกาง

๒.๔ มีปุ่มล็อกการปล่อย Stent ในกรณีที่แพทย์ยังไม่พร้อมปล่อย Stent

๒.๕ มีด้ามจับเป็นรูปตัว Y

๓. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า

๔. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)

๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสีมันต์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวโบเพิน พันอัน)

ท่อระบายของเหลวบริเวณตัวอ่อนและทางเดินน้ำดีแบบมีวัสดุท่อหุ้ม (ต่อ)

วัตถุประสงค์ เป็นอุปกรณ์สำหรับระบายของเหลวที่เกิดจากถุงน้ำเทียม หรือของเหลวที่ทำให้เกิดการอุดตัน
เกิดจากภาวะอักเสบจากการติดเชื้อบริเวณตัวอ่อนและทางเดินน้ำดี ด้วยวิธีการการใช้งานร่วมกับกล้องส่อง
ตรวจภายในคลื่นความถี่เหนือแสงในกรณีการใส่ท่อระบายน้ำดีผ่านกล้องด้วยวิธีปกติไม่สามารถทำได้ อันจะ
ทำให้เพิ่มโอกาสความสำเร็จในการใส่ท่อระบายน้ำดีชนิดโลหะให้คนไข้

คุณลักษณะทั่วไป ทำจากวัสดุโลหะชนิด Nitinol

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขาย
ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ
๒. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิก
สัญญาได้
๓. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่
อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคา
พัสดุนั้นๆ
๔. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้
จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของ
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๕. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ท่อถ่ายขยายท่อทางเดินน้ำดีชนิดโลหะ

วัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับถ่ายขยายท่อทางเดินน้ำดี

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับถ่ายขยายท่อทางเดินน้ำดี ตลอดจนขั้วตပ်ในกรณีที่มีการตีตันจากโรคมะเร็ง โดยใช้งานร่วมกับกล้อง ERCP ที่ทางโรงพยาบาลมีอยู่ได้

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. Stent

๑.๑ ทำจากวัสดุโลหะแบบ Nitinol สานกันเป็นช่องตาข่ายเล็กๆ โดยมีความยืดหยุ่นสูงสามารถโค้งงอเข้ากับท่อทางเดินน้ำดีได้ (Closed Cell Construction)

๑.๒ มีความทึบรังสีสูงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดความยาวของ Stent ไม่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง

๑.๓ Stent มีส่วนหัว – ท้ายของ Stent เป็นลักษณะสานกันเป็นตาข่ายปลายโค้งมนเพื่อป้องกันการทะลุของผนังภายในท่อทางเดินน้ำดีและผนังลำไส้เล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ มิลลิเมตร ยาว ๔๐, ๖๐, ๘๐, ๑๐๐ มิลลิเมตร

๑.๔ มีขีดทึบแสง (Radiopaque Marker) ๓ จุด คือบริเวณส่วนหัว ตรงกลาง และส่วนท้ายของ Stent จุดละ ๓ ตำแหน่ง รวม ๙ ตำแหน่ง

๒. Delivery System

๒.๑ มีขนาด Introducer Catheter ไม่เกิน ๖ Fr. โดยมีความยาวใช้งาน ๑๘๐ เซนติเมตร

๒.๒ ใช้กับลวดนำทาง (Guidewire) ขนาด ๐.๐๒๕ นิ้ว ได้

๒.๓ มี Radiocapture ring ที่ Delivery Catheter โดยใช้บ่งบอกตำแหน่งในขณะที่ยก หรือปล่อย Stent

๒.๔ ที่ Delivery Catheter โดยมีขีดบ่งตำแหน่งสุดท้ายที่สามารถดันกลับได้ และตำแหน่งที่กาง Stent เต็มที่เพื่อความสะดวกและความแม่นยำให้การปล่อย Stent

๒.๕ มีระบบ Safety Locking System เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการปล่อย Stent โดยไม่ตั้งใจ

๒.๖ บรรจุในซองอบแก๊ส (ETO Gas) พร้อมใช้งาน และมีฉลากบอกขนาดและความยาวของตัว Stent

๓. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า

๔. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)

๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา // คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....

(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....

(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....

(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ต่อร่างขยายช่องทางเดินน้ำดีชนิดโลหะ (ต่อ)

เงื่อนไขเฉพาะ

๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็คเกจ หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสีมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

คลิปหนีบท้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารแบบหุบเปลี่ยนตำแหน่งได้

ความต้องการ คลิปหนีบท้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารแบบหุบเปลี่ยนตำแหน่งได้

วัตถุประสงค์ เป็นอุปกรณ์คลิปพร้อมสายสำหรับหนีบท้ามเลือด แผลในทางเดินอาหาร ในหัตถการส่องกล้องตรวจรักษาทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป เป็นคลิปพร้อมสายสำหรับหนีบท้ามเลือด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ปากคลิปมีความกว้าง ๑๖ มิลลิเมตร หมุนปรับทิศทางได้ ๓๖๐ องศา จากด้ามจับ
๒. สามารถหนีบท้ามเลือดและเปลี่ยนตำแหน่งได้ หากยังไม่กดปล่อยคลิปให้หลุดจากสาย
๓. สายของคลิปขนาด ๗ Fr. ยาว ๒๓๐ เซนติเมตร เป็นแบบขดลวด (Spring coil sheath) มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามการโค้งงอของกล้องส่องตรวจ และเข้าถึงตำแหน่งของแผลในทางเดินอาหารที่เข้าถึงได้ยาก
๔. ใช้ใส่ผ่านช่องเครื่องมือ (Accessory Channel) ของกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร ที่มีขนาดตั้งแต่ ๒.๘ มิลลิเมตร ขึ้นไป
๕. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือวิธีอื่นที่เทียบเท่า
๖. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๗. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....

(นางสาวศิวรักษ์ วโรตมรังสิมันต์)

๒.....

(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....

(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

คลิปหนีบท่ามเลือดในระบบทางเดินอาหารแบบหุบเปลี่ยนตำแหน่งได้ (ต่อ)

ความต้องการ คลิปหนีบท่ามเลือดในระบบทางเดินอาหารแบบหุบเปลี่ยนตำแหน่งได้

วัตถุประสงค์ เป็นอุปกรณ์คลิปพร้อมสายสำหรับหนีบท่ามเลือด แผลในทางเดินอาหาร ในหัตถการส่องกล้อง
ตรวจรักษาทางเดินอาหาร

คุณลักษณะทั่วไป เป็นคลิปพร้อมสายสำหรับหนีบท่ามเลือด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะ

แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์
ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....

(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสิมันต์)

๒.....

(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....

(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

สายจี้ทำลายเนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งผ่านทางท่อน้ำดี

วัตถุประสงค์ เป็นสายสำหรับทำลายเนื้องอกในระบบทางเดินอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและทางเดินน้ำดีด้วยความร้อน โดยใช้คลื่นความถี่ระดับวิทยุ

คุณลักษณะทั่วไป เครื่องมือที่สามารถทำลายเนื้องอกโดยทำงานร่วมกับกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenoscope)

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สายมีให้เลือก ๒ ขนาด คือ ยาว ๑๗๕ เซนติเมตร สำหรับใช้งานกับกล้อง ERCP และ ยาว ๔๐ เซนติเมตร สำหรับใช้ผ่านผนังหน้าท้อง (Percutaneous)
๒. ตัวสายมีให้เลือกใช้งานอย่างน้อย ๒ ชนิด คือ แบบชนิด ๔ Bipolar electrode และ ๒ Bipolar electrode เพื่อประโยชน์ในความสามารถควบคุมประสิทธิภาพการทำงานของตัวเครื่องกำเนิดพลังงานได้อย่างแม่นยำตามพยาธิสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย
๓. ตัวสายมีระบบตรวจสอบ (Sensors) กรณีที่เครื่องตรวจพบว่าอาจจะเกิดการดำเนินงานที่เป็นอันตรายต่อคนไข้ เช่น เผาทำลายมากเกินไปอันอาจจะทำให้เกิดภาวะเลือดออกได้
๔. ตัวสายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน ๗ Fr.
๕. ตัวสายมีระบบตรวจสอบอุณหภูมิ (Temperature sensor) เพื่อป้องกันการเผาเนื้องอกมากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อคนไข้
๖. ตัวสายบรรจุอยู่ในซองปราศจากเชื้อ
๗. ขนาดพื้นที่ที่ตัวสายสามารถใช้กับเนื้องอกมีให้เลือก ๒ แบบ คือ ๑๘ มิลลิเมตร และ ๓๓ มิลลิเมตร
๘. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๙. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๑๐. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.
(นางสาวศิวรักษ์ วัฒนรังสีมันต์)

๒.
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

สายจี้ทำลายเนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งผ่านทางท่อน้ำดี (ต่อ)

เงื่อนไขเฉพาะ

๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.
(นางสาวศิวรักษ์ วโรตมรังสีมันต์)

๒.
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

ท่อถ่ายขยายลำไส้ใหญ่ ชนิดโลหะแบบมีวัสดุปกคลุมบางส่วน , แบบไม่มีวัสดุปกคลุม

วัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือสำหรับถ่ายขยายลำไส้ใหญ่ในกรณีที่มีการตีตันจากโรคมะเร็ง

คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับถ่ายขยายลำไส้ใหญ่ในกรณีที่มีการตีตัน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. Stent

๑.๒ ทำจากวัสดุโลหะแบบ Nitinol สานกันเป็นช่องตาข่ายเล็กๆ โดยมีความยืดหยุ่นสูงสามารถโค้งงอเข้ากับลำไส้ใหญ่ได้

๑.๒ มีความทึบรังสีสูงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดความยาวของ Stent ไม่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง

๑.๓ Stent มีส่วนหัว – ท้ายของ Stent เป็นลักษณะสานกันเป็นตาข่ายปลายโค้งมนเพื่อป้องกันการทะลุของผนังลำไส้ โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๒ มม. ยาว ๑๐๐ มม. หรือ ๑๒๐ มม.

๑.๔ มีขีดทึบแสง (Radiopaque Marker) ๔ จุด คือบริเวณส่วนหัว ตรงกลาง และส่วนท้ายของ Stent จุดละ ๓ ตำแหน่ง รวม ๑๒ ตำแหน่ง

๑.๕ โครงสร้าง Stent เป็นแบบสองชั้น

๑.๖ มีให้เลือกทั้งแบบไม่มีวัสดุปกคลุม Uncovered หรือ มีวัสดุปกคลุมบางส่วน Partial Covered

๑.๗ ส่วนปลายของ Stent ทั้งสองด้าน จะบานออกเล็กน้อยเพื่อป้องกันการเลื่อนตำแหน่งภายหลังการปล่อย

๒. Delivery System

๒.๑ มีขนาด Catheter ๑๐.๒ Fr. สำหรับท่อถ่ายขยาย โดยมีความยาวใช้งาน ๒๓๐๐ มม.

สามารถใช้งานร่วมกับกล้อง Colonscope ที่มีขนาด working channel ตั้งแต่ ๓.๗ มม. ได้

๒.๒ ใช้กับลวดนำทาง (Guidewire) ขนาด ๐.๐๓๕ นิ้ว ได้

๒.๓ มี Radiocapture ring ที่ Delivery Catheter โดยใช้บ่งบอกตำแหน่งในขณะที่ยางหรือปล่อย Stent

๒.๔ ที่ Delivery Catheter โดยมีขีดบ่งตำแหน่งสุดท้ายที่สามารถดันกลับได้ และตำแหน่งที่กาง Stent เต็มที่ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความแม่นยำให้การปล่อย Stent

๒.๕ มีระบบ Safety Locking System เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากการปล่อย Stent โดยไม่ตั้งใจ

๒.๖ บรรจุในซองอบแก๊ส (ETO Gas) พร้อมใช้งาน และมีฉลากบอกขนาดและความยาวของตัว Stent

๓. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า

๔. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)

๕. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.
(นางสาวศิวรักษ์ วัชรอมรังสีมันต์)

๒.
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.
(นางสาวไบเฟิน พันอัน)

ต่ออ่างขายลำไ้ใหญ่ ชนิดโลหะแบบมีวัสดุปกคลุมบางส่วน , แบบไม่มีวัสดุปกคลุม (ต่อ)

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่
เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัท
ผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอ
ยกเลิกสัญญาได้
๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจาก
ผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตาม
มูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ
๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ
หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ
จำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่
กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตาม
บรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรตมรังสีมันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

ท่อค้ำยันหลอดลมชนิดซิลิโคน แบบตรง (TF)

วัตถุประสงค์ เป็นอุปกรณ์สำหรับค้ำยันหลอดลมเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจหรือทำให้หายใจสะดวกในผู้ป่วยที่ทางเดินหายใจตีบ

คุณลักษณะทั่วไป อุปกรณ์สำหรับค้ำยันหลอดลมเพื่อช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจหรือทำให้หายใจสะดวก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นท่อซิลิโคน แบบตรง (TF)
๒. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๓. สามารถถอดออกได้ง่าย
๔. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๑๑-๒๐ มม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐-๑๑๐ มม.
๕. เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส EO หรือ วิธีอื่นที่เทียบเท่า
๖. ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA หรือเทียบเท่า)
๗. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๒. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๓. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิ ขอยกเลิกสัญญาได้

๔. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

๕. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๖. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....
(นางสาวศิวรักษ์ วโรดมรังสินันต์)

๒.....
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓.....
(นางสาวใบเฟิน พันอัน)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ๕๐

๒. ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๓๐ คะแนน

๓. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๗๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site เป็นเวชภัณฑ์ที่มีใช้อยู่ ย้อนหลัง ๒ ปี ในโรงเรียน แพทย์ทั้งในประเทศและ นานาชาติ **หมายเหตุ : ให้เอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง กับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง เช่น สัญญาซื้อขาย, ใบส่งของ หรือวารสารทาง การแพทย์ระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการพิจารณา	คะแนนสูงสุดได้ ๓๐ คะแนน และลดลงตามลำดับตาม จำนวน reference site ที่มี ๔ แห่งขึ้นไป หรือมีเอกสาร หรือวิจัยทางการแพทย์ที่ ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ถูก ยอมรับ ๔ ฉบับขึ้นไปได้ ๓๐ คะแนน ๒-๓ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับ การตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของประเทศไทยที่ยอมรับ ๒-๓ ฉบับ ได้ ๒๐ คะแนน ๑ แห่ง หรือมี เอกสารหรือวิจัยทางการแพทย์ที่ได้รับ การตีพิมพ์ลงวารสารชั้นนำของต่างประเทศที่ยอมรับ ๑ ฉบับ ได้ ๑๐ คะแนน	๓๐
เลือก ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	รายงานอุบัติการณ์ของ ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น จากการใช้เวชภัณฑ์ ดังกล่าวในกรณีที่เป็น เวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่ แล้ว	- ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น จากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว ๔๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจาก การใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกิน ๓ ครั้งต่อปี ๒๐ คะแนน - มีรายงานอุบัติการณ์ของภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจาก การใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าวมากกว่า ๓ ครั้งต่อปี ๐ คะแนน	๔๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยแพทย์ ในกรณีเวชภัณฑ์ที่ไม่เคย จัดซื้อ	- คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ ๔๐ คะแนน - คะแนนประเมิน ๗๑ - < ๘๐ คะแนน ได้ ๒๐ คะแนน - คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ ๐ คะแนน	๔๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. 
(นางสาวศิริรักษ์ วโรดมรังสีมันต์)

๒. 
(นางนิภาพร ประจันบาล)

๓. 
(นางสาวโบพิน พันอัน)