

เลขแผน ๖๖๑๑๙ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพิ่มสมรรถภาพหัวใจ

(Intra Aortic Balloon catheter)

ลำดับ ๑ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra Aortic Balloon

ใช้กับเครื่อง IABP ยี่ห้อ Arrow เลขครุภัณฑ์ ๒๕๕๒-๐๗๑๒๒๗๐๐-๑๒๐๓๒๐๐๐-๐๐๐๐๑

ความต้องการ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra Aortic Balloon

ใช้กับเครื่อง IABP ยี่ห้อ Arrow เลขครุภัณฑ์ ๒๕๕๒-๐๗๑๒๒๗๐๐-๑๒๐๓๒๐๐๐-๐๐๐๐๑

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของหัวใจล้มเหลว

๑.คุณลักษณะทั่วไป เป็นสายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า มีคุณภาพดี มีความคงทนในการใช้งาน

๒.คุณลักษณะเฉพาะ (เงื่อนไขที่ต้องมี/ปฏิบัติ)

๑)สามารถแทงเข้าเส้นเลือดโดยผ่านปลอกนำสาย (Introducer Sheath) หรือไม่ใช้ปลอกนำสายก็ได้ (Sheathless)

๒)มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวสายและลูกโป่งไม่น้อยกว่า ๗ Fr

๓)ลูกโป่งที่ปลายสายมีความจุปริมาตรให้เลือกอย่างน้อย ๒ ขนาด และขนาดต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๒๕ ซี.ซี.

๔)รูหรือท่อภายในมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๒๗ นิ้ว

๕)มีขนาดความจุของลูกโป่งให้เลือกไม่น้อยกว่า ๒ ขนาด เพื่อความเหมาะสมกับผู้ป่วย

๖)มีสามารถใช้กับ Guide Wire ขนาด ๐.๐๒๕ นิ้ว

๗)มีตัวสาย Balloon Catheter ถูกออกแบบและทดสอบมาโดยเฉพาะให้สามารถต่อเข้าเครื่อง Intra-Aortic Balloon Pump Arrow ทำให้ตัวสายมีความแม่นยำและถูกต้องเที่ยงตรงเมื่อใช้งานร่วมกัน

๘)ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาที่จ่ายออกไป

๙)เป็นสินค้าใหม่จากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๐)อายุการใช้งานของสินค้าต้องไม่ต่ำกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า

๑๑)ต้องรับแลกเปลี่ยนสินค้าที่ใกล้หมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน

๑๒)การแลกเปลี่ยนต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งหากไม่รับแลกเปลี่ยน หรือ แลกเปลี่ยนแล้วยังมีปัญหา โรงพยาบาลศิริพยาบาลสงวนสิทธิยกเลิกสัญญาได้

๑๓)ต้องมีเอกสารแสดงว่าได้ผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน

๑๔)ต้องมีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย

๑๕)ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานของสำนักงานอาหารและยา

๑๖)ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แนบพร้อมเอกสารยื่นขอเสนอราคา

๑๗)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE Mark หรือ US FDA อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง

๑๘)เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่สุดของบริษัทนั้นๆที่มีการนำเข้าและจำหน่ายในประเทศไทย

๑๙)ในระหว่างระยะเวลาของสัญญานี้ หากมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการนำเข้าและจำหน่ายในประเทศไทย บริษัทจะทำการแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับทาง โรงพยาบาลศิริพยาบาล

๑.....
(นายสมบุรณ์ จิรภัทรธำรง)

๒.....
(นายกุลยศ จงพิพัฒน์วินิชย์)

๓.....
(นางชมชฎา ยิ่งยืน)

๓.ข้อกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะ

๑)บรรจุกัญธจะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งาน ของบรรจุกัญธ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๑ ไว้)

๒)สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๓)ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๔)หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๕)บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

๖)กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๗)ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุกัญธของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ ประธานกรรมการ
(นายสมบูรณ์ จิรภัทรธำรง)

๒ กรรมการ
(นายกุลยศ ชงพัฒน์วิชัย)

๓ กรรมการ
(นางชมชญา ยิ่งยืน)

เลขแผน ๖๖๑๒๒ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพิ่มสมรรถภาพหัวใจ

(Intra Aortic Balloon catheter)

ลำดับ ๑ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra Aortic Balloon

ใช้กับเครื่อง IABP ยี่ห้อ Maquet เลขครุภัณฑ์ ๒๕๖๑-๐๓๓๐๑๐๐-๐๒๑๒๐๐๙๕๓-๐๐๐๐๑

ความต้องการ สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้าใช้เพิ่มสมรรถภาพหัวใจ (Intra Aortic Balloon

ใช้กับเครื่อง IABP ยี่ห้อ Maquet เลขครุภัณฑ์ ๒๕๖๑-๐๓๓๐๑๐๐-๐๒๑๒๐๐๙๕๓-๐๐๐๐๑

วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของหัวใจล้มเหลว

๑.คุณลักษณะทั่วไป เป็นสายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต้า มีคุณภาพดี มีความคงทนในการใช้งาน

๒.คุณลักษณะเฉพาะ (เงื่อนไขที่ต้องมี/ปฏิบัติ)

๑)สามารถแทงเข้าเส้นเลือดโดยผ่านปลอกนำสาย (Introducer Sheath) หรือไม่ใช้ปลอกนำสายก็ได้ (Sheathless)

๒)มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวสายและลูกโป่งไม่น้อยกว่า ๗ Fr

๓)ลูกโป่งที่ปลายสายมีความจุปริมาตรให้เลือกอย่างน้อย ๒ ขนาด และขนาดต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๒๕ ซี.ซี.

๔)รูหรือท่อภายในมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๒๗ นิ้ว

๕)มีขนาดความจุของลูกโป่งให้เลือกไม่น้อยกว่า ๒ ขนาด เพื่อความเหมาะสมกับผู้ป่วย

๖)สามารถใช้กับ Guide Wire ขนาด ๐.๐๒๕ นิ้ว

๗)มีตัวสาย Balloon Catheter ถูกออกแบบและทดสอบมาโดยเฉพาะให้สามารถต่อเข้าเครื่อง Intra-Aortic Balloon Pump MAQUET ทำให้ตัวสายมีความแม่นยำและถูกต้องเที่ยงตรงเมื่อใช้งานร่วมกัน

๘)ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก LOT กรณีพบว่าสินค้า LOT ใดมีปัญหา ผู้ขายต้องรับแลกเปลี่ยนส่วนที่เหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมชดเชยสินค้าที่มีปัญหาที่จ่ายออกไป

๙)เป็นสินค้าใหม่จากโรงงานผู้ผลิตและไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑๐)อายุการใช้งานของสินค้าต้องไม่ต่ำกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า

๑๑)ต้องรับแลกเปลี่ยนสินค้าที่ใกล้เคียงอายุอย่างน้อย ๖ เดือน

๑๒)การแลกเปลี่ยนต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งหากไม่รับแลกเปลี่ยน หรือแลกเปลี่ยนแล้วยังมีปัญหา โรงพยาบาลเวชพยาบาลสงวนสิทธิยกเลิกสัญญาได้

๑๓)ต้องมีเอกสารแสดงว่าได้ผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน

๑๔)ต้องมีหนังสือแสดงว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย

๑๕)ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานของสำนักงานอาหารและยา

๑๖)ต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แนบพร้อมเอกสารยื่นขอเสนอราคา

๑๗)เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE Mark หรือ US FDA อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง

๑๘)เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่สุดของบริษัทนั้นๆที่มีการนำเข้าและจำหน่ายในประเทศไทย

๑๙)ในระหว่างระยะเวลาของสัญญานี้ หากมีผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการนำเข้าและจำหน่ายในประเทศไทย บริษัทจะทำการแลกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับทาง
โรงพยาบาลเวชพยาบาล

๑.....

(นายสมบุรณ์ จิรภัทรธำรง)

๒.....

(นายกุลยศ จงพิพัฒน์วณิชย์)

๓.....

(นางชมชญา ยั่งยืน)

๓.ข้อกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะ

๑)บรรจุกฎบัตรจะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่ อายุการใช้งาน ของบรรจุกฎบัตร ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๑ ไว้)

๒)สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๓)ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

๔)หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๕)บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

๖)กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๗)ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุกฎบัตรของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ ประธานกรรมการ

(นายสมบูรณ์ จิรภัทรธำรง)

๒..... กรรมการ

(นายกุลยศ จงพิพัฒน์วิเศษ)

๓..... กรรมการ

(นางชมชญา ยิ่งยืน)