

โครงการเลขที่ ๖๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะท่อยาง Latex Tube

คุณลักษณะทั่วไป

ท่อยาง Latex Tube เพื่อระบายสารคัดหลั่ง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. สั่งเคราะห์จากยางพาราคุณภาพสูง

ลักษณะผิวของผลิตภัณฑ์ :

ผิวภายนอก - เคลือบผิวด้วยกระบวนการคลอริเนต

ผิวภายใน - ไม่เคลือบผิว

คุณสมบัติเชิงกล :

สีอำพัน เหลืองอ่อน ถึงเหลืองเข้ม

๒. มีความยืดหยุ่นสูง สายยางไม่ลื่นแบน คิ่รูปได้จริง

๓. สามารถทนต่อความร้อนในการนึ่งฆ่าเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำ โดยไม่ทำให้สายยาง เสื่อมรูปทรง และเปลี่ยนสี

๔. มี ๓ ขนาด ดังนี้

๔.๑ เบอร์ ๒๐๐

๔.๒ เบอร์ ๒๐๑

๔.๓ เบอร์ ๒๐๔

๕. ระบุวันผลิต Lot. Number และวันหมดอายุอย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

๖. ผลิตภัณฑ์ทุก Lot. ต้องได้รับการสุ่มตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน MIL-STD ๑๐๕E

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ประธานกรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ วัจจะอม)

๒กรรมการ

(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

๓กรรมการ

(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๒๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะเข้มเย็บชนิดผ่ากด

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเข็มสแตนเลสแข็ง คม ใช้เย็บบาดแผลหลังจากการผ่าตัด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นเข็มสแตนเลสแข็ง คม โค้งงอตามสภาพการใช้งาน
๒. ตัวเข็มมีแบบปลายเข็มเรียวกกลม (Round)
๓. ด้านหัวเข็มมีรอยเจาะรูร้อยไหมแบบผ่ากด (Spring eye)
๔. ความโค้ง ๑/๒ วงกลม ขนาด ๑๘ มม. (TH-๑๘)
๕. ทนความร้อนได้ดี ด้วยการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง
๖. ระบุวันผลิต Lot.Number หรือวันหมดอายุ อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑^{ศิริพล}.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วงคะออม)
- ๒^{กรีน}.....กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓^{กฤษ}.....^{สุ}.....กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๖๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะ Penrose drain




คุณลักษณะทั่วไป

ท่อยางใช้ระบายของเหลวจากแผลผ่าตัด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Natural Rubber Latex)
๒. แผ่นยางยึดลักษณะเป็นท่อแบน มีความนิ่ม พับได้ ใช้เพื่อเป็นทางระบายของๆ เหลวที่สะสม
๓. มีขนาด ๑/๔", ๓/๘", ๑/๒", ๕/๘", ๓/๔", และ ๑"
๔. บรรจุในซองเดี่ยวสามารถมองเห็นสายระบายด้านใน
๕. บรรจุภัณฑ์ต้องระบุ ชื่อ ขนาด วันผลิต Lot. Number และวันหมดอายุไว้ที่ช่องให้เห็นชัดเจน
๖. มีสัญลักษณ์แสดงว่าผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแสดงให้เห็นชัดเจน
๗. มีเอกสารแสดงว่าผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑.....ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วงศ์อม)
- ๒.....กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓.....กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทรป้อ)

โครงการเลขที่ ๖๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะใบมีดผ่าตัด

คุณลักษณะทั่วไป

ใบมีดผ่าตัดทางศัลยกรรม

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจาก Stainless Steel
๒. มีขนาด No.๑๐, No.๑๑, No.๑๒, No.๑๕, No.๒๔
๓. มีความคม สามารถกรีดผ่าตัดได้ดี
๔. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
๕. บรรจุในอลูมิเนียมฟอยล์ ปิดใช้สะดวก
๖. แยกซองบรรจุ เวลาแกะใบมีด ไม่ติดซอง หลุดออกง่าย
๗. บรรจุในบรรจุภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ซองละ ๑ ชิ้น
๘. มีข้อความหรือสัญลักษณ์ แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้
 - ๘.๑ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 - ๘.๒ ขนาด
 - ๘.๓ วิธีการ Sterilization
 - ๘.๔ วันที่ผลิตหรือ Lot.Number การผลิต
 - ๘.๕ วันหมดอายุ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วังคะอม)
- ๒ กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓ กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๒๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะ Hernia Tape ๓/๘

คุณลักษณะทั่วไป

ทำจากฝ้าย ๑๐๐% ผ่านขบวนการทอเป็นเส้น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาว ๓๕ หลา หนา ๑ มิลลิเมตร กว้าง ๓/๘
๒. เย็บริมทั้งสองข้าง กันลื่น และระคายเคือง เหนียวไม่ขาดง่าย
๓. แยกบรรจุ ๑ ชั้น/แพ็ค
๔. สามารถทนต่อความร้อนในการทำให้ปราศจากเชื้อ โดยไม่ทำให้คุณสมบัติของสินค้าเปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนสี
๕. ระบุนวันผลิต Lot.Number หรือวันหมดอายุ อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วงศ์ออม)
- ๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๖๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะสายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลูน

คุณลักษณะทั่วไป

สายสวนปัสสาวะชนิดไม่มีบอลูน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ความยาวสาย ๓๐ ซม. ความยาวรวม ๓๔ ซม.
๒. ขนาด ๑๐Fr, ๑๒Fr, ๑๔Fr, และ ๑๖Fr, ขั้วด้วยสีของข้อต่อ
๓. สายพลาสติกมีคุณสมบัติ เรียบ นุ่ม ยืดหยุ่น ไม่ยุบหรือหักงอ
๔. สายปลายปิด มีรูเปิดด้านข้าง ๒ รู ลักษณะเรียบ ไม่แหลมคม
๕. บรรจุใน Peel Pack ที่เหมาะสมต่อการเปิดใช้งาน และป้องกันการปนเปื้อน ระหว่างการจัดเก็บ
๖. บรรจุอยู่ในภาชนะหุ้มห่อ และทำให้ปราศจากเชื้อ มีวันที่ผลิต และวันหมดอายุ แสดงชัดเจน ที่ซองบรรจุ
๗. มีวันที่ผลิต Lot. Number และวันหมดอายุ แสดงชัดเจน ที่กล่องบรรจุ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรัตน์ วงศ์ออม)
- ๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๖๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะ Syringe Ball

คุณลักษณะทั่วไป

ลูกยางอเนกประสงค์ ใช้ดูดของเหลวแบบปราศจากเชื้อ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ลูกยางอเนกประสงค์ สามารถใช้ดูด - จ่ายของเหลว
๒. ขนาด No.๒ และ No.๔
๓. วัสดุทำจากน้ำยางธรรมชาติ มีความยืดหยุ่น
๔. องค์ประกอบในการผลิต ไม่มีผลเสียต่อผู้ใช้
๕. กระบวนการผลิตและขั้นตอนการผลิตผ่านมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๐๓ หรือมากกว่า
๖. บรรจุ ๑ ชิ้น /Pack
๗. มีข้อความหรือสัญลักษณ์ แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้
 - ๗.๑ รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 - ๗.๒ ขนาด
 - ๗.๓ วิธีการ Sterilization
 - ๗.๔ วันที่ผลิตหรือ Lot.Number การผลิต
 - ๗.๕ วันหมดอายุ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วงศ์อม)
- ๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๒๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะใบมีดโกน ๒ คม

คุณลักษณะทั่วไป

ใบมีดสำหรับโกนหนวดหรือขนบริเวณต่างๆ

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผลิตจากสแตนเลส คุณภาพสูง
๒. ใบมีดใช้ได้ ๒ ด้าน
๓. ใช้สำหรับโกนหนวด โกนผม หรือขน
๔. โกนง่ายและเรียบ โกนได้นุ่มนวล ไม่บาดผิว
๕. บรรจุภัณฑ์ ระบุวันผลิต Lot.Number หรือวันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์ชัดเจน

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วัจจะอม)
- ๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๒๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะปลีกสวมปลายเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นปลอกพลาสติกใสสำหรับสวมปลายเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข ชนิดใช้แล้วทิ้ง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดปลอกสวมได้พอดีกับเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย
๒. ทำจากพลาสติก Polyethylene และไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ (Latex Free Product)
๓. ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง
๔. ลักษณะใส เหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย
๕. ผู้เสนอราคาต้องจัดหา คู่มือ และรับประกัน เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลขที่เที่ยงตรง ให้เพียงพอต่อความต้องการของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พร้อมทั้งแบตเตอรี่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา โดยไม่คิดมูลค่าตลอดช่วงระยะเวลาการใช้งาน และดูแลซ่อมบำรุงเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข จัดหาเครื่องใหม่ทดแทนกรณีชำรุดใช้งานไม่ได้
๖. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานที่ชี้ไปถึงมาตรฐานของเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบตัวเลข และปลอกสวมปลายเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยต้องมีข้อมูลที่ระบุ ผู้ผลิต รุ่นที่ผลิต วันผลิต อย่างชัดเจนที่ข้างภาชนะบรรจุ และที่ภาชนะหรือกล่องสำหรับชุดวัสดุ
๗. ผู้เสนอราคาต้องจัดอบรมการใช้/ดูแลรักษาเครื่องและอุปกรณ์ตรวจ ให้ครอบคลุมผู้ใช้งานทุกคน ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง จนใช้งานได้อย่างถูกต้อง
๘. ต้องระบุ วันผลิต Lot.Number หรือวันหมดอายุ บนบรรจุภัณฑ์ชัดเจน

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วัจนอม)
- ๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๒๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะ Cover Glass

คุณลักษณะทั่วไป

ใช้สำหรับปิดบนกระจก Slide เพื่อกีดตัวอย่างให้ราบไปกับกระจก และป้องกันไม่ให้เลนส์กล้อง
จุลทรรศน์สัมผัสกับตัวอย่างโดยตรง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นกระจก Slide ชนิดบางใส ไม่มีรอยขีดข่วน
๒. มีขนาด ๒๒ x ๒๒ mm.
๓. ความหนาของแผ่นกระจกไม่น้อยกว่า ๐.๑๓ mm.
๔. ไม่มีเชื้อราและเศษผงปนเปื้อน
๕. กระจกแต่ละแผ่นต้องไม่ยึดติดกัน
๖. กระจกไม่แตกหักง่าย
๗. มีสารป้องกันความชื้นในบรรจุภัณฑ์

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วังคะอม)
- ๒ กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓ กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๖๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะไม้กดลิ้นปลอดเชื้อ STERILE TONGUE DEPRESSOR

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นไม้ลักษณะแบนยาว ปลายสองด้านกลมมน ใช้สำหรับกดลิ้น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดต้องไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๘ mm. ยาว ๑๕๐ mm. หนา ๑.๗ mm.
๒. ทำจากไม้ประเภทไม้สน (White Birch) เนื้อไม้มีความเหนียว ไม่เปราะแตกหักง่าย
๓. ลบเหลี่ยมมุมและขัดให้ปราศจากเสี้ยนไม้
๔. บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) ซองละ ๑ ชิ้น
๕. ซองปลอดเชื้อปิดผนึกสนิทใช้วัสดุ (Medical Grade) พลาสติก ๑ ด้าน และกระดาษ ๑ ด้าน มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้
๖. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุและจำนวน
 - ขนาด
 - วิธีการ Sterilization
 - วันที่ผลิต หรือ Lot.Number การผลิต
 - วันหมดอายุ
 - มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วัจนอม)
- ๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๒๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะ Slide ใส

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นแผ่นกระจกใสทั้งแผ่น

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นแผ่นกระจกใสคุณภาพสูง และมีความสะอาดมาก
๒. มีขนาด ๒.๕ x ๗.๕ เซนติเมตรหนา ๑.๐ – ๑.๒ มิลลิเมตร
๓. ขอบและมุมทั้งสี่ด้านถูกตัดพร้อมขัดเรียบมนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
๔. บรรจุในกล่องสุญญากาศ แต่ละแผ่นมีกระดาษขึ้นเพื่อรักษาคุณภาพ
๕. มีสารกันความชื้นในกล่องบรรจุภัณฑ์
๖. บรรจุอยู่ในกล่องที่มีสภาพแข็งแรง
๗. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ หรือเอกสารที่ชี้บ่งถึงมาตรฐานการผลิตอื่นๆ ที่เป็นสากล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วงศ์ออม)
- ๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๒๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะ Slide ฟ้า

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นแผ่นกระจก Slide แบบขอบฟ้า

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นแผ่นกระจกใสคุณภาพสูง และมีความสะอาดมาก
๒. มีขนาด ๒.๕ x ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๑.๐ – ๑.๒ มิลลิเมตร ปลายด้านหนึ่งเป็นกระจกฝ้า
๓. ขอบและมุมทั้งสี่ด้านถูกตัดพร้อมขัดเรียบมนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
๔. บรรจุในกล่องสุญญากาศ แต่ละแผ่นมีกระดาษขึ้นเพื่อรักษาคุณภาพ
๕. ด้านปลายกระจกฝ้าสามารถใช้ดินสอหรือปากกาเขียนได้ชัดเจน ไม่หลุดง่าย
๖. มีสารกันความชื้นในกล่องบรรจุภัณฑ์
๗. บรรจุอยู่ในกล่องที่มีสภาพแข็งแรง
๘. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕ หรือเอกสารที่ขั้บ่งถึงมาตรฐานการผลิตอื่นๆ ที่เป็นสากล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุริรัตน์ วัจนอม)
- ๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๒๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะผ้าปิดตาปลอดเชื้อ (Eye Pad Sterile)




คุณลักษณะทั่วไป

เป็นผ้าปิดตาปลอดเชื้อ แบบแผ่น ใช้สำหรับปิดตา

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นแผ่นสำหรับหุ้มด้วยผ้าก๊อซ ขนาด กว้าง×ยาว×หนา ไม่น้อยกว่า $1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$
๒. ภายในทำด้วยสาลิบริสุทธิอัดแน่น เป็นรูปวงรี
๓. ภายนอกหุ้มด้วยผ้าก๊อซ หรือเยื่อสังเคราะห์ (Non woven) เกือบขอบ ไม่หลุดลุ่ย
๔. เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Sterile) โดย Ethylene Oxide
๕. บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel pack) ของละ ๑ ชิ้น
๖. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้
 - ๖.๑ วัสดุที่บรรจุ
 - ๖.๒ วิธีการ Sterilization
 - ๖.๓ วันที่ผลิต หรือ Lot.Number การผลิต
 - ๖.๔ วันหมดอายุ
 - ๖.๕ ชื่อผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ ประธานกรรมการ
(นางสาวสุริรัตน์ วงศ์อม)
- ๒ กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓ กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๒๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะ Eye Shield

คุณลักษณะทั่วไป

ผาครอบตา ใช้สำหรับครอบตาเพื่อป้องกันการสัมผัสลูกดวงตา

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจากพลาสติกรูปโค้ง มีรูระบายอากาศ
๒. แยกเป็น ๒ ข้าง คือข้างซ้ายและข้างขวา
๓. เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Sterile) โดย Ethylene Oxide
๔. บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel pack) ของละ ๑ ชิ้น
๕. มีข้อความหรือสัญลักษณ์ แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้
 - ๕.๑ วัสดุที่บรรจุ
 - ๕.๒ วิธีการ Sterilization
 - ๕.๓ ระบุ “ข้างซ้าย” หรือ “ข้างขวา”
 - ๕.๔ วันที่ผลิต หรือ Lot.Number การผลิต
 - ๕.๕ วันหมดอายุ
 - ๕.๖ ชื่อผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุริรัตน์ วังคะอม)
- ๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๖๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป
คุณลักษณะอย่างอนามัยชนิดมีสารหล่อลื่น Condom (Lubricated)

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นยางอนามัยใช้สำหรับคุมกำเนิด และป้องกันโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ โปร่งแสง ไม่เจือสีมีลักษณะบางและยืดหยุ่น
๒. ปลายเป็นกระเปาะ ผนังขนาน และมีสารหล่อลื่น
๓. มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม.
๔. เป็นชนิดผิวเรียบ ขนาด ๔๙ มม.
๕. บรรจุในซองอะลูมิเนียมต่อชั้น
๖. สามารถคลี่ออกได้สะดวกตลอดความยาว ไม่มีตำหนิและรอยฉีกขาด
๗. มีข้อความหรือสัญลักษณ์ แสดงอย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้

๗.๑ วัสดุที่บรรจุ

๗.๒ ขนาด

๗.๓ วันที่ผลิต หรือ Lot.Number การผลิต

๗.๔ วันหมดอายุ

๗.๕ ชื่อผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย

๘. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๖๒๕-๒๕๕๙ หรือ มอก.๒๓๕๒-๒๕๕๐ หรือ ISO ๑๖๐๓๘:๒๐๐๕ หรือเอกสารที่บ่งชี้ถึงมาตรฐานการผลิตอื่นๆที่เป็นสากล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วงศ์อม)
- ๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

โครงการเลขที่ ๖๗๐๑๘ เวชภัณฑ์ทั่วไป

คุณลักษณะถุงยางอนามัยชนิดไม่มีสารหล่อลื่น Condom (Non Lubricated)

คุณลักษณะทั่วไป

ใช้สวมอวัยวะเพศชาย เพื่อการคุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช้เก็บปัสสาวะในคนไข้ และสวม Probe ในการตรวจ Ultrasound

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นถุงยางทำจากยางธรรมชาติ มีลักษณะบางและยืดหยุ่น
๒. ปลายเป็นกระเปาะ ผนังขนาน และไม่มีสารหล่อลื่น
๓. มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ มม.
๔. เป็นชนิดผิวเรียบ ขนาด ๔๙ มม.
๕. ถุงยางแต่ละอัน บรรจุในซองอะลูมิเนียมอบพลาสติก (Plastic laminated aluminum foil) ทั้ง ๒ ด้าน
๖. สามารถกลี้ออกได้สะดวกตลอดความยาว ไม่มีตำหนิและรอยฉีกขาด
๗. มีข้อความหรือสัญลักษณ์ แสดงอย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญ ดังนี้
 - ๗.๑ วัสดุที่บรรจุ
 - ๗.๒ ขนาด
 - ๗.๓ วันที่ผลิต หรือ Lot.Number การผลิต
 - ๗.๔ วันหมดอายุ
 - ๗.๕ ชื่อผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย
๘. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๖๒๕-๒๕๕๙ หรือ มอก.๒๓๕๒-๒๕๕๐ หรือ ISO ๑๖๐๓๘:๒๐๐๕ หรือเอกสารที่บ่งชี้ถึงมาตรฐานการผลิตอื่นๆที่เป็นสากล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วงศ์อม)
- ๒ กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
- ๓ กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเอกสารที่ชี้บ่งถึงมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ ที่เป็นสากล

๒. ผู้จะขายต้องสามารถรับ/แลกเปลี่ยนสินค้าได้กรณีเกิดการชำรุดขณะใช้งานหรือจะหมดอายุภายใน ๖ เดือนโดยไม่คิดมูลค่า

๓. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ (ไม่ใช่อายุการรับประกันของสินค้า)

๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทิ้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุวงวนั้นๆ

๘. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวนผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๙. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ/หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑. ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วงศ์ออม)
๒. กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)
๓. กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาข้อเสนอ ๔๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตาม จำนวน reference site ที่มี โดยให้คะแนน reference site แห่งละ (๕ คะแนน)	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว)	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๑๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๐ คะแนน)	๒๐
	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวชภัณฑ์ได้	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๐ คะแนน)	๒๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	-คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ (๔๐ คะแนน) -คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ (๒๐ คะแนน) -คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ (๐ คะแนน)	๔๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ประธานกรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ วงศ์ออม)๒กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)๓กรรมการ
(นายณัฐวุฒิ จันทร์ป้อ)