

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการ ท่อช่วยหายใจแบบบล็อคลอดลม (bronchial blocker)

ความต้องการ ท่อช่วยหายใจแบบบล็อคลอดลม (bronchial blocker)

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดปอดโดยใช้ท่อช่วยหายใจ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นชุดสายสวนหลอดลม ใช้สำหรับการยุบปอด
๒. ตัวสายทำจากพลาสติก มีช่องสำหรับดูดสารละลาย และมีเครื่องหมายบอกระยะทางของการใส่
๓. มีหัวต่อสำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจ และมีที่ยึดสายสวนหลอดลมเพื่อป้องกันสายสวนขยับระหว่างผ่าตัด
๔. บรรจุในกล่องหรือหีบห่อ ที่ทำให้ปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดสฤทธการะผูกพันของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งที่ใหม่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ)

๒.....กรรมการ
(นางทองใส จวงจันทร์)

๓.....กรรมการ
(นายพิสิษฐ์ มหาวิระตระกูล)

แผน ๖๗๐๕๙ เวชภัณฑ์ศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (๓)
รายการที่ ๓๓ สายสวนนำเข้าหลอดเลือด ขนาด ๗ Fr. ๓ ทาง

ความต้องการ สายสวนนำเข้าหลอดเลือด ขนาด ๗ Fr. ๓ ทาง

วัตถุประสงค์ ใช้เป็น Catheter สำหรับใส่หลอดเลือดดำใหญ่ พร้อมชุดใส่สายสวน (Introducer Set) เพื่อวัดความดันในหลอดเลือด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. Catheter และชุด Introducer Set บรรจุอยู่ในภาชนะพลาสติกใส ปิดด้วยกระดาษพิมพ์บอกรายละเอียด ของภายในบรรจุภัณฑ์
๒. Catheter มีขนาด ๗ Fr ยาวอย่างน้อย ๒๐ เซนติเมตร มีเครื่องหมายบอกระยะที่ ๑๐ เซนติเมตร ๑๕ เซนติเมตร และทุกเซนติเมตร จนถึง ๒๐ เซนติเมตร
๓. ตัว Catheter มีช่องภายใน ๓ รู รูเปิดแยกกันคือ เปิดที่ปลายสุด, เปิดตอนกลางและรูเปิดตอนต้นข้อสาย Catheter จะแยกออกไป ๓ ท่อ
๔. มีชุดใส่สายประกอบด้วย เข็มขนาด ๑๘ Ga ยาว ๒-๑/๒" จำนวนอย่างน้อย ๑ ชิ้น มีกระบอกฉีดยาขนาดอย่างน้อย ๓ ซีซี ซึ่งมีรูที่ปลายลูกสูบสำหรับใส่ลวดนำ (Guide Wire) ให้ออกทางปลายเข็มได้เลยโดยไม่ต้องถอดเข็มออกเพื่อใส่ลวดนำ
๕. บรรจุภัณฑ์เป็นแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน และปราศจากเชื้อ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. สินค้าระบุยี่ห้อและประเทศผู้ผลิตอย่างชัดเจน หรือมีเอกสารรับรอง
๓. มีใบแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้จัดจำหน่าย
๔. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล
๕. มีใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
๖. หนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๗. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๑ ปี หลังสิ้นสุดฤดูการระดมทุนของสัญญา
๘. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่ เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๙. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาของบริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๑๐. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)

๑๑. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบ
ปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้อง
ชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๑๒. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ
หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบ
จำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่
กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๑๓. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.กนก สุวรรณกิจ) (นางทองใส จวงจันทร์) (นายพิสิษฐ์ มหาวีระตระกูล)