

เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ รายการที่ ๖

- ด้านราคา ร้อยละ ๓๐
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๗๐

เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ตัวแปร	ค่าน้ำหนัก	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry	๑๐	๑๐๐	มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry
๒.การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์	๔๐	๑๐๐	โดยประเมิน ใน ๓ ด้าน ดัชนีวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน ระดับคะแนนประเมิน ๘๐-๑๐๐ = ๔๐ คะแนน ๗๐-๗๙ = ๓๐ คะแนน ต่ำกว่า ๗๐ = ๒๐ คะแนน
๓.การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้เคียง	๒๐	๑๐๐	แลกเปลี่ยนได้ทุกกรณี = ๒๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๓ เดือน = ๑๕ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน = ๑๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๑ ปี = ๕ คะแนน

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ (นายวรพงศ์ ลิโทธวลิต)

๒.....กรรมการ (ผศ.พรเทพ สิริมหาไชยกุล)

๓.....กรรมการ (นางสาวธิดิยา แจ่มจรรยา)

แผน ๖๗๐๑๔ เวชภัณฑ์คัดสรร (๑)
รายการที่ ๑๒ หัวตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนน้ำ

ความต้องการ หัวตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับหัวตัดเนื้อตายโดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเนื้อตายที่มีการ
ออกแบบให้น้ำที่มีแรงดันสูงสามารถวิ่งผ่านเพื่อล้าง และตัดเนื้อตาย ในขณะเดียวกันก็จะพาสิ่งที่ตัดกลับเข้าสู่
ระบบโดยไม่เหลือตกค้างบนแผล

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ประกอบด้วย ๒ ส่วนประกอบหลัก คือ หัวสำหรับตัดเนื้อตายและหัวอัดแรงดันน้ำสำหรับต่อเข้ากับ
เครื่องตัดเนื้อตาย พร้อมสายน้ำ ๓ เส้น
๒. หัวตัดเนื้อตายมีให้เลือกดังนี้
 - ๒.๑ ด้ามทำมุมไม่น้อยกว่า ๔๕ องศา กับช่องเปิดสำหรับตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
 - ๒.๒ ด้ามทำมุมไม่น้อยกว่า ๑๕ องศา กับช่องเปิดสำหรับตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร
๓. ส่วนหัวอัดแรงดันน้ำสามารถปรับระดับแรงดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๙ ระดับ

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผลิตตามมาตรฐานสากลและได้รับใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
๒. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของ
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขาย
ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้ พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอ
ยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ขายยกเลิกสัญญาก่อนในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจ
ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุ
งวดนั้นๆ
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ
หากผู้จะขายไม่ส่งมอบของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน
ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ
ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
๘. ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ Barcode ตามที่คณะ
แพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ล้าง/กล่อง/แพ็ค หรือตามบรรจุ
ภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(นายวรพงศ์ ลิ้นทอชวลิต) (ผศ.พรเทพ สิริมหาไชยกุล) (นางสาวธิดิยา แจ่มจรรยา)