

รายการที่ยี่สิบ

๒๔ Hr. Urine Container (๒.๗L)

ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี วงเงิน ๔๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนที่ ๖๗๑๑๕ ระบบตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์วิทยา แบบแยกส่วน

ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี วงเงิน ๑๑๘,๖๒๒,๒๕๖.๐๐ บาท

ภายใต้โครงการการจัดซื้อน้ำยาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ระบบตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ)

ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (งบประมาณปี ๒๕๖๗-๒๕๗๑)

๑. ความต้องการ ภาชนะสำหรับบรรจุปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง
๒. วัตถุประสงค์ ใช้ในการเก็บปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการขนส่ง
๓. คุณลักษณะทั่วไป เป็นภาชนะสำหรับเก็บตัวอย่างปัสสาวะหรือสิ่งส่งตรวจ ที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๒.๕ ลิตร และ
ไม่มากกว่า ๓ ลิตร พร้อมฝาปิด
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
 - ๔.๑ ตัวภาชนะและฝาปิดทำจากพลาสติกชนิด High density polyethylene (HDPE)
 - ๔.๒ มีสเกลบอกปริมาตรที่ ๑๐๐ มิลลิลิตร จนถึงปริมาตรสูงสุด
 - ๔.๓ ตัวภาชนะออกแบบมาให้จับได้สะดวกและเทปัสสาวะได้โดยไม่หกง่าย
 - ๔.๔ ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดใช้งานมาก่อน
 - ๔.๕ สินค้าต้องมีอายุการใช้งานเกิน ๖ เดือนนับจากวันที่ส่งมอบ และบริษัทฯ ต้องเปลี่ยนสินค้าในกรณี
ที่สินค้าชำรุด ตามราคาของบริษัทเสนอไว้
 - ๔.๖ ได้รับใบอนุญาตการนำเข้าและจัดจำหน่ายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข ประเทศไทย
 - ๔.๗ โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพ ISO ๑๓๔๘๕ หรือ ISO ๙๐๐๐๑

๕. จำนวนที่ต้องการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน (ใบ)/ปี	จำนวน (ใบ)/ ๕ ปี
๑	๒๔ Hr. Urine Container (๒.๗L)	๑,๓๗๐	๖,๘๕๐

๖. วิธีการจัดหา ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ดังนี้

๗.๑ ใช้หลักเกณฑ์ราคาที่เสนอ ๕๐ คะแนน

๗.๒ ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ ๕๐ คะแนน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑
(นางสุธิดา แก้วประกาศ)
ประธานกรรมการ

๒
(นางสาวอรุณฯ เทียนสุวรรณ)
กรรมการ

๓
(นายวิษณุ เบาใจ)
กรรมการ

๔
(นางสาวปวีณ์สุดา เข็มนาถ)
กรรมการ

๕
(นางสาวณัฏฐนันท์ จีรัชชกิจ)
กรรมการ

ลำดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้รับ	น้ำหนัก
๑.	เกณฑ์ราคา	๑๐๐		๕๐
๒.	<p>เกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์</p> <p>๒.๑ การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แลกเปลี่ยนทุกกรณี ได้ ๕๐ คะแนน - ภายใน ๓ เดือน ได้ ๔๐ คะแนน - ภายใน ๖ เดือน ได้ ๓๐ คะแนน - ภายใน ๑ ปี ได้ ๑๕ คะแนน - ไม่แลกเปลี่ยนทุกกรณี ได้ ๐ คะแนน <p>๒.๒ ภาชนะมีขีดระบุปริมาตรด้านข้าง แต่ละขีดปริมาตรห่างกัน ๕๐ มิลลิลิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้ ๕๐ คะแนน - ประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้ ๐ คะแนน 	<p>๑๐๐ (๕๐)</p> <p>(๕๐)</p>		๕๐

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑
(นางสุธิดา แก้วประกาศ)
ประธานกรรมการ

๒
(นางสาวอรนุช เทียนสุวรรณ)
กรรมการ

๓
 (นายวิษณุ เบ้าใจ)
 กรรมการ

๔
(นางสาวปวีณสุดา เข็มนาค)
กรรมการ

๕
(นางสาวณัฏฐนันท์ จิรัชชกิจ)
กรรมการ