

แผน ๖๗๐๕๒ เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการคัดกรองหลอดเลือด (๓)
สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลาย แบบ non compliance แบบ monorail ใช้กับ
wire ขนาด ๐.๐๑๔ นิ้ว

ความต้องการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลาย แบบ non compliance แบบ monorail ใช้กับ wire
ขนาด ๐.๐๑๔ นิ้ว

วัตถุประสงค์ เป็นสายสวนชนิดบอลลูน ใช้ขยายหลอดเลือดตีบ
คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายสวน ชนิดบอลลูน ใช้ขยายหลอดเลือด ตีบ
๒. เป็นสายสวน ชนิดบอลลูน Non Compliant
๓. ใช้กับ Guidewire ขนาด ๐.๐๑๔"
๔. ทำจากวัสดุ Nylon หรือวัสดุที่ดีกว่า ซึ่งมีความนุ่มแต่แข็งแรง สามารถทนแรงดันได้มากกว่า ๒๐ ATM
๕. มองเห็นได้ขณะเอ็กซเรย์ แบบ ๒ จุด
๖. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ ถึง ๖.๐ mm. มีความยาวตั้งแต่ ๑๕ ถึง ๒๔๐ mm.
๗. สายสวนทั้งเส้นมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ mm.
๘. ต้องมีหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๙. อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๑ ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
๑๐. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บและบริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าใบกรณีที่มีสินค้าชำรุดตามราคาสินค้า
ที่บริษัทเสนอไว้
๑๑. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่คิด
มูลค่าใด ๆ กับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๑๒. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าบนชั้นวางให้มีความพร้อมใช้ มีสินค้าทุกขนาดทุก
รูปแบบตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือลักษณะฝากขาย (Consignment) โดยเมื่อมีการใช้
สินค้าแล้วจึงมีการออกไปส่งซื้อตามที่ใช้ได้จริง

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ



ลงชื่อ.....ผู้จะซื้อ
ลงชื่อ.....ผู้จะขาย

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย)

๒.....กรรมการ
(นายชินะภัทร์ วุฒินิชย์)

๓.....กรรมการ
(นางปติธรา สุประภารพงษ์)

อำนาจคง
นันทพร โสภา

เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการ หน่วยศัลยกรรมหลอดเลือด

สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูนใช้ได้กับสายลวดนำสายสวนขนาด

๐.๐๑๕, ๐.๐๑๘ และ ๐.๐๓๕ นิ้ว ระบบ OTW non compliant

ความต้องการ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูนใช้ได้กับสายลวดนำสายสวนขนาด

๐.๐๑๕, ๐.๐๑๘ และ ๐.๐๓๕ นิ้ว ระบบ OTW

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยบอลลูนใช้ได้กับสายลวดนำสายสวน

ขนาด ๐.๐๑๕, ๐.๐๑๘ และ ๐.๐๓๕ นิ้ว ระบบ OTW non compliant

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายสวนชนิดบอลลูน ใช้ขยายหลอดเลือด ในคนไข้ที่มีภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ ประกอบด้วย สายนำสวนบอลลูน (Balloon Catheter) เป็นชนิด Over the wire (OTW) เป็นสายสวนชนิดบอลลูน Non-Compliant
๒. ใช้กับ Guidewire ขนาด ๐.๐๑๕", ๐.๐๑๘" และ ๐.๐๓๕" ขนาดแรงดันที่ใช้ในการขยายบอลลูน ขนาดปกติที่ ๑๒ ATM (Nominal Pressure)
๓. ทำจากวัสดุ Nylon ซึ่งมีความนุ่มแต่แข็งแรง สามารถทนแรงดันได้ถึง ๒๐ ATM (RBP) สำหรับบอลลูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ ถึง ๔.๐ มม. , สามารถทนแรงดันได้ถึง ๑๘ ATM (RBP) สำหรับบอลลูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๐ ถึง ๖.๐ มม. และสามารถทนแรงดันได้ถึง ๑๖ ATM (RBP) สำหรับบอลลูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗.๐ มม.
๔. เป็นบอลลูนชนิด Over the wire แบบขดลวดนำอยู่ในสายสวนบอลลูนตั้งแต่ Proximal Shaft จนถึง Distal Shaft ของสายสวนบอลลูนมีการเคลือบบอลลูนทั้งด้านในและด้านนอก
๕. ตัวบอกระยะของบอลลูนที่อยู่ในก้านของบอลลูน ทำให้ส่วนนี้เรียบไม่มีส่วนนูนจากก้านมองเห็นได้ ขณะเอ็กซเรย์ ๒ แบบ คือ แบบ ๒ จุด ตามความยาวของบอลลูนขนาด ๒๐-๑๕๐ มม. และ ๔ จุด ตามความยาวของบอลลูนขนาด ๒๔๐ มม.
๖. สายสวนบอลลูนที่ใช้กับลวดนำสาย ขนาด ๐.๐๑๕ นิ้ว และ ๐.๐๑๘ นิ้ว
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบอลลูน ๑.๕, ๒.๐, ๒.๕, ๓.๐, ๓.๕, ๔.๐, ๕.๐, ๖.๐ มม. และมีความยาวบอลลูน ๒๐, ๔๐, ๖๐, ๘๐, ๑๐๐, ๑๒๐, ๑๕๐, ๑๘๐, ๒๔๐ มม.
 - มีขนาดความยาวของสายสวนบอลลูนทั้งเส้น ๓ ขนาด คือ ๔๐, ๑๕๐ และ ๒๐๐ ซม.
๗. สายสวนบอลลูนที่ใช้กับลวดนำสาย ขนาด ๐.๐๓๕ นิ้ว
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบอลลูน ๕.๐, ๖.๐, ๗.๐ มม. และมีขนาดความยาวของสายสวน
 - บอลลูนทั้งเส้น ๗๕ ซม.
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบอลลูน ๓.๐, ๔.๐, ๕.๐, ๖.๐, ๗.๐ มม. และมีขนาดความยาวของสายสวนบอลลูนทั้งเส้น ๑๓๕ ซม.
 - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางบอลลูน ๓.๐, ๔.๐, ๕.๐, ๖.๐, ๗.๐ มม. และมีขนาดความยาวของสายสวนบอลลูนทั้งเส้น ๒๐๐ ซม.



คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

ลงชื่อ..... ผู้จะขาย
ลงชื่อ..... ผู้จะขาย

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย) (นายชินะภัทร์ วุฒิณชัย) (นางปติฐา สุประการพงษ์)

.....
.....
.....