

เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ

- กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ๖๐
- ด้านราคา ร้อยละ ๒๐
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐

เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ตัวแปร	ค่าน้ำหนัก	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry	๑๐	๑๐๐	มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry
๒. การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์	๖๐	๑๐๐	โดยประเมิน ใน ๓ ด้าน ดัชนีวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน ระดับคะแนนประเมิน ๘๐-๑๐๐ = ๑๐๐ คะแนน ๗๐-๗๙ = ๕๐ คะแนน ต่ำกว่า ๗๐ = ๐ คะแนน
๓. การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้เคียง	๑๐	๑๐๐	แลกเปลี่ยนทุกกรณี = ๑๐๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๓ เดือน = ๘๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน = ๖๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๑ ปี = ๔๐ คะแนน

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย)

๒.....กรรมการ
(นายชินะภัทร์ วุฒิวนิชย์)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภารพงษ์)

ข้อกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๓ เดือน หลังสิ้นสุดสภาวะผูกพันของสัญญา
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้น
๗. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้จะซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย
๘. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย)

๒.....กรรมการ
(นายชินะภัทร์ วุฒิวิชัย)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภากรพงษ์)


เกณฑ์การพิจารณาราคาต่อประสิทธิภาพ

- กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ๖๐
- ด้านราคา ร้อยละ ๒๐
- ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐

เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพ

ตัวแปร	ค่าน้ำหนัก	คะแนน	เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry	๑๐	๑๐๐	มีข้อมูลการศึกษาในมนุษย์และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ โดยคุณภาพของการศึกษาต้องอยู่ในเกณฑ์ Meta-analysis หรือ Randomized controlled trial หรือ Registry
๒. การประเมินผลคุณภาพของเวชภัณฑ์	๖๐	๑๐๐	โดยประเมิน ใน ๓ ด้าน ดัชนีวัสดุที่ใช้ในการผลิต, ด้านบรรจุภัณฑ์และด้านการใช้งาน ระดับคะแนนประเมิน ๘๐-๑๐๐ = ๑๐๐ คะแนน ๗๐-๗๙ = ๕๐ คะแนน ต่ำกว่า ๗๐ = ๐ คะแนน
๓. การแลกเปลี่ยนเวชภัณฑ์ใกล้เคียง	๑๐	๑๐๐	แลกเปลี่ยนทุกกรณี = ๑๐๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๓ เดือน = ๘๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๖ เดือน = ๖๐ คะแนน ก่อนหมดอายุอย่างน้อย ๑ ปี = ๔๐ คะแนน

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.  ประธานกรรมการ ๒.  กรรมการ ๓.  กรรมการ
(นายต่อพงศ์ คล้ายมนต์) (นายวุฒ ชาญสุนทรรัตน์) (นายกานต์ รติศรี)

ข้อกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะ

๑. สินค้าที่ส่งมอบครบถ้วนหมดอายุไว้บนสินค้าอย่างชัดเจนต้องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันส่งมอบในใบสั่งซื้อในแต่ละคราว
๒. รับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลา ๓ เดือน หลังสิ้นสุดสภาวะผูกพันของสัญญา
๓. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
๔. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหา บริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
๕. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้
๖. บริษัทผู้ขายยินยอมให้คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้น
๗. กรณีผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของ ตามใบสั่งซื้อ หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
๘. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้า

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ ๒.....กรรมการ ๓.....กรรมการ
(นายต่อพงศ์ คล้ายมนต์) (นายวสุ ธนาสุนทรรัตน์) (นายกานต์ รติศรี)

แผน ๖๘๐๕๔ เวชภัณฑ์ Intervention

รายการที่ ๖๖ สายสวนหลอดเลือดนำทางสำหรับการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

ความต้องการ สายสวนหลอดเลือดนำทางสำหรับการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสายสวนหลอดเลือดนำทางสำหรับการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ใช้เป็นท่อนำในการสอดใส่ลวดนำเข้าสู่หลอดเลือดแดงส่วนปลายที่ขาตึบตัน
๒. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของ Distal shaft มีขนาด ๒.๑Fr. และ Proximal shaft ไม่เกิน ๒.๗ Fr. สามารถใช้ร่วมกับ Guide wire ๐.๐๑๔ นิ้ว
๓. บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และพร้อมใช้งานได้ทันที โดยมีขนาดบรรจุ ๑ กล่อง ต่อ ๑ ชิ้น
๔. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บและบริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดตามราคาสินค้าที่บริษัทเสนอไว้
๕. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ กับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๖. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าบนชั้นวางให้มีความพร้อมใช้ มีสินค้าทุกขนาด ทุกรูปแบบตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือลักษณะฝากขาย (Consignment) โดยเมื่อมีการใช้สินค้าแล้วจึงมีการออกไปส่งซื้อตามที่ใช้ได้จริง

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย)

๒.....กรรมการ
(นายชินะภัทร์ วุฒิวิญชัย)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภารพงษ์)

รายละเอียด สายสวนและอุปกรณ์เพื่อป้องกันลิ่มเลือดหลุดเลือดอุดตัน ส่วนปลาย

ความต้องการ สายสวนและอุปกรณ์เพื่อป้องกันลิ่มเลือดหลุดเลือดอุดตัน ส่วนปลายใช้สำหรับป้องกันลิ่มเลือดที่บริเวณรอยตีบเคลื่อนที่ไปอุดตันหลุดเลือดส่วนปลาย เพื่อความปลอดภัยในการขยายหลอดเลือดโคโรนารี และหลอดเลือดแดงส่วนปลายบริเวณต่างๆ ในกรณีที่มีลิ่มเลือดมีปริมาณมาก

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสายสวนและอุปกรณ์เพื่อป้องกันลิ่มเลือดหลุดเลือดอุดตัน ส่วนปลายใช้สำหรับป้องกันลิ่มเลือดที่บริเวณรอยตีบเคลื่อนที่ไปอุดตันหลุดเลือดส่วนปลาย

คุณลักษณะทั่วไป

๑. ตัวขดลวดทำจากวัสดุ Nitinol โดยออกแบบเป็นลายตาข่าย พร้อมกล่องตัวกรอง (Filter basket) สามารถกรองได้ ๑๒๐ ไมครอนและมีช่วง Free Zone ๑ มม. ระยะในการวางตัวกรอง ๑๙.๐-๒๓.๐ มิลลิเมตร
๒. ส่วนที่ใช้งาน (Working length) มีความยาว ๑๓๕ เซนติเมตร ใช้ได้กับ ๖ F. Sheath และท่อนำอุปกรณ์ชนิด ๘ F. Guiding Catheter
๓. ใช้กับขดลวดนำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๐.๐๑๔ นิ้ว ซึ่งสามารถเลือกใช้กับลวดนำได้ ๓ ชนิด ได้แก่ Distal Access, Workhorse, and Support มีความยาว ๒ ขนาด ได้แก่ ๑๙๐ และ ๓๑๕ เซนติเมตร
๔. ส่วนปลายของอุปกรณ์สามารถเห็นได้ชัดเจนเมื่อทำการถ่ายภาพด้วยรังสี
๕. อุปกรณ์กรองลิ่มเลือด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวกรอง (Filter basket) ๒ ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ๕.๐ มม. เหมาะกับเส้นเลือดตั้งแต่ ๒.๕-๔.๘ มิลลิเมตร และขนาดใหญ่ ๗.๐ มม. เหมาะกับเส้นเลือดตั้งแต่ ๔.๐-๗.๐ มิลลิเมตร
๖. สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับขนาดความยาวของสายส่วนที่ใช้งาน (Catheter Working length) ความยาว ๑๐๐ เซนติเมตร
๗. อุปกรณ์ทุกขนาด มีตัวบ่งตำแหน่ง (marker) ซึ่งแสดงตำแหน่งอยู่ที่ปลายตัวกรองทั้งสองด้าน สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถกำหนดตำแหน่งที่ถูกต้องได้ดียิ่งขึ้น (Visibility)
๘. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองการขายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย
๙. บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที
๑๐. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บและบริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าในกรณีสินค้าชำรุดตามราคาสินค้าที่บริษัทเสนอไว้
๑๑. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆกับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๑๒. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าบนชั้นวางให้มีความพร้อมใช้ มีสินค้าทุกขนาดทุกรูปแบบตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือลักษณะฝากขาย (Consignment) โดยเมื่อมีการใช้สินค้าแล้วจึงมีการออกไปส่งซื้อตามที่ใช้จริง

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

 ๑.....ประธานกรรมการ (ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย)	 ๒.....กรรมการ (นายชินะภัทร์ วุฒิวิชัย)	 ๓.....กรรมการ (นางปติฐา สุประภารพงษ์)
--	--	---

รายละเอียด สายสวนหลอดเลือดเพื่อตรวจโดยการฉีดสีสำหรับใช้กับ NAV๖

ความต้องการ สายสวนหลอดเลือดเพื่อตรวจโดยการฉีดสีสำหรับใช้กับ NAV๖

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสายสวนหลอดเลือดเพื่อตรวจโดยการฉีดสีสำหรับใช้กับ NAV๖

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นเส้นลวดที่มีความยืดหยุ่นสูง และปรับรูปร่างได้ดีสำหรับ NAV๖
๒. ขนาด ๐.๐๑๔ นิ้ว
๓. วัสดุเป็น Nitinol และมี Radiopaque เคลือบจากปลาย tip ช่วยให้มองเห็นส่วนปลายของขดลวดขณะใช้งาน มีความยาว ๓๑๕ เซนติเมตร
๔. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองการขายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย
๕. บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที
๖. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บและบริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าในกรณีสินค้าชำรุดตามราคาสินค้าที่บริษัทเสนอไว้
๗. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆกับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๘. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าบนชั้นวางให้มีความพร้อมใช้ มีสินค้าทุกขนาดทุกรูปแบบตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือลักษณะฝากขาย (Consignment) โดยเมื่อมีการใช้สินค้าแล้วจึงมีการออกไปสั่งซื้อตามที่ใช้อย่างจริง


Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ




๑.....ประธานกรรมการ

(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย)



๒.....กรรมการ

(นายชินะภัทร์ วุฒิวิชัย)



๓.....กรรมการ

(นางปติฐา สุประภารพวงษ์)

แผน ๖๘๐๕๔ เวชภัณฑ์ Intervention
รายการที่ ๗๐ อุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือด

ความต้องการ อุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือด

วัตถุประสงค์ ใช้ในการถ่างขยายหลอดเลือดแดงก่อนการทำหัตถการ

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นอุปกรณ์ใช้ในการถ่างขยายเพื่อเพิ่มขนาดหลอดเลือดแดงก่อนการทำหัตถการ
๒. ส่วนปลายมีรูปร่างเรียว เคลือบด้วยสาร Hydrophilic ที่ทำให้มีคุณสมบัติลื่นเมื่อสัมผัสน้ำ
๓. รองรับการใช้งานร่วมกับลวดนำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ .๐๓๕ นิ้ว
๔. มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ ๑๔ Fr. ถึง ๒๖ Fr. และมีความยาวประมาณ ๔๕ ซม.
๕. บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ และพร้อมใช้งานได้ทันที
๖. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บและบริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดตามราคาสินค้าที่บริษัทเสนอไว้
๗. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ กับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๘. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าบนชั้นวางให้มีความพร้อมใช้ มีสินค้าทุกขนาดทุกรูปแบบตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือลักษณะฝากขาย (Consignment) โดยเมื่อมีการใช้สินค้าแล้วจึงมีการออกไปสั่งซื้อตามที่ใช้ได้จริง

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย)

๒.....กรรมการ
(นายชินะภัทร์ วุฒินิชย์)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภารพงษ์)

แผน ๖๘๐๕๔ เวชภัณฑ์ Intervention

รายการที่ ๗๑-๗๖ สายสวนเส้นเลือดอุดตัน แบบดิงลากริมเลือดด้วยบอลลูน

ความต้องการ สายสวนเส้นเลือดอุดตัน แบบดิงลากริมเลือดด้วยบอลลูน

วัตถุประสงค์ จัดหาสายสวนรักษาเส้นเลือดอุดตันด้วยลิ่มเลือด แบบดิงลากริมเลือดด้วยบอลลูน

คุณลักษณะทั่วไป

๑. สายสวนทำจาก PEBAX (Polyether Block Amide) หรือวัสดุเทียบเคียง
๒. สายสวนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒-๗ เฟรนซ์
๓. สายสวนมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า ๖๐ เซนติเมตร
๔. บอลลูนที่ติดอยู่ที่ปลายทำจากยาง (Latex) มีความยืดหยุ่นสูง
๕. บอลลูนมีขนาดตั้งแต่ ๔.๕-๑๔ มิลลิเมตร
๖. สายสวนเป็นแบบไม่ต้องใช้ลวดนำ (Single Lumen)
๗. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเอกสารที่ชี้ไปถึงมาตรฐานการผลิตอื่นๆที่เป็นสากล
๘. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บและบริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดตามราคาสินค้าที่บริษัทเสนอไว้
๙. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ กับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๑๐. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าบนชั้นวางให้มีความพร้อมใช้ มีสินค้าทุกขนาดทุกรูปแบบตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือลักษณะฝากขาย (Consignment) โดยเมื่อมีการใช้สินค้าแล้วจึงมีการออกไปส่งซื้อตามที่ใช้ได้จริง

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย)

๒.....กรรมการ
(นายชินะภัทร์ วุฒิวนิชย์)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภารพงษ์)

แผน ๖๘๐๕๔ เวชภัณฑ์ Intervention

รายการที่ ๗๗-๘๐ สายสวนเส้นเลือดอุดตัน แบบดึงลากลิ่มเลือดด้วยบอลลูนผ่านเส้นลวด

ความต้องการ สายสวนเส้นเลือดอุดตัน แบบดึงลากลิ่มเลือดด้วยบอลลูนผ่านเส้นลวด

วัตถุประสงค์ ดึงลากลิ่มเลือดด้วยบอลลูนผ่านเส้นลวดในหลอดเลือดที่อุดตันด้วยลิ่มเลือด

คุณลักษณะทั่วไป

๑. สายสวนทำจาก PEBAX (Polyether Block Amide) หรือวัสดุเทียบเคียง
๒. สายสวนมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓-๗ เฟรนซ์
๓. สายสวนมีขนาดความยาวไม่ต่ำกว่า ๘๐ เซนติเมตร
๔. บอลลูนที่ติดอยู่ที่ปลายทำจากยาง (Latex) มีความยืดหยุ่นสูง
๕. บอลลูนมีขนาดตั้งแต่ ๖-๑๔ มิลลิเมตร สายสวนเป็นแบบใช้ลวดนำได้
๖. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเอกสารที่ชี้บ่งถึงมาตรฐานการผลิตอื่นๆที่เป็นสากล
๗. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บและบริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดตามราคาสินค้าที่บริษัทเสนอไว้
๘. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ กับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๙. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าบนชั้นวางให้มีความพร้อมใช้ มีสินค้าทุกขนาดทุกรูปแบบตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือลักษณะฝากขาย (Consignment) โดยเมื่อมีการใช้สินค้าแล้วจึงมีการออกไปสั่งซื้อตามที่ใช้ได้จริง

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ
(ผศ. วุฒิชัย แสงประกาย)

๒.....กรรมการ
(นายชินะภัทร์ วุฒินิชย์)

๓.....กรรมการ
(นางปติฐา สุประภารพงษ์)

รายละเอียด สายสวนตะขอเพื่อการเย็บขดลวดหุ้มกราฟต์ของเอออต้ากับผนังเอออร์ต้า

ความต้องการ สายสวนตะขอเพื่อการเย็บขดลวดหุ้มกราฟต์ของเอออต้ากับผนังเอออร์ต้า

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสายสวนตะขอเพื่อการเย็บขดลวดหุ้มกราฟต์ของเอออร์ต้ากับผนังเอออร์ต้า

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นสายสวนนำเข้าหลอดเลือดแดงใหญ่ ชนิดที่มีที่จับขดลวดที่บริเวณปลายสาย โดยขดลวดนั้นมีลักษณะเป็นตะขอที่บริเวณส่วนปลาย ใช้รักษาและป้องกันการรั่วประเภที่ ๑ ในผู้ป่วยที่มีอาการหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้อง และช่องอก หัตถการนี้จะทำหลังจากที่ผู้ป่วยได้มีการวางหลอดเลือดเทียม ขดลวดหุ้มกราฟต์ (Stent Graft) ไปแล้ว คุณประโยชน์เพื่อยึดเพิ่มความแข็งแรงของผนังหลอดเลือดและผนังหลอดเลือดเทียม ขดลวดหุ้มกราฟต์ (Stent Graft) โดยกล่องมี Guide สายสวนนำ ชนิดหัวปรับโค้งมนตามสรีระหลอดเลือดแดง เพื่อนำสายสวนส่วนอื่นเข้าสู่หลอดเลือดแดงใหญ่ ๑ ชั้น และ Applier สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่ ชนิดที่มีที่จับขดลวดที่บริเวณปลายสาย ๑ ชั้น Cassettes ๑ ตลับ บรรจุขดลวดสำหรับเย็บหลอดเลือดแดงใหญ่ ที่บริเวณช่องท้องหรือช่องอก ๑ ตลับ บรรจุขดลวด ๑๐ ชั้น
๒. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองการขายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย
๓. บรรจุในซองที่ปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที
๔. ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บและบริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าในกรณีสินค้าชำรุดตามราคาสินค้าที่บริษัทเสนอไว้
๕. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆกับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
๖. บริษัทผู้จำหน่ายสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าบนชั้นวางให้มีความพร้อมใช้ มีสินค้าทุกขนาดทุกรูปแบบตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือลักษณะฝากขาย (Consignment) โดยเมื่อมีการใช้สินค้าแล้วจึงจะมีการออกไปส่งซื้อตามที่ใช้จริง

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

 ๑.....ประธานกรรมการ (ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย)	 ๒.....กรรมการ (นายชินะภัทร์ วุฒิวนิชย์)	 ๓.....กรรมการ (นางปติฐา สุประภารพงษ์)
--	---	---

รายละเอียด วัสดุฉีดอุดกันหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า (Onyx Liquid Embolic System)

ความต้องการ วัสดุฉีดอุดกันหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า (Onyx Liquid Embolic System)

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาวัสดุฉีดอุดกันหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า (Onyx Liquid Embolic System)

คุณลักษณะทั่วไป เป็นชุดวัสดุฉีดอุดกันหลอดเลือดชนิดเหลว มีคุณสมบัติแข็งตัวช้า และควบคุมการกระจายได้

คุณลักษณะเฉพาะ

- ประกอบด้วย Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer (EVOH) สำหรับเป็นตัวอุดกันหลอดเลือดที่ผิดปกติ (Embolitic agent) มีตัวทำละลาย (Solvent) คือ Dimethyl Sulfoxide (DMSO) และมี Micronized Tantalum Powder เป็นตัวที่ทำให้มองเห็น
- มีคุณสมบัติไม่รวมตัวกับของเหลวชนิดอื่น เมื่อเคลื่อนที่ร่วมกันในหลอดเลือด
- สามารถใช้ร่วมกับสายสวนขนาดเล็ก Micro catheter
- มีความหนืด ๒ ขนาด คือ ๑๘ cPs และ ๓๔ cPs
- มีขนาดของ EVOH ๒ ขนาด คือ ๑.๕ มิลลิลิตร และ ๖ มิลลิลิตร
- มีสูตรตำรับ Low Tantalum เพื่อให้สามารถลดการเกิด Artifact ในระหว่างการทำ CT scan
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองการขายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย
- บรรจุในช่องที่ปราศจากเชื้อ พร้อมใช้งานได้ทันที
- ต้องเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าเก่าเก็บและบริษัทต้องเปลี่ยนสินค้าในกรณีสินค้าชำรุดตามราคาสินค้าที่บริษัทเสนอไว้
- บริษัทผู้จำหน่ายสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนสินค้าให้มีอายุการใช้งานอย่างน้อย ๑ ปี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆกับทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
- บริษัทผู้จำหน่ายสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าบนชั้นวางให้มีความพร้อมใช้ มีสินค้าทุกขนาดทุกรูปแบบตามที่กำหนดในสัญญาจะซื้อจะขาย หรือลักษณะฝากขาย (Consignment) โดยเมื่อมีการใช้สินค้าแล้วจึงมีการออกไปสั่งซื้อตามที่ใช้จริง

Price Performance พิจารณาเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑.....ประธานกรรมการ

(ผศ.วุฒิชัย แสงประกาย)

๒.....กรรมการ

(นายชินะภัทร์ วุฒิวิทย์)

๓.....กรรมการ

(นางปติฐา สุประภารพงษ์)