

รายการที่ ๓๗ ชุดโลหะตามกระดูก แก้ไขภาวะอกนูน Pectus Bar Stabilizer, low profile

ความต้องการ โลหะสำหรับล็อกแผ่นตามกระดูกในผู้ป่วยโรคอกนูน

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับล็อกแผ่นโลหะตามกระดูกให้คงที่ (Pectus bar stabilizer Locking plate) ในการผ่าตัดแก้ไขในผู้ป่วยโรคอกนูน

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นแผ่นโลหะสำหรับล็อก เหล็กคั่นหน้าอก (Pectus bar)
๒. ทำจาก stainless steel มีหลากหลายขนาดตามความเหมาะสมของแผ่นตามกระดูก
๓. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (อ.ย.) โดยแนบเอกสารพร้อมวัน
เสนอราคาจัดซื้อ
๔. สินค้าสามารถแลกเปลี่ยนกับบริษัทได้หลังจากส่งสินค้าให้ทางโรงพยาบาลแล้ว เพื่อป้องกันสินค้า
หมดอายุ ก่อนหมดอายุ ๖ เดือน
๕. สามารถส่งของเป็นงวดๆ ตามความต้องการของโรงพยาบาล กรณีสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนสินค้า
ให้ได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑ ประธานกรรมการ
(นายกนก สุวรรณกิจ)

๒ กรรมการ
(นางสาวปัทมา ดีประเสริฐวงศ์)

๓ กรรมการ
(นางสาวเกวลี ทับทิมทอง)

ข้อกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๑ ไว้)

๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขาย ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขาย ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

๑

(นายกนก สุวรรณกิจ)

๒

(นางสาวปัทมา ดีประเสริฐวงศ์)

๓ *1m*

(นางสาวเกวลี ทับทิมทอง)

รายการที่ ๓๘ ชุดโลหะตามกระดูก แก้ไขภาวะอกนูน Pectus Bar

ความต้องการ ชุดโลหะสำหรับตามกระดูกในผู้ป่วยโรคอกนูน

วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับตามกระดูกให้คงที่ ในการผ่าตัดแก้ไขในผู้ป่วยโรคอกนูน

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นแผ่นโลหะสำหรับตามกระดูก (Pectus bar)
๒. ทำจาก stainless steel
๓. มีขนาดความยาวที่หลากหลายให้เลือกใช้ตามขนาดทรงอกของคนไข้
๔. ผลิตภัณฑ์ที่เสนอมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (อ.ย.) โดยแนบเอกสารพร้อมวัน
เสนอราคาจัดซื้อ
๕. สินค้าสามารถแลกเปลี่ยนกับบริษัทได้หลังจากส่งสินค้าให้ทางโรงพยาบาลแล้ว เพื่อป้องกันสินค้า
หมดอายุ ก่อนหมดอายุ ๖ เดือน
๖. สามารถส่งของเป็นงวดๆ ตามความต้องการของโรงพยาบาล กรณีสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนสินค้า
ให้ได้

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑ ประธานกรรมการ
(นายทน สวรรณกิจ)

๒ กรรมการ
(นางสาวปัทมา ดีประเสริฐวงศ์)

๓ กรรมการ
(นางสาวเกวลี ทับทิมทอง)

ข้อกำหนดในเงื่อนไขเฉพาะ

๑. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๑ ไว้)

๒. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่มีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๓. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขาย ต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๔. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดหรือทางบริษัทผู้ขาย ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๕. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุนั้นๆ

๖. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๗. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และหรือ barcode ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

๑

(นายกนก สุวรรณกิจ)

๒

(นางสาวปัทมา ดีประเสริฐวงศ์)

๓ *1m*

(นางสาวเกวลี ทับทิมทอง)