

## ชื่อรายการ ชุดตรวจ Cryptococcal Ag

รายการที่ ๒๐ Cryptococcal Antigen Lateral Flow Assay **ความต้องการ** ชุดทดสอบสำหรับตรวจหา antigen ของ Cryptococcus species complex **วัตถุประสงค์** เพื่อใช้ในการตรวจหา antigen ของ Cryptococcus species complex (*Cryptococcus neoformans* และ *Cryptococcus gottli*) ใน serum, plasma และ cerebral spinal fluid (CSF)

### ๑. คุณลักษณะทั่วไป

เพื่อใช้ในการตรวจหา antigen ของ Cryptococcus species complex (*Cryptococcus neoformans* และ *Cryptococcus gottli*) ใน serum, plasma และ cerebral spinal fluid (CSF) โดยใช้หลักการ immunochromatographic

### ๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ สามารถอ่านผลการทดสอบได้ด้วยตาเปล่า

๒.๒ ชุดทดสอบประกอบด้วย

๒.๒.๑ แถบทดสอบ CrAg LTF จำนวน ๕๐ แถบ

๒.๒.๒ CrAg Positive Control

๒.๒.๓ คู่มือการใช้งาน ๑ ชุด

๒.๓ ระบุวันหมดอายุ (Expiry Date) ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ โดยผู้ยื่นข้อเสนอผู้ผลิตอย่างชัดเจน

๒.๔ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ

๒.๕ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก FDA หรือ CE MARK

๒.๖ ในกรณีที่มียาใกล้หมดอายุ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเปลี่ยนน้ำยาให้ใหม่ให้ครบตามจำนวน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑ .....  
(นายตนสรร หาญศิริสาธิต)  
ประธานกรรมการ

๒ .....  
(นางบุรินทร์ทิพย์ ศीलพิพัฒน์)  
กรรมการ

๓ .....  
(นายวรากร อาจเอื้อม)  
กรรมการ

## หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ด้านราคา : ร้อยละ ๕๐
๒. ด้านประสิทธิภาพ : ร้อยละ ๕๐

ลำดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	น้ำหนัก	คะแนน เต็ม
๑.	ด้านราคา	๕๐	
๒. ๒.๑	ด้านประสิทธิภาพ : ข้อเสนอด้านเทคนิค ความ sensitivity และ specificity - ชุดตรวจมี sensitivity และ specificity ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๙ = ๑๐๐ คะแนน - ชุดตรวจมี sensitivity และ specificity น้อยกว่า ร้อยละ ๙๙ = ๑๐ คะแนน	๕๐	๑๐๐

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑ .....  
(นายตนสรร หาญศิริสาธิต)  
ประธานกรรมการ

๒ .....  
(นางบุรินทร์ทิพย์ ศีลพิพัฒน์)  
กรรมการ

๓ .....  
(นายวภูฏากร อาจเอื้อม)  
กรรมการ

ชื่อรายการ สารเคมีรักษาสภาพสิ่งส่งตรวจ และกรดเตรียมสาร

รายการที่ ๒๖ Toluene ๒.๕ L

ความต้องการ Toluene ๒.๕ L

วัตถุประสงค์ เป็นของเหลวที่ใช้สำหรับรักษาสภาพของปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมงในงานทางห้องปฏิบัติการ

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นสารเคมีที่ใช้สำหรับรักษาสภาพของปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เป็นสารเคมีที่ใช้สำหรับรักษาสภาพของปัสสาวะ ๒๔ ชั่วโมง

๒.๒ มีขนาด ๒.๕ ลิตร AR grade

๒.๓ ต้องเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดใช้งานมาก่อน

๒.๔ ในกรณีที่มือน้ำยาใกล้หมดอายุ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเปลี่ยนน้ำยาให้ใหม่ให้ครบตามจำนวน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียด

๑ .....  
(นายตนสร หาญศิริสาธิต)

ประธานกรรมการ

๒ .....  
(นางบุรินทร์ทิพย์ ศीलพิพัฒน์)

กรรมการ

๓ .....  
(นายวฎากร อาจเอื้อม)

กรรมการ