

โครงการเลขที่ ๖๖๐๑๔ เวชภัณฑ์ GAUZE/สำลี
คุณลักษณะของผ้าซับ (GAUZE PAD) Sterile

คุณลักษณะทั่วไป

ผ้าโปร่งที่พับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยพับซ้อนริมผ้าไว้ด้านใน และเป็นผ้าผืนเดียวกัน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผ้าต้องขาวสะอาด ไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ แต่ละชั้นมีขนาดเท่าๆ กัน ไม่มีริมผ้าหรือเส้นด้าย

หลุดลุ่ย

๒. มีขนาดดังนี้

ลำดับ	ขนาด กว้าง x ยาว	จำนวนชั้น	ขนาดบรรจุ (ชิ้น) /ซอง
๒.๑	๑" x ๑"	๘	๕
๒.๒	๑" x ๒"	๘	๔
๒.๓	๓" x ๔"	๘	๑๐
๒.๔	๓" x ๔"	๘	๕
๒.๕	๔" x ๔"	๑๒	๑๐

๓. มีความถี่เส้นด้ายไม่ต่ำกว่า ๒๔ x ๒๒ เส้น ต่อ ๑ ตารางนิ้ว (คลาดเคลื่อนไม่เกิน ๑ เส้น)

๔. บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้


๕. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้


- วัสดุที่บรรจุและจำนวน
- ขนาด
- วิธีการ Sterilization
- วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
- วันหมดอายุ
- มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว

๖. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๔ (หรือสูงกว่า) หรือเอกสารที่ชี้ไปถึงมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ ที่เป็นสากล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ ประธานกรรมการ
(นางสาวอัจฉรา สมเหมาะ)

๒ กรรมการ
(นางสาวประทีป ชื่นปิ่นเกลียว)

๓ กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

โครงการเลขที่ ๖๖๐๑๔ เวชภัณฑ์ GAUZE/สำลี
คุณลักษณะของผ้าซับ (GAUZE PAD) Sterile (Major)

คุณลักษณะทั่วไป

ผ้าโปร่งที่พับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยพับซ้อนริมผ้าไว้ด้านใน และเป็นผ้าผืนเดียวกัน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผ้าต้องขาวสะอาด ไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ แต่ละชั้นมีขนาดเท่าๆ กัน ไม่มีริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย

๒. มีขนาดดังนี้

ลำดับ	ขนาด กว้าง x ยาว	จำนวนชั้น	ขนาดบรรจุ (ชั้น) /ซอง
๒.๑	๓" x ๓"	๘	๑๐
๒.๒	๓" x ๓"	๘	๕

๓. มีความถี่เส้นด้ายไม่ต่ำกว่า ๒๔ x ๒๒ เส้น ต่อ ๑ ตารางนิ้ว (คลาดเคลื่อนไม่เกิน ๑ เส้น)

๔. บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้

๕. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้

- วัสดุที่บรรจุและจำนวน
- ขนาด
- วิธีการ Sterilization
- วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
- วันหมดอายุ
- มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว

๖. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๔ (หรือสูงกว่า) หรือเอกสารที่ชี้ไปถึงมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ ที่เป็นสากล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวอัจฉรา สมเหมาะ)
- ๒กรรมการ
(นางสาวประทีป ชื่นปิ่นเกลียว)
- ๓กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

โครงการเลขที่ ๖๖๐๑๔ เวชภัณฑ์ GAUZE/สำลี
คุณลักษณะของผ้าซับ (GAUZE PAD) Sterile (Minor)

คุณลักษณะทั่วไป

ผ้าโปร่งที่พับทบกันเป็นชั้นๆ ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยพับซ้อนริมผ้าไว้ด้านใน และเป็นผ้าผืนเดียวกัน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผ้าต้องขาวสะอาด ไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ แต่ละชั้นมีขนาดเท่าๆ กัน ไม่มีริมผ้าหรือเส้นด้ายหลุดลุ่ย

๒. มีขนาดดังนี้

ลำดับ	ขนาด กว้าง x ยาว	จำนวนชั้น	ขนาดบรรจุ (ชั้น) /ซอง
๒.๑	๓" x ๓"	๘	๑๐
๒.๒	๓" x ๓"	๘	๕

๓. มีความถี่เส้นด้ายไม่ต่ำกว่า ๒๒ x ๒๒ เส้น ต่อ ๑ ตารางนิ้ว (คลาดเคลื่อนไม่เกิน ๑ เส้น)

๔. บรรจุในซองปลอดเชื้อ (Peel Pack) มีความทนทานไม่ฉีกขาดง่าย และสามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้

๕. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้

- วัสดุที่บรรจุและจำนวน
- ขนาด
- วิธีการ Sterilization
- วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
- วันหมดอายุ
- มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว

๖. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๕๑-๒๕๕๔ ชนิดเบอร์ ๔ (หรือสูงกว่า) หรือเอกสารที่ชี้ไปถึงมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ ที่เป็นสากล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวอัจฉรา สมเหมาะ)
- ๒กรรมการ
(นางสาวประทีน ชื่นปิ่นเกลียว)
- ๓กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

โครงการเลขที่ ๖๖๐๑๔ เวชภัณฑ์ GAUZE/สำลี

คุณลักษณะผ้าซับโลหิตใหญ่ ขนาด ๖"x๑๘" และ ๑๘"x๑๘" มีแถบ x-ray ปรากฏจากเชื้อ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นผ้าโปร่งที่พับทบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมและเย็บเก็บริมผ้าทั้ง ๔ ด้าน มีหูห่วงสี่ฟ้าและเส้นทึบแสง X-RAY ใช้สำหรับซับเลือดในการผ่าตัด

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. ผ้าก๊อซที่ใช้ผลิตทำจากเส้นด้ายฝ้าย ๑๐๐% ปรากฏจากสิ่งสกปรก มีสีขาวสะอาด ไม่มีปม ไม่ขาด ไม่มีรอยต่อ ความหนา ๑๒ ชั้น มีเส้นด้ายเกรียวสามารถ x-ray เห็นได้ ทอดติดอยู่กับผืนผ้าเห็นชัดเจนในแนวยาว
๒. เย็บเก็บริมโดยรอบ มีหูทบเป็นห่วงสี่ฟ้ายึดติดกับมุมผ้าด้านใดด้านหนึ่ง
๓. ซีมซับของเหลวได้ดี
๔. เมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อผ้าก๊อซ ไม่เปลี่ยนสี
๕. มีขนาด ๖"x๑๘" และ ๑๘" x ๑๘"
๖. บรรจุ ๕ ชั้น/ซองในซอง Peel Pack ปิดผนึกสนิท มีความทนทาน ไม่ฉีกง่าย สามารถรักษาสภาพ ปรากฏจากเชื้อตลอดระยะเวลาการจัดเก็บ
๗. แสดงข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุและจำนวน
 - ขนาด
 - วิธีการ Sterilization
 - วันที่ผลิต หรือ Lot การผลิต
 - วันหมดอายุ
 - มี Indicator ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการฆ่าเชื้อแล้ว
๘. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ เอกสารที่ชี้บ่งถึงมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ ที่เป็นสากล

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ประธานกรรมการ

(นางสาวอัจฉรา สมเหมาะ)

๒กรรมการ

(นางสาวประทีป ชื่นปิ่นเกลียว)

๓กรรมการ

(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

โครงการเลขที่ ๖๖๐๑๔ เวชภัณฑ์ GAUZE/สำลี
คุณลักษณะสำลีก่อนปราศจากเชื้อพร้อมปากคีบ

คุณลักษณะทั่วไป

เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับทำความสะอาดแผลและส่วนต่างๆ ของร่างกาย

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นสำลีก่อนทรงกลม ขนาดประมาณ ๐.๓๕ กรัม/ก้อน ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อ
๒. สำลีทำจากฝ้ายบริสุทธิ์ ๑๐๐% ไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีเส้นใยยาวสามารถเกาะเกี่ยวได้ดี ไม่ฟุ้งกระจายเวลาดึง
๓. สำลีบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ก้อน/ซอง ในซองปลอดเชื้อ ปิดผนึกสนิทมีความทนทานไม่ฉีกง่าย สามารถมองเห็นผ่านเข้าไปในซองได้ รักษาสภาพปราศจากเชื้อได้ตลอดระยะเวลาเก็บ
๔. บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่กั้นน้ำพร้อมปากคีบ ๑ อัน
๕. สามารถแบ่งใช้สำลีได้สะดวกทีละ ๑ ก้อน
๖. สำลีสีขาวนวล ปราศจากสิ่งสกปรก
๗. สำลีปราศจากสารเรืองแสง และสารเคมีตกค้าง
๘. สำลีสามารถซึมซับ ดูดซับของเหลวได้ดี
๙. ผ่านการฆ่าเชื้อตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยมีเครื่องหมายที่ซองบรรจุแสดงว่าผ่านการฆ่าเชื้อ
๑๐. มีข้อความหรือสัญลักษณ์แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหีบห่อ โดยระบุข้อความสำคัญดังนี้
 - วัสดุที่บรรจุและจำนวน
 - ขนาด
 - วิธีการ Sterilization
 - วันที่ผลิต หรือ Lot Number การผลิต
 - วันหมดอายุ
๑๑. มีเอกสารแสดงการรับรองทำปลอดเชื้อด้วยแก๊ส Ethylene Oxide หรือ รังสีแกมมา
๑๒. ผลิตภัณฑ์สำลี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามมอก. ๑๘๒-๒๕๖๒ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยแสดงเอกสารประกอบ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

- ๑ประธานกรรมการ
(นางสาวอัจฉรา สมเหมาะ)
- ๒กรรมการ
(นางสาวประทีน ชื่นปิ่นเกลียว)
- ๓กรรมการ
(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้เสนอราคาต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือเอกสารที่ชี้แจงถึงมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ ที่เป็นสากล

๒. ผู้จะขายต้องสามารถรับ/แลกเปลี่ยนสินค้าได้กรณีเกิดการชำรุดขณะใช้งานหรือจะหมดอายุภายใน ๖ เดือนโดยไม่คิดมูลค่า

๓. บรรจุภัณฑ์จะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับจากวันส่งมอบของ (กรณีสินค้าใดที่อายุการใช้งานของบรรจุภัณฑ์ ไม่ใช่ อายุของสินค้าให้ละเว้นในข้อ ๓ ไว้)

๔. สินค้าของบริษัทที่ได้รับการพิจารณาต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้

๕. ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพสม่ำเสมอเหมือนกันทุก Lot กรณีพบว่าสินค้า Lot ใดมีปัญหาบริษัทผู้ขายต้องเปลี่ยนสินค้าตามราคาที่บริษัทเสนอไว้พร้อมชดเชยสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๖. หากพบปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด หรือทางบริษัทผู้ขายไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลสงวนสิทธิขอยกเลิกสัญญาได้

๗. บริษัทผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อยกเลิกสัญญาก่อนหมดสัญญาในกรณีพบปัญหาคุณภาพจากผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลเสียต่อผู้ป่วยหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ขายต้องชดเชยค่าเสียหายตามมูลค่าของราคาพัสดุงวดนั้นๆ

๘. กรณีผู้จะขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามใบสั่งซื้อ หากผู้จะขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงจะขายให้แก่ผู้จะซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้องหรือไม่ครบจำนวน ผู้จะซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้จะขาย

๙. ผู้ยื่นเสนอราคาที่เข้าร่วมการประมูลต้องจัดทำ QR Code และ/หรือ barcode ตามที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลกำหนดให้ลงบนแพ็คเกจสินค้าได้ทั้ง ลัง/กล่อง/แพ็ค หรือ ตามบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ประธานกรรมการ

(นางสาวอัจฉรา สมเหมาะ)

๒กรรมการ

(นางสาวประทีน ชื่นปิ่นเกลียว)

๓กรรมการ

(นางสาววิศรา จิระวาทีน)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ราคาต่อประสิทธิภาพ (Price : Performance)

๑. ใช้หลักเกณฑ์ราคาเสนอ ๔๐ คะแนน

๒. ใช้หลักเกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ๖๐ คะแนน

ลำดับ	หัวข้อที่พิจารณา	เกณฑ์	คะแนน
๒.๑	จำนวน reference site ของโรงเรียนแพทย์ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน ๒ ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ต้องแสดงเอกสารแนบที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแพทย์ที่อ้างถึง	คะแนนสูงสุดได้ ๒๐ คะแนน และลดลงตาม จำนวน reference site ที่มี โดยให้คะแนน reference site แห่งละ (๕ คะแนน)	๒๐
เลือกข้อ ๒.๒ หรือ ๒.๓ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง			
๒.๒	๒.๒.๑ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว (กรณีที่เป็นเวชภัณฑ์ที่เคยจัดซื้ออยู่แล้ว)	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๑๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้เวชภัณฑ์ เกิน ๓ ครั้ง/ปี (๐ คะแนน)	๒๐
	๒.๒.๒ รายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเวชภัณฑ์ได้	-ไม่มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๒๐ คะแนน) -มีรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทที่จำหน่ายเวชภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ได้ (๐ คะแนน)	๒๐
๒.๓	ผลการประเมินโดยผู้ใช้งาน ในกรณีเป็นเวชภัณฑ์ที่ไม่เคยจัดซื้อ	-คะแนนประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ ๘๐ คะแนน ได้ (๔๐ คะแนน) -คะแนนประเมิน ๗๑-๗๙.๙๙ คะแนน ได้ (๒๐ คะแนน) -คะแนนประเมินน้อยกว่า ๗๑ คะแนน ได้ (๐ คะแนน)	๔๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

๑ประธานกรรมการ

(นางสาวอัจฉรา สมเหมาะ)

๒กรรมการ

(นางสาวประทีป ชื่นปิ่นเกลียว)

๓กรรมการ

(นางสาววิศรา จิระวาทีน)